



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 09.05.2018 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowaną promieniami Gamma. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 4 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowaną promieniami Gamma. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowaną promieniami Gamma o pow. 2,1m². **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 8 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową, sterylizowaną promieniami Gamma. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**