



Wałbrzych, 14.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 06.06.2016r.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 11, 13, 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, prowadnica 0,035", stopniowane rozszerzało tkankowe. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 13-14

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów z cewnikiem poliuretanowym (bez powłoki hydrofilnej) o długości 20cm. pozostałe parametry zgodnie z siwz. **Odp. Dla pakietu nr 13 – Zamawiający dopuszcza , dla pakietu nr 14 – Nie, Zamawiający wymaga cewnika o długości 18 cm.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, prowadnica 0,035", stopniowane rozszerzało tkankowe. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli: Zestaw z cewnikiem naczyniowym permanentnym zakładanym metodą retrograde, miękkimi, z mufą poliestrową, ramiona poliuretanowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica drutowa: 0,038" rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzało tkankowe 12F i 14F, bezpieczny skalpel, opatrunek, wstępnie zmontowany aparat do tunelowania (metalowy) z gwintowaną nasadką kompresyjną i mankietem kompresyjnym, rozszerzało tunelu. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli: Zestaw z cewnikiem naczyniowym permanentnym zakładanym metodą antegrade, miękkimi, z mufą poliestrową, ramiona poliuretanowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 42cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica drutowa: 0,038" rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzało tkankowe 12F i 14F, bezpieczny skalpel, opatrunek, wstępnie zmontowany tuneler (metalowy) z koszulką do tunelowania. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

