



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. A. Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 21.09.2016 r.

DZPZ-530-Zp/74/PN-73/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów, zestawów oraz sprzętu do zabiegów artroskopowych– Zp/74/PN-73/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dosyłania kompletnego instrumentarium do stabilizacji złamań chrząstki stawowej wraz z pełną rozmiarówką pinów wchłaniających po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy o planowanym zabiegu w pkt. 1. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni od daty poinformowania wykonawcy o planowanym zabiegu. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do 10 dni.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych ACL „równoważny do opisanego w SIWZ w punkcie (1,2,3):

Część udowa - Innowacyjny biowchłaniający implant kotwiczący (kotwica) w kości udowej wykonany z bioaktywnego, osteokonduktywnego 70 % PLLA (poli-L-laktydu) w połączeniu z 30% uHA (niespiekanym mikro-hydroksyapatytem). Implant charakteryzujący się najwyższą na rynku wytrzymałością na zerwanie rekonstruowanego mocowania tzw. „Pull-Out Strength” wynoszącym 1300N. Wprowadzanie implantu wykonuje się z zewnątrz od strony kości udowej po wcześniejszym opracowaniu kanału kości udowej w kształt tzw. „szyjki od butelki”.

Implant rekonstrukcyjny dla technik ST, replikacja więzadła blisko stawu zapewniającą najwierniejsze odwzorowanie biomechaniki sprzed urazu.

Implant w 5 rozmiarach (5, 6, 7, 8, 9 mm) dla pobranych przeszczepów ST. Ilość zgodna z SIWZ

Część piszczelowa - Implant biowchłaniający typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach 6 mm dł. 20 mm, 7-12mm dł. 28mm, 9-11mm dł. 35mm. Pakowane sterylne. Ilość 6 szt. odpowiadająca ilości guzików tytanowych z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania dosyłania kompletnego instrumentarium do rekonstrukcji ACL wraz z pełną rozmiarówką wyżej wymienionych implantów po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy o planowanym zabiegu. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 14 dni od daty złożenia zamówienia do wykonawcy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do max. 14 dni.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 17

Prosimy o doprecyzowanie przez zamawiającego typu ostrza do piły firmy Stryker.

Czy zamawiającemu miało na myśli o ostrze reprocykalne czy sagitalne? **Odp. Zamawiający miało na myśli o ostrze sagitalne.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 14 dni od daty złożenia zamówienia do wykonawcy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do max. 14 dni.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści implant do rekonstrukcji rozerwanego ścięgna rzepkowego w postaci sterylnej taśmy poliestrowej o wymiarach 30mm x 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy, w komplecie ze sterylną igłą do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system z zintegrowanymi drenami doprowadzającymi? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści:

Sterylny, jednorazowy pistolet do płukania do tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolan i biodra oraz chirurgii urazowej z odsysaniem zawierający 2 końcówki- długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni.

Pistolet wyposażony w zasilanie wewnętrzne bateryjne.

W skład kompletu wchodzi pistolet wraz z drenami doprowadzającymi – 12 szt.

Szczotka do kanału udowego- 6 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**