

Wałbrzych, dnia 18.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-36/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i onkologicznej - Zp/38/PN-36/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 32

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzielił z Pakietu nr 32 pozycję nr 1- **System do uzyskiwania osoczowych czynników wzrostu do ortopedii**, osobny pakiet producentki umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę wraz z jakością w/w wyrobu medycznego. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wydzielił z pakietu nr 32 pozycji nr 1 do osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści: Profesjonalny, sterylny (podwójna sterylizacja, certyfikowany (unijny certyfikat wyrobu medycznego wyprodukowanego w Polsce) zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego, umożliwiając wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek krwi z krwi obwodowej pacjenta, z 20 ml krwi uzyskuje się 4,5- 5 ml koncentratu PRP. System daje możliwość dowolnego sterowania stężeniem PRP, PPP. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art.30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązanie równoważne lub lepsze z opisywanym. System zawiera wszelkie niezbędne elementy do przygotowywania PRP bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Szpital w celu wykonania zabiegu tj.:

- Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek)
- 5 ml antykoagulantu Citra-Lock
- Tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock (20 ml)
- korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem
- 1 strzykawka do podania PRP 5 ml
- 1 strzykawka do podania PPP 10 ml
- 2 x igła 08x40mm do podania osocza
- 2 x igła 04x 19mm do podania osocza
- mata sterylna
- jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu
- podstawka do tuby separującej

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 3, dot. pakietu nr 12 i 19

Czy z racji na niewielką ilość szacowanych zestawów i nieproporcjonalnie duży koszyk zestawu i komisji implantów Zamawiający dopuści możliwość zabezpieczenia przez dostawcę w instrumentarium i implanty system „loaner set”- dostawa na zaplanowany zabieg w dniu poprzedzającym procedurę medyczną (instrumentarium wraz z pełnym zestawem implantów) oraz zostanie odebrane od Zamawiającego po wykonanym zabiegu. Wykonawca nie tworzył by banku implantów na stanie Zamawiającego.

W wypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o weryfikację parametrów ocenianych w postępowaniu-termin uzupełnienia komisji implantów na termin dostarczenia zestawu od daty zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742