



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 28.03.2018 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-19/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici okulistycznych, materiałów opatrunkowych, zestawów opatrunkowych, zestawów doszklistikowych, końcówek noża harmonicznego oraz optyk – Zp/25/PN-19/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-3), grupa II (poz. 4-9)? W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości na złożenie oferty na poszczególne grupy asortymentowe. Ponadto Zamawiający wydziela do osobnego pakietu w/w grup i utworzy z nich oddzielne pakiet. Patrz zmiana SIWZ.**

**poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną w 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu w stosunku 30/70 i w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nić w stosunku 35/65.**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? **Odp. Tak, Zamawiający wydziela w/w pozycje do oddzielnego pakietu. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,5 mm i średnicy 220 µm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły pojedynczej 6,6 mm i średnicy 200 mikronów.**

**poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,19 mm i długości nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły pojedynczej o długości 6,1 mm i o długości nici 15 cm.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew wchłaniający z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, profil podtrzymywania tkankowego:

ok.80% po 14 dniach , ok.50% po 21 dniach? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga okresu wytrzymałości 60-70 % na zerwanie po 14 dniach.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 3**

Jaki typ i rozmiar igły oraz jaką grubość nici ma na myśli Zamawiający w w/w pakiecie? **Odp. Zamawiający ma na myśli szew niewchłaniany polipropylenowy rozmiar 8/0 dł. nitki 20 cm, igła podwójna prosta.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgicznych w opakowaniach po **12 saszetek**, zamiast pakowanych po 36 saszetek. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**