



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 03.04.2018 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-19/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici okulistycznych, materiałów opatrunkowych, zestawów opatrunkowych, zestawów doszklistikowych, końcówek noża harmonicznego oraz optyk – Zp/25/PN-19/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej chusty operacyjnej w rozmiarze 55 x 65 cm przed praniem wstępnym, 50 x 60 cm po praniu wstępnym? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga koloru zielonego.**

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej chusty operacyjnej w rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym, 40 x 40 cm po praniu wstępnym? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga koloru zielonego.**

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej chusty operacyjnej w rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym, 40 x 40 cm po praniu wstępnym? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a'20 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga kompresy jałowe pakowane po 50 sztuk w rozmiarze 7,5x7,5 cm.**

poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a'20 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga kompresy jałowe pakowane po 50 sztuk w rozmiarze 10x10 cm.**

poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów sterylnych w rozmiarze 5,5 x 5,5 cm, pakowane a'10 szt., każdy tupfer oddzielnie pakowany? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów w rozmiarze 6x6 cm.**

poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania tupferów sterylnych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm, pakowane a'10 szt., każdy tupfer oddzielnie pakowany? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaferowania tupferów w rozmiarze 8x8 cm pakowanych po 10 szt. w kartoniku.**

poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania tupferów sterylnych w rozmiarze 11,5 x 11,5 cm, pakowane a'10 szt., każdy tupfer oddzielnie pakowany? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaferowania tupferów w rozmiarze 12x12 cm pakowanych po 10 szt. w kartoniku.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga optyki o długości 30 cm, średnicy 4 mm, kącie patrzenia 30°, wyposażonej w:

- system soczewek wałeczkowych,
- szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania,
- oznaczenie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,
- oznaczenie kodem Data Matrix, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga, aby optyka była kompatybilna z resektoskopami i cystoskopami firmy Karl Storz znajdującymi się w posiadaniu Szpitala, a kompatybilność była potwierdzona przez producenta posiadanych resektoskopów i cystoskopów? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wymaga optyki laparoskopowej Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalnej, posiadającej: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym numerem katalogowym oraz numerem seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienie w terminie do 4 tygodni.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, pleciony, zbudowany z kwasu poliglikolowego, powlekany glikonatem, o wytrzymałości na zerwanie 60-70% po 14 dniach i 24-42% po 21 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą wzmocnioną o długości 6,6 mm z zachowaniem pozostałych parametrów, w opakowaniu 12 szaszetek? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły 6 mm.**

Pytanie 6, dot. projektu umowy

Dot. kryterium oceny ofert pakietu 1-7, projekt umowy par. 4 ust. ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy (również dostawy na cito) w dniach roboczych (w dni robocze)? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dot. projektu umowy pakiet 8-9, par. 7 ust. 1 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1. **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy,**
2. 10 % wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

oraz § 7 ust. 1 zał. nr 3b:

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

1. 10 % wartości **brutto niezrealizowanej części** wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy.**

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby kanistry opisane w pozycjach: 1,2,3, były sterylne? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

Czy Zamawiający dopuści we wszystkich trzech pozycjach, tj. 1,2,3 (Kanistry) kanister o pojemności 1000 ml? **Odp. Zamawiający dopuszcza kanistry o pojemności 1000 ml tylko i wyłącznie w pozycji nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4, (tj. Zestaw opatrunkowy [...]) zestaw opatrunkowy piankowy, wyposażony w port i dren z możliwością podłączenia ze standardowymi drenami przedłużającymi? **Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 port z miękkim drenem, z możliwością podłączenia ze standardowymi drenami przedłużającymi, zapewniający właściwe działanie zestawu i jego kompatybilność z urządzeniem? **Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanistra o pojemności 300ml? **Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-8 do oddzielnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 7-8 do oddzielnego pakietu.**

poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji 7 zestawu opatrunkowego z czarną pianką rozmiar S – mały (10x8x3cm) **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza - na czarnej piance brak koloru treści wydzielanej z rany.**

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji 8 zestawu opatrunkowego z czarną pianką rozmiar L – duży (25x15x3cm) **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza - na czarnej piance brak koloru treści wydzielanej z rany.**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 kanister o pojemności 800 ml **Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.**