



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 19.04.2018 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 11

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 11 cewnika czasowego poliuretanowego o średnicy 11 Fr i długości 15cm i ramionami prostymi? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 12

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 12 cewnika czasowego poliuretanowego o średnicy 11 Fr i długości 15cm i ramionami zakrzywionymi? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 13 cewnika o długości 15 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Dla cewnika o długości 15 cm przewidziany jest pakiet nr 11 oraz pakiet nr 12.**