

Wałbrzych, 01.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 3**

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z błoną Polyamix sterylizowanych parą wodną o pow 1,7 m<sup>2</sup>? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga 1,8-2,0 m<sup>2</sup>**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 4**

Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z błoną Polyamix sterylizowanych parą wodną o pow 2,1 m<sup>2</sup>? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 8**

Czy zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów wysokoprzepływowych z błoną Poracton sterylizowanych parą wodną o pow. 1,8 m<sup>2</sup>? Dializatory tego typu są obecnie wykorzystywane na stacji dializ. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnice J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnice J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**





### **Pytanie 6, dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników o długości 18cm.**

### **Pytanie 7, dot. pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 8, dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**


### **Pytanie 9, dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 10, dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm





(długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje cewników zakładanych metodą retrograde, cewników dwukanałowych.**

#### **Pytanie 11, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm), 36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje cewników z jednym kanałem żylnym i jednym tętnicznym.**


#### **Pytanie 12, dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 13, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika





warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga  $\geq 14$ , 5 Fr.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści cewnik 14,5Fr z osobnym kanałem dla prowadnicy co daje razem 15,5Fr? Rozwiązanie to nie wpływa znacznie na rozmiar cewnika a służy ochronie cewnika przed uszkodzeniem przez prowadnice co podnosi jakość produktu. **Odp. Tak, pakiet dotyczy tylko cewników zakładanych metodą retrograde.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar cewnika do mufki 27cm, 31cm, 35cm, 43cm, 50cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dookreśli wymagany minimalny przepływ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg obrotowych skrzydełek mocujących, które zapewniają komfortowe i łatwe zamocowanie cewnika oraz podnoszą komfort pacjenta i jakość produktu? **Odp. Nie**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści cewnik 14,5Fr z osobnym kanałem dla prowadnicy co daje razem 15,5Fr? Rozwiązanie to nie wpływa znacznie na rozmiar cewnika a służy ochronie cewnika przed uszkodzeniem przez prowadnice co podnosi jakość produktu. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar cewnika do mufki 27cm, 31cm, 35cm, 43cm, 50cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dookreśli wymagany minimalny przepływ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg obrotowych skrzydełek mocujących, które zapewniają komfortowe i łatwe zamocowanie cewnika oraz podnoszą komfort pacjenta i jakość produktu? **Odp. Nie**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ w następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych lateksowych rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm, 55 g/m<sup>2</sup>
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm


Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych lateksowych rozmiar M
- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.





**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych. Ponadto Wykonawca oferuje zbyt małą ilość gazików.**

**Pytanie 17, dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- 1) 0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy;
- 2) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 zestawu do podłączania i odłączania dializy przez przetokę składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, wraz z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END) w następującym składzie:

Podłączenie:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.
- c. Serweta z laminatu o gramaturze min. 41 g/m<sup>2</sup> - 50x35cm 1szt.
- d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.
- e. Rękawice nitrylowe teksturowane M 2szt

Zakończenie:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
- b. Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.
- c. Rękawice nitrylowe teksturowane M 2szt.
- d. Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 25 pozycji nr 2 do osobnego pakietu. Pragniemy zaznaczyć, iż proponowany opatrunek jest częścią składową zaproponowanego przez naszą firmę zestawu do zakończenia dializy. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 25 poz. nr 2.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 26**


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 26 zestawu do podłączania i odłączania dializy przez cewnik w następującym składzie:

Podłączenie:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 6szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 1szt.
- c. Serweta z laminatu o gramaturze min. 41 g/m<sup>2</sup> - 50x35cm z nacięciem 1szt.







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



d. Rękawice nitrylowe teksturowane M 4szt.

Zakończenie:

a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.

b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

c. Rękawice nitrylowe teksturowane M 2szt.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,8m<sup>2</sup>, z błoną helixonową? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 2,2m<sup>2</sup>? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni 1,8m<sup>2</sup>, z błoną helixonową? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742