



Wałbrzych, 06.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 11, 13, 14**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, prowadnica 0,035", stopniowane rozszerzadło tkankowe. **Odp. Tak.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 13-14**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów z cewnikiem poliuretanowym (bez powłoki hydrofilnej) o długości 20cm. pozostałe parametry zgodnie z siwz. **Odp. Dla pakietu nr 13 – tak, dla pakietu nr 14 – Nie, Zamawiający wymaga cewnika o długości 18 cm.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, prowadnica 0,035", stopniowane rozszerzadło tkankowe. **Odp. Tak.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 17**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli: Zestaw z cewnikiem naczyniowym permanentnym zakładanym metodą retrograde, miękkim, z mufką poliestrową, ramiona poliuretanowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica drutowa: 0,038" rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzadło tkankowe 12F i 14F, bezpieczny skalpel, opatrunek, wstępnie zmontowany aparat do tunelowania (metalowy) z gwintowaną nasadką kompresyjną i mankietem kompresyjnym, rozszerzadło tunelu. **Odp. Tak.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 18**


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli: Zestaw z cewnikiem naczyniowym permanentnym zakładanym metodą antegrade, miękkim, z mufką poliestrową, ramiona poliuretanowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 42cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica drutowa: 0,038" rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzadło tkankowe 12F i 14F, bezpieczny skalpel, opatrunek, wstępnie zmontowany tunel (metalowy) z koszulką do tunelowania. **Odp. Tak.**

**Pytanie 5, dot. projektu umowy**

Ad § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

Ad § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10 % wartości niezrealizowanej części umowy- w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742