



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 15.05.2018 r.

DZPZ-530-Zp/40/PN-33/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę lamp szczelinowych, lamp bakteriobójczych, chłodziarek, wiertel chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, mebli medycznych, aparatu EKG, haka automatycznego do wątroby, narzędzi laryngologicznych, narzędzi okulistycznych, fartuchów jednorazowych, pasów do mocowania pacjenta, narzędzi laparoskopowych, przymiarów do jelit – Zp/40/PN-33/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 10:

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

poz. 4

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

poz. 6

Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o dł. 230 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 15

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 330 mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie disektora o dł. 330 mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie graspera o dł. 330 mm lub 450mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 4

Prosimy o dopuszczenie optyki o dł. 347 mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie klipsownicy do klipsów tytanowych **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga klipsownicy do klipsów polimerowych medium-large.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 15

poz. 5

Prosimy o wyłączenie pozycji nr 5 do oddzielnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wydzieli poz. nr 5 do osobnego pakietu.**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki odgięte o długości 330 mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści disektor o długości 330 mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści grasper Babcock o długości 330 mm lub 450mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopową o długości 350mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 10

poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści narzędzia o długości 230mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga narzędzi o długości 250 mm.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 15

poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści optykę 5mm, 30 stopni, długość 310mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 340 cm.**

poz. 5:

Czy Zamawiający zechce wydzielić do odrębnego pakietu klipsownicę? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu klipsownicy.**

poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie disektora o długości 310mm **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 13

poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy chirurgiczny, niejałowy wykonany z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej barierowej dla cząstek, z włókniny SMS (gramatura min. 35g/m²), szew zgrzewany 100% polipropylen, długość min. 130cm, szerokość- min. 150cm, długość troków 110 cm, paraprzepuszczalność min. 4389g/m² /24h, fartuch wiązany na troki w pasie, przy szyi zapinany na rzep. Produkt przeznaczony do m.in. ochrony osobistej. Rękawy zakończone elastycznym mankietem, fartuch o

rozmiarze XL, kolor niebieski? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha chirurgicznego ponieważ wymaga paraprzepuszczalność min. 4500g/m²/24h, podanto Zamawiający wymaga fartucha wiązanego na troki przy szyi, a nie zapinany na rzep.**

Pytanie 7, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? **Odp. Nie.**

dot. pakietu nr 1 & 6 pkt. 4 – wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego punktu jak niżej:

4. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni liczony od momentu podjęcia naprawy a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana SIWZ.**

dot. pakietu nr 1 & 6 pkt. 7 – wzoru umowy

Zamawiający w w/w punkcie wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Oferowane przez nas urządzenia zbudowane są w systemie modułowym. W razie awarii naprawiany jest odpowiedni moduł, a naprawa polega przeważnie na jego wymianie na nowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zapis mówiący tylko o wymianie podzespołu/modułu na nowy w przypadku jego 4-krotnej awarii, bez wymiany sprzętu na nowy? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana SIWZ.**

Dot. wzoru Umowy - § 2, pkt. 2 – w nawiązaniu do pakietu 2

Czy Zamawiający na pewno jest przekonany o tym, iż oczekuje montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu w ramach pakietu 2 - lampy bakteriobójcze? **Odp. Nie Zamawiający nie oczekuje montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu w ramach pakietu 2 - lampy bakteriobójcze. Patrz zmiana SIWZ.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2

poz. 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej opisując przedmiot zamówienia "Moc 110 W (2 x TUV 30 W)."? Czy moc lamp nie powinna wynosić 2 x 55 W ? **Odp. Tak, Zamawiający popełnił błąd. Patrz zmiana SIWZ.**