



Wałbrzych, 27.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/45/PN-37/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie analizatorów do tej sieci – Zp/45/PN-37/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

**Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. 5 parametrów granicznych zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (główny), część biochemiczna i pkt. 2 parametrów granicznych zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (backup), Załącznik nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników nie wymagających rozpuszczenia czy łączenia składników, jeśli tak to czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania systemu wykorzystującego gotowe do użycia odczynniki oprócz 3 oznaczeń (FLC Kappa, FLC Lambda, B2 mikroglobulina) które należy przelać w całości do odpowiedniej kasy bez odmierzania jakichkolwiek ilości, spełniających pozostałe wymogi dla odczynników? **Odp. Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek.**

Prosimy również o doprecyzowanie czy te 3 ww oznaczenia będą wykonywane na jednym czy obu aparatach (głównym i backup)? **Odp. Te 3 ww oznaczenia będą wykonywane na jednym aparacie.**

**Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. 6 parametrów granicznych zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (główny), część biochemiczna i pkt. 2 parametrów granicznych zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (backup), Załącznik nr 1:**


Czy pod określeniem "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora" należy rozumieć chłodzenia odczynników w temperaturze zalecanej przez producenta? **Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z instrukcją producenta.**

**Dotyczy Pakietu nr 1, wymogi kontroli wewnętrznej dla części biochemicznej:**

Prosimy o doprecyzowanie czy kontrola wewnętrzna będzie wykonywana jednocześnie na obu systemach (głównym i backup) wg podanego harmonogramu (7x w tygodniu na dwóch poziomach)? **Odp. Kontrola wewnętrzna będzie wykonywana na obu systemach, ale na backup tylko dla testów (parametrów) będących aktualnie na pokładzie analizatora.**

**Dotyczy Pakietu nr 1, automatyczny analizator moczu i backup, Załącznik nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania jako backup analizatora półautomatycznego? **Odp. Dane dotyczące automatycznego analizatora moczu i backup nie znajduje się w pakiecie nr 1. Pakiet nr 1 dotyczy analizatora biochemiczno – immunologicznego.**



**Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 10 parametrów granicznych analizatora do analizy moczu (bacup), Załącznik nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora backup z 2012 roku produkcji, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy? **Odp. Dane dotyczące automatycznego analizatora moczu i backup nie znajduje się w pakiecie nr 1. Pakiet nr 1 dotyczy analizatora biochemiczno – immunologicznego.**

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość oznaczeń (procentowo lub ilościowo) Zamawiający zamierza wykonywać na analizatorze głównym (automatycznym) a jaką na backup ? **Odp. Dane dotyczące automatycznego analizatora moczu i backup nie znajduje się w pakiecie nr 1. Pakiet nr 1 dotyczy analizatora biochemiczno – immunologicznego.**

Czy oba analizatory będą pracowały równocześnie, czy analizator backup będzie pracował tylko w razie awarii analizatora automatycznego? **Odp. Dane dotyczące automatycznego analizatora moczu i backup nie znajduje się w pakiecie nr 1. Pakiet nr 1 dotyczy analizatora biochemiczno – immunologicznego.**

Prosimy o doprecyzowanie czy kontrola wewnętrzna będzie wykonywana jednocześnie na obu systemach (głównym i backup) wg podanego harmonogramu (7x w tygodniu na dwóch poziomach)? **Odp. Dane dotyczące automatycznego analizatora moczu i backup nie znajduje się w pakiecie nr 1. Pakiet nr 1 dotyczy analizatora biochemiczno – immunologicznego.**

**Dotyczy Parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora pkt.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby funkcja automatycznych powtórek badań po przekroczeniu zakresu liniowości, realizowana była poprzez zewnętrzne oprogramowanie / LSI? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora pkt.13**

Czy pod określeniem "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora" należy rozumieć chłodzenia odczynników w temperaturze zalecanej przez producenta? **Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z instrukcją producenta.**

**Dotyczy Odczynniki potrzebne do wykonania 95800 oznaczeń immunologicznych rocznie lp.45**

Prosimy o wyrażenie zgody by oznaczania Transferryny wykonywane było na części biochemicznej analizatora zintegrowanego. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**


Prosimy o wyrażenie zgody, by termin ważności dostarczonych odczynników od daty realizacji dostawy, wynosił co najmniej 4-6 miesięcy, co podyktowane jest cyklem produkcyjnym, na który Wykonawca nie ma wpływu. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Prosimy o wyjaśnienie na jaki okres zostanie zawarta umowa. Vide Załącznik nr 3 do siwz paragraf 10 ust.1 (12 miesięcy) i pkt III siwz Termin wykonania zamówienia (36 miesięcy) oraz Załącznik nr 1 (3 kolejne lata). **Odp. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy (3 lata).**

**Dotyczy SIWZ, Paragraf 4, punkt 11**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby naprawa analizatora nastąpiła w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aby naprawa analizatora nastąpiła w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze.**





### Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ - umowa

W związku z możliwością przystąpienia do ww postępowania przetargowego Wykonawców, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następujących punktów w paragrafach:

1) Dopisanie do § 1 umowy ustępu o brzmieniu:

„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

1) Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....

2) Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

2) Dopisanie do § 1 umowy ustępu w brzmieniu:

„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

3) Dopisanie do § 3 ustępu 1 umowy zdania o brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu zamówienia:

- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr ..... lub adresem poczty elektronicznej.....

- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr ..... lub adresem poczty elektronicznej.....

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

4) Modyfikację § 5 poprzez dodanie ustępu w brzmieniu:

„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę odczynników i akcesoriów oraz z tytułu dzierżawy analizatorów następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza składanie zamówienia także za pośrednictwem poczty elektronicznej.**


Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin dostawy wynosił 5 dni.**

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 4 ust. 3, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny, bezpłatną, bezpłatnego, bezpłatne, bezpłatnej” na „w ramach czynszu dzierżawnego”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 4 ust. 4, ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "12 godz." na "24 godz. w dni robocze"? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**





Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 5 ust. 6, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? **Odp. Nie**

Par. 5 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Par. 9 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Par. 12 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odp. Wzór umowy zostanie udostępniony po zawarciu umowy przez Zamawiającego.**


### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 3**

Prosimy o potwierdzenie czy ilości oznaczeń hematologicznych, rozmazów mikroskopowych i badań OB wskazane w Tabelach są to przewidywane ilości badań rocznie tak jak wskazuje nagłówek tych tabel? **Odp. Zamawiający potwierdza przewidywane ilości badań rocznie.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z dwóch ostatnich kolumn „Wartość na 3 lata netto PLN” oraz „Wartość na 3 lata brutto PLN” wyrażen „na 3 lata”, skoro wskazano w tabeli ilości roczne badań, a istnieje dodatkowa tabela w podsumowaniu wartości oferty na 3 lata. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej opisaną zmianę.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tabel odczynnikowych poprzez dodanie kolumny „liczba opakowań”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w przedstawionych tabelkach.**





Prosimy o dodanie przy tabelach dot. rozmazów mikroskopowych tabel takich jak Tab. 5b. w badaniach hematologicznych, podsumowujących wartość oferty na 1 rok i 3 lata. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tabeli jak TAK.5b – patrz zmiana SIWZ.**

**Pytanie 3, dot. projektu umowy**

(§ 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

(§ 9 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

(§ 9 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

(§ 4) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu urządzenia na czas trwania umowy przez Zamawiającego? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

(§ 4) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

(§ 4 ust. 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 3**

**Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, Pakiet nr 3, Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych, pkt. 1**


Czy Zamawiający wymaga wydajności 100 ozn./godz. dla systemu kompaktowego lub 80 ozn./godz. dla oddzielnych analizatorów dla trybów pracy CBC i CBC+DIFF (pkt. 1)? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga powyższe wydajności.**

Czy Zamawiający dopuści, aby aparat dwumodułowy posiadał jeden zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, obsługujący oba moduły (pkt. 30)?

Czytnik kodów jest podłączony do komputera obsługującego oba moduły i za jego pomocą użytkownik wybiera moduł, na którym ma być wykonane badanie. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, aby aparat dwukanałowy posiadał zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, obsługujący dwa moduły.**

**Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, Pakiet nr 3, Tab. 5, Odczynniki potrzebne do wykonania 130 700 oznaczeń hematologicznych rocznie:**

Prosimy o doprecyzowanie jaka jest prognozowana ilość oznaczeń PLT-O. **Odp. Szacunkowa ilość oznaczeń PLT-O wynosi ok. 10 000.**



**Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, Pakiet nr 3, Tab. 5, Odczynniki potrzebne do wykonania 130 700 oznaczeń hematologicznych rocznie oraz Tab. 5c:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby cena 1 morfologii netto/brutto oraz cena 1 rozmazu netto/brutto została podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, Pakiet nr 3, Tab.5a Inne odczynniki/kalibratory, krew kontrolna w trzech poziomach, płyny systemowe/akcesoria i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 130 700 oznaczeń hematologicznych rocznie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej morfologii krwi obwodowej w ilości uwzględniającej datę ważności fiolki podaną na opakowaniu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowaną krew kontrolną w ilościach uwzględniającej datę ważności fiolki podaną na opakowaniu.**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3:**

**§4 ust. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w dni wolne od pracy termin usunięcia awarii wynosił 24 godziny? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 5, dot. projektu umowy**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3:**

**W związku z możliwością przystąpienia do ww. postępowania przetargowego Wykonawców, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następujących punktów w paragrafach:**

Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- 1) Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....
- 2) Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu:**


„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Modyfikację §3 ust. 1 umowy w brzmieniu:**

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu zamówienia:

- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr .....lub mailem.....
- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr .....lub mailem.....”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**



**Dopisanie do §3 umowy ustępu w brzmieniu:**

„Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie:

- Wykonawcy 1 jest.....,
- Wykonawcy 2 jest..... “

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Modyfikację §5 ust. 6 poprzez zapis w brzmieniu:**

„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych następować będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia oryginału faktury wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Modyfikację §5 ust. 7 poprzez zapis w brzmieniu:**

Czynsz dzierżawny za dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt.2 i 3 umowy, płatny będzie miesięcznie - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca , na podstawie faktury wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, przelewem na konto wskazane na fakturze. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Modyfikację §5 ust. 12 poprzez zmianę zapisu:**

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- 1) Wykonawca 1 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:.....
- 2) Wykonawca 2 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:.....” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Modyfikację §6 ust.2 poprzez zmianę zapisu:**

„Reklamacje dotyczące jakości, ilości, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury odpowiednio do Wykonawcy odpowiedzialnego za dany zakres umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Prosimy o uzupełnienie zapisu w §9 ust. 1 pkt. 1) poprzez dodanie zdania:**

„W przypadku gdy Dostawcą jest kilka podmiotów występujących wspólnie, każdy z Wykonawców w odniesieniu do części zamówienia (pakietu), za który ponosi odpowiedzialność, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej dostawy dotyczącej tego pakietu”.


**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3:**

**§3 ust. 1**

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy dodać zapis „lub mailem”. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie, ale dopuszcza dopisanie zapisu „lub mailem”.**





**§5 ust. 5**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**§5 ust. 8**

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**§5 ust. 13**

Prosimy o usunięcie zapisy gdyż stanowi powtórzenie treści ust. 9. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę – patrz zmiana SIWZ.**

**§9 ust. 1 pkt. 2)**

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niewykonanej umowy nie zaś od wartości umowy, co Zamawiający dopuszcza w ust. 2 **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**§10**

Prosimy o usunięcie niniejszego paragrafu umowy gdyż stanowi powtórzenie treści par. 7 **Odp. Zamawiający wyraża zgodę – patrz zmiana SIWZ.**

W związku z wejście w życie przepisów RODO prosimy o dołączenie do mniejszej umowy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. **Odp. Wzór umowy zostanie udostępniony po zawarciu umowy przez Zamawiającego.**

Czy Zamawiający dopuści częściową realizację przedmiotu zamówienia poprzez rozdzielnie pakietów (wydzielenie pakietu na dostawę odczynników do badania moczu oraz dzierżawę analizatorów do badania moczu)? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

