



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 07.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/47/PN-39/18

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawy nici chirurgicznych – Zp/47/PN-39/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 7**

**poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. W obecnym kształcie pakietu ofertę może złożyć tylko jedna firma.

**Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 7 poz. 4 do osobnego pakietu.**

**poz. 6-7**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. W obecnym kształcie pakietu ofertę może złożyć tylko jedna firma.

**Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 7 poz. 6-7 do osobnego pakietu.**

**poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. W obecnym kształcie pakietu ofertę może złożyć tylko jedna firma.

**Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 7 poz. 10 do osobnego pakietu.**

**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o rozmiarze 5x x7,5 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gazy w rozmiarze 5x7cm.**

**poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro ;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Szpital  
bez bólu

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- wielowarstwowa włóknina, którą można rozdzielić na 7 warstw,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o rozmiarze 2,6 x 5,1 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza gazę o w/w właściwościach.**

#### **Pakiet nr 7**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaz hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 1, 2, 4, 6**

##### **Dot. Pakietu nr 1, poz. 12, 14**

Czy Zamawiający opisując przekrój igły jako „igła tnąco-okrągła” ma na myśli igłę okrągłą z tnącym ostrzem?

**Odp. Zamawiający wymaga igły okrągło-tnącej z czterema krawędziami tnącymi.**

##### **Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, niepowlekany, wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czasu wchłaniania 60-90 dni.**

##### **Dot. Pakietu nr 2, poz. 8-17, 23**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

**Odp. Zamawiający wymaga 10 tygodniowego okresu podtrzymywania tkankowego (poz.8-17), w poz.23 Zamawiający wymaga szwu monofilamentowego z glikonatu.**

##### **Dot. Zadania 2, poz. 18-22**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, pleciony, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktanem i stearynianem wpania, okres wchłaniania po ok. 42 dniach, okres podtrzymywania po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

**Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szwu monofilamentowego o okresie wchłaniałości ok. 56 dni.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 4, 16**

Czy Zamawiający opisując przekrój igły jako „igła okrągło-tnąca” ma na myśli igłę okrągłą z tnącym ostrzem?

**Odp. Zamawiający ma na myśli igłę progresywną (poz.4), Zamawiający wymaga igły okrągłej z czterema krawędziami tnącymi.**

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% i po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga okresu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach.**

**Dot. Zadania 6, poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu mikrograwerowania igły?

**Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu mikrograwerowania igły.**

**Dot. Zadania 6, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wymaga szwu o długości 75cm.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 3**

**poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości nici 0,15 mm, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2-1,4 mm, waga 70 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki o grubości 0,48cm, waga 85g, dopuszczamy wielkość oczek 1,2 - 1,4mm.**

**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8 x 15 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę w w/w rozmiarze.**

**poz. 8, 9**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 3 poz. 8 i 9 do osobnego pakietu.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9**

**Dotyczy pakietu nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy:

- w pozycji nr 10 - w celu łatwiejszej implantacji szwu Zamawiający wymaga nici nawiniętej na plastikowa szpulkę?

- w pozycji nr 12 i 14 - Zamawiający wymaga igły okrągło-tnącej z czterema krawędziami tnącymi?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga nici nawiniętej na plastikowa szpulkę oraz w pozycji nr 12 i 14 Zamawiający wymaga igły okrągło-tnącej z czterema krawędziami tnącymi.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Dotyczy pakietu nr 2:**

Zwracamy się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający:

- w pozycji nr 14 wymaga igły 26mm,
- w pozycji nr 15, wymaga igły 40 mm,
- w pozycji nr 19-23 wymaga szwów monofilamentowych z glikonatu, o czasie wchłaniania około 56 dni?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga w pozycji nr 14 igły 26mm, w pozycji nr 15, wymaga igły 40 mm, w pozycji nr 19-23 wymaga szwów monofilamentowych z glikonatu, o czasie wchłaniania około 56 dni.**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 8 ze szwem z igłą 20 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szwu z igłą 18-23mm.**

**Dotyczy pakietu nr 2, 4,6:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga we wszystkich wyspecyfikowanych igłach odwrotnie-tnących, igieł na całej długości o przekroju trójkątnym?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga igieł na całej długości o przekroju trójkątnym.**

**Dotyczy pakietu nr 4:**

W związku ze sprzecznymi parametrami zawartymi w opisie SIWZ zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji nr 1-28 wymaga szwów z poliglaktyny 910 wchłanianych między 56-70 dniem od zaimplantowania i okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekanych 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia, a w pozycji nr 29 – szwów z poliglaktyny 910 wchłanianych około 42 dni od zaimplantowania, okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, powlekanych poliglaktyna 370 i stearynianem wapnia?

**Odp. Zamawiający w poz. 1-28 wymaga szwów wchłanianych między 56-70 dniem od zaimplantowania, w poz. 29 wymaga szwów wchłanianych po ok. 42 dni od zaimplantowania.**

**Dotyczy pakietu nr 5:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 2 z taśmą o wymiarach 450x11mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozmiary.**

**Dotyczy pakietu nr 6:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 4 ze szwem z igłą 11mm, w pozycji nr 3 ze szwem z igłą 13mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1-11 ze szwem w kolorze czarnym?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy pakietu nr 8:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 z niewchłaniającą, polipropylenową płaską, siatką przepuklinową do zaopatrywania metodą klasyczną i laparoskopową z widocznymi niebieskimi paskami, grubość 0,53 mm, waga 60g/m<sup>2</sup>, pory o wielkości 1,5mm?



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy pakietu nr 9:**

W związku ze sprzecznymi parametrami zawartymi w opisie SIWZ zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 2 nici poliestrowej powlekaniej czy niepowlekaniej?

**Odp. Zamawiający wymaga nici niepowlekaniej.**

**Dotyczy wszystkich pakietów:**

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie wymogu dotyczącego próbek, tzn. aby Zamawiający we wszystkich pakietach albo dopuszczał możliwość wezwania Oferenta pod rygorem odrzucenia oferty do złożenia próbek do każdej pozycji potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ albo wymagał złożenia próbek do każdej pozycji wraz ze złożoną ofertą.

**Odp. Zgodnie z zapisami pkt. XI.A. SIWZ ppkt. 5, Zamawiający w przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.**

Czy Zamawiający wymaga w celu weryfikacji spełnienia wymogów SIWZ podania numerów katalogowych w formularzach cenowych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stażka