



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 22.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/66/PN-65/16

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala – Zp/66/PN-65/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę czystą mikrobiologicznie z ftalanami i lateksem w dwóch uśrednionych rozmiarach dla dzieci oraz dla dorosłych z drenem o długości 2 m? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ długość drenu nie wystarcza na swobodne poruszanie się chorego w obrębie łóżka. W procedurze szpitalnej jest wymagane stosowanie masek sterylnych.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 9**

##### **Ad. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek pooperacyjny sterylny z przylepcem o wyjątkowej elastyczności idealnie dopasowuje się do kontur ciała i wszelkich fałd skórnych zabezpieczając skórę przed drażniącymi wydzielinami rozmiar 10-88 mm, pojemność 300 ml? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 10x70 mm.**

##### **Ad. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek pooperacyjny sterylny z przylepcem o wyjątkowej elastyczności idealnie dopasowuje się do kontur ciała i wszelkich fałd skórnych zabezpieczając skórę przed drażniącymi wydzielinami rozmiar 10-30 mm, pojemność 75 ml? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 10x10 mm.**