



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 14.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-42/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: dostawy szkiełek mikroskopowych podstawowych, szkiełek nakrywkowych, szkiełek podstawowych o podwyższonej adhezji, nici okulistycznych, ściereczek jednorazowego użytku do mycia stołów operacyjnych i stolików, zestawy do cewnikowania pęcherza moczowego, zestaw do kaniulacji żył centralnych, jednorazowe elektrody do termolezji, jednorazowy sterylny ssak neurochirurgiczny, wiertła do wiertarki szybkoobrotowej, akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, pokrowiec na przewody, stapler do niskich resekcji, tamponada nosowa, dwuwodowy siarczan wapnia, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca, dren silikonowy sterylny brzuszny, sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnej, dreny do laparoskopii, fartuchy na oko, osłona na aparat, pojemniki na odpady medyczne, ubranka operacyjne, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, ściereczki do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego – Zp/50/PN-42/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odp. Zamawiający nie zmienia formularza cenowego.

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pakiet nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 szkiełka podstawowe, szlifowane (90°), z podwójnym polem do opisu. Szkiełka o wymiarach: 26 x 76 x 1,0 mm (+ 0 / -1.0mm) (zgodnie z normą ISO 8037-1). Szkiełka wykonane ze szkła sodowo-wapniowego: SiO₂ 72,2%, MgO 4,3%, Na₂O 14,3%, Al₂O₃ 1,2%, K₂O 1,2%, Fe₂O₃ 0,03%, CaO 6,4%, SO₃ 0,3%. Szkiełka czyste, gotowe do użycia, o niskiej autofluorescencji. Opakowanie: 50 szt.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pakiet 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w pozycjach 2, 3 i 4 szkiełek nakrywkowe wykonane ze szkła boro-krzemowego D 263 M, o grubości 0,13 - 0,16 mm, o wysokiej przezroczystości i achromatyczne, przepuszczalność światła dla szkła o gr. 0,1 mm τ_{VD65} w % ($d = 0,15\text{mm}$) = $91,7 \pm 0,3\%$. Opakowanie zbiorcze 10 x 100 sztuk.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych o podwyższonej adhezji o zawartości Fe2O3 – 0,03% pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2

Ze względu na wymaganie szkiełek w opakowaniach po 72 sztuki prosimy o dopuszczenie 84 opakowań po 72 sztuki, co daje całkowitą ilość 6048.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 6, 11, 12, 22

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw w twardej blistrze 10 x 20 głębokości 4 cm 3 – komorowy o składzie:

IGŁA 1,2X40MM – 2 szt.

IGŁA 0,5X25MM – 1 szt.

STRZYKAWKA 5ML - 1 szt.

STRZYKAWKA 10ML – 1 szt.

STRZYKAWKA 2ML – 1 szt.

SZPATUŁKA DO DEZYNFEKЦИИ POŁA OPERACYJNEGO 14CM - 2 szt.

Kompresy Gazowe 13 Nitkowe 7,5X7,5CM 8W – 10 szt.

Serweta TF 75X45CM z otworem – 1 szt.

Serweta 90X75CM – 1 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu, ponieważ jest niekompletny w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o szerokości 15 cm i długości 250 cm reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pokrowca o wymiarach: długość 250 x 300mm, szerokość 17cm.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS, o długości w zależności od rozmiaru M-115cm, L-125cm, XL- 140cm, XXL 155cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch typu SPUNLACE o długości 130 cm, 150cm, 170cm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS, w kolorze ciemno-niebieskim i zielonym rękawy i nogawki spodni bez podszycia, niestrzępiące się, pakowane w foliową torbę bluza + spodnie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań operacyjnych w kolorach: zielonym, niebieskim, różowym i fioletowym z obszyciem.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 3, dot. Pakietu nr 1, 2

Pakiet nr 1, poz.1 oraz pakiet nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka diagnostyczne gwarantujące najwyższą jakość wymaganą przez Zamawiającego z terminem przydatności do użytku minimum 11 miesięcy, ze względu na specjalistyczny proces technologiczny zastosowany przy ich produkcji ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 2,3,4

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych o grubości 0,13 – 0,16mm?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje.

Pakiet nr 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje aby opakowania szkiełek nie posiadały pochłaniaczy wilgoci oraz nie były przekładane bibułkami?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje .

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający oczekuje aby dodatkową ochronę zapewniało pakowanie szkła w celofan i/lub pudełko w celofanie?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pakiet nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szkiełek w opakowaniach handlowych z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości:

- pakiet 1, poz. 1 – opakowanie handlowe=50szt.
- pakiet 1, poz. 2-4 – opakowania handlowe=10x100szt – łącznie 1000 szt.
- pakiet 2, poz. 1 – opakowanie handlowe=72 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 2

Czy w przypadku zgody na wycenę szkiełek w opakowaniach handlowych, Zamawiający oczekuje przeliczenia i zaokrąglenia zaoferowanych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje.

Pakiet nr 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę szkiełek za sztukę, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy SIWZ punkt XI.A, 2 :

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu zawartego w wyżej wymienionym punkcie SIWZ przedstawienie poświadczenia na dostawę wyrobów medycznych w tym materiałów laboratoryjnych?

Odp. Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony.

Pytanie 4, dot. Pakietu nr 11, 16, 19, 22

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 16cm x 250cm z 2 taśmami samoprzylepnymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne w rozmiarach CH26, CH27, CH30, CH33, CH36?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dreny brzuszne w rozmiarach: 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny spunlace (55% pulpy celulozowej + 45% PES) o gramaturze 68g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 35g/m².

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha typu SPUNLACE.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości M-124cm, L- 128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch o długość 130 cm, 150cm, 170cm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² wykonane z włókniny dostępne w kolorze: fioletowym, zielonym bądź niebieskim w rozmiarach od S do XXL, bluza z krótkim rękawem nie podwijanym, nie obszytym, wykończenie typu V obszyte lamówką w kolorze bluzy, spodnie z długimi, prostymi nogawkami bez obszycia?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań operacyjnych w kolorach: zielonym, niebieskim, różowym i fioletowym w rozmiarach od XS do XXXL wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 45g/m².

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742