

Wałbrzych, dnia 14.06.2018 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-42/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: dostawy szkiełek mikroskopowych podstawowych, szkiełek nakrywkowych, szkiełek podstawowych o podwyższonej adhezji, nici okulistycznych, ściereczek jednorazowego użytku do mycia stołów operacyjnych i stolików, zestawy do cewnikowania pęcherza moczowego, zestaw do kaniulacji żył centralnych, jednorazowe elektrody do termolezji, jednorazowy sterylny ssak neurochirurgiczny, wiertła do wiertarki szybkoobrotowej, akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, pokrowiec na przewody, stapler do niskich resekcji, tamponada nosowa, dwuwodowy siarczan wapnia, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca, dren silikonowy sterylny brzuszny, sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnej, dreny do laparoskopii, fartuchy na oko, osłona na aparat, pojemniki na odpady medyczne, ubranka operacyjne, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, ściereczki do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego – Zp/50/PN-42/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Sprostowanie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 13.06.2018r.

Dotyczy pytania nr 2, pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czterokanałowych elektrod płasko naklejanych wraz z taśmą przewodów gładko prowadzonej na rurce a nie w postaci luźnych, poskręcanych przewodów?

Uzasadnienie; Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne i ekonomiczne gdyż pozwala na podłączenie oryginalnych firmowych elektrod czterokanałowych na każdy rodzaj i rozmiar wybranej rurki intubacyjnej. Elektrody cztero- kanałowe- bardziej bezpieczne niż jednokanałowe - nie wymagają żadnego Uziemienia i kabla referencyjnego ponieważ takie są w zestawie z posiadanym urządzeniem typu ISIS firmy Inomed.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga jednokanałowych elektrod.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Staszka