



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 26.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/66/PN-65/16

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala – Zp/66/PN-65/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 15**

##### **Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia przetoki nerkowej - rozmiar CH 10; CH 12, o następującym składzie:

- silikonowy cewnik z balonem,
- igła punkcyjna dwuczęściowa, 18 G, dł. 20 cm,
- przewodnik Lunderquista zabezpieczony tubą ochronną,
- komplet rozszerzadeł w tym jedno rozszerzadło z rozrywalną koszulką,
- zatyczka.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

##### **Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach CH 4,7;6; 7; 8 dł. 28/30 cm (takich jak do tej pory używanych przez Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 15 dopuści zaoferowanie zestawów z przewodnikiem stalowym pokrytym teflonem, pozostałe parametry zgodne z opisem **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 15 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem z końcówką typu J zamkniętą z licznymi otworami na wewnętrznej stronie pętli, w zestawie łącznik z lejkiem i kranik trójdrożny w miejsce zatyczki i lejka na końcu cewnika J, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza – niepotrzebny łącznik z lejkiem i kranik trójdrożny.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 15 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem z balonem, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 4**

##### **poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora ZOOLL Serie M o wymiarze 90x 90 x 200 kartek- zapis ostatniego wymiaru x14 nie jest nam znany. **Odp. Papier rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem ZOLL Serie M : typ składanka, wymiary w mm : 90 x 90 x14 ; Liczba 14 mm dotyczy grubości bloczka. Jeżeli 200 kartek jest równoznaczne z 14 milimetrami to Zamawiający dopuszcza.**

**poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do EKG Nihon Kohden 1250 o wymiarze 140 x 110 x 200 kartek- zapis ostatniego wymiaru x10 nie jest nam znany. **Odp. Papier rejestracyjny kompatybilny z aparatem EKG-ECG1250 ; typ kładanka, wymiary w mm : 140x110x10; Liczba 10 mm dotyczy grubości bloczka. Jeżeli 200 kartek jest równoznaczne z 10 milimetrami to dopuszczam ofertę.**

**Pytanie 4, dot. projektu umowy**

**Projekt umowy- §2 ust. 2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. **Odp. Na moment składania ofert Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia na dany asortyment.**

**Projekt umowy- §8 ust. 4.4)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 4.4) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Projekt umowy- §10 ust. 1 tiret 3**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)? **Odp. Tak.**

**Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 2 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a)dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,

b)dla zamówień na cito - do 2 dni roboczych”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy warunków umowy – załącznik 3a i 3b - § 9 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy § 2 ust. 2**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy § 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §4 pkt 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy §8 ust. 1.2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy §4 ust. 3.b)**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 3 dni roboczych. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §5 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §6 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści: „W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 1.1)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 1.2)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §9 ust. 2**

Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2 **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 miesięcy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 1 pkt. 2)**

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była os wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8**

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu :”Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §9 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 14**

Prosimy o potwierdzenie wymogu kompatybilności wiertel z wiertarką Midas Rex firmy Medtronic?. **Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, aby wiertła były kompatybilne z wiertarką Midas Rex firmy Medtronic.**

Prosimy o doprecyzowanie z jakim modelem oraz producentem napędu powinny być kompatybilne oferowane ostrza? **Odp. Kompatybilne z wiertarką Midas Rex firmy Medtronic.**

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści okularki w rozmiarach: S- 29-35,5 cm, M- 31-37,5 cm, L- 33-39,5? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru S i M, ponieważ są za duże. Rozmiar L Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie okularków, typu Y-B, z taśmą, zapinaną na rzep, w trzech rozmiarach: 30-40 cm, 25-35 cm, 20-30 cm **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga okularki typu Y z dwoma niezależnymi mocowaniami na rzepy.**

#### **Pytanie 7, dot. pakietu nr 4**

##### **pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści papier rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem ZOLL Serie M o wymiarach 90 mm x 90mm x 200 kartek (18 m)? **Odp. Papier rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem ZOLL Serie M : typ składanka, wymiary w mm : 90 x 90 x14 ; Liczba 14 mm dotyczy grubości bloczka. Jeżeli 200 kartek jest równoznaczne z 14 milimetrami to dopuszczam ofertę.**

##### **pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu NIHON KOHDEN Cardiofax ECG 1250w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x 150 kartek? **Odp. Papier rejestracyjny kompatybilny z aparatem EKG-ECG1250 ; typ kładanka, wymiary w mm : 140x110x10; Liczba 10 mm dotyczy grubości bloczka. Jeżeli 200 kartek jest równoznaczne z 10 milimetrami to dopuszczam ofertę.**

#### **Pytanie 8, dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik skalowany co 5 ml? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ dla użytkownika bardzo ważnym elementem jest precyzyjne określanie ilości pobieranego materiału.**

#### **Pytanie 9, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 2,1 m? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ długość drenu nie wystarcza na swobodne poruszanie się chorego w obrębie łóżka.**

#### **Pytanie 10, dot. pakietu nr 8**

Prosimy o dopuszczenie ustników pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga, aby ustniki były wstępnie złożone (gumka nałożona z jednej strony) oraz by pakowane były w tekturowe pudełka z dyspenserem? **Odp. Zamawiający nie wymaga aby ustniki były wstępnie złożone, wymaga aby były pakowane pojedynczo - nie musi to być pudełko z dyspenserem**

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do godziny 10:00 dnia 28.07.2016r.? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 12, dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika? **Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**

Czy Zamawiający **dopuszcza do postępowania przetargowego i uzna za równoważne** zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, **zakładany metodą Seldingera**, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał przewodnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 15, 17, 19, 23, 27 cm – do wyboru przez Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28, 32 cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, przewodnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagno do tunelizacji, przewodnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?



**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników tunelizowanych zakładanych metodą Retrograde.**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu chociaż kilka sztuk cewników dla tzw. „Trudnych Pacjentów”, minimalizujących gromadzenie się skrzepów? **Odp. Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne zestawy do szynowania moczowodów w rozmiarach 4,7 , 6, 7, 8CH zamiast 5-6-7-8CH, odległość między pętlami 28cm, długości całkowite 32cm zamiast 30cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji nr 2 do odrębnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 2 do odrębnego pakietu.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 12**

Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 12**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł z haczykiem o długości igły: 5, 9, 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe do podawania tlenu dla dorosłych lub dzieci z drenem o długości 2,1m. mikrobiologicznie czysta, wykonana z medycznej jakości PCV ze śladową ilością ftalanów? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ długość drenu nie wystarcza na swobodne poruszanie się chorego w obrębie łóżka. W procedurze szpitalnej jest wymagane stosowanie masek sterylnych.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do podawania w zakresie pakietu nr 3 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 3**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary z samą heparyną sodową lub z samą heparyną litową? **Odp. Zamawiający nie dopuści do przetargu oferty kapilar z samą heparyną sodową lub litową ze względu na zalecenia producenta aparatury medycznej wykonującej badania.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary o średnicy zewnętrznej 2,3 mm? **Odp. Zamawiający nie dopuści do przetargu oferty kapilar o średnicy zewnętrznej 2,3 mm, gdyż producent aparatu medycznego wskazuje na kapilary o średnicy 2,0 mm. Oferowane kapilary są za grube.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości drenu 2,1 metra , mikrobiologicznie czystą z termoplastycznym mankietem niewymagającym blaszki do uszczelnienia części nosowej ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ długość drenu nie wystarcza na swobodne poruszanie się chorego w obrębie łóżka. W procedurze szpitalnej jest wymagane stosowanie masek sterylnych.**