



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 04.07.2018 r.

DZPZ-530-Zp/56/PN-48/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy nici chirurgicznych– Zp/56/PN-48/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1, 2, 3, 4

Pakiet nr 1, poz. 4, 16

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w poz. 4 wymaga igły okrągło tnącej progresywnej, w poz. 16 wymaga igły okrągło tnącej Taper Cut.

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą zwykłą, bez pogrubienia?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły okrągłej pogrubionej.

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nitki o długości 90 cm.

Pakiet nr 1, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, powlekaną, wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania po ok. 42 dniach oraz o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% i po 8-11 dniach 50%? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zainplantowania. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 1 poz. 29 do osobnego pakietu.

Pakiet nr 2

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu i umożliwienie składanie ofert na poszczególne grupy, według typów (rodzajów) nici, tj. Pozycja 1-7 –Pakiet 2a, Pozycja 8-17, 23 – Pakiet 2b, Pozycja 18-22 – Pakiet 2c.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 2 osobnych pakietów.

Pakiet nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, niepowlekany, wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czasu wchłaniania 60-90 dni.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pakiet nr 2, poz. 8-17, 23

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, monofilamentowy, z polidiodksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 10 tygodniowego okresu podtrzymywania tkankowego.

Pakiet nr 2, poz. 18-22

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, pleciony, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania po ok. 42 dniach, okres podtrzymywania po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szwu monofilamentowego, syntetycznego z glikonatu, okres podtrzymywania tkankowego 50% po 6-7 dniach.

Pakiet nr 3, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości nici 0,15 mm, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2-1,4 mm, waga 70 g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w poz. 1- 6 wymaga grubości nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, waga 85 g/m², w poz. 7 grubości nici 0,2 mm, grubość siatki 0,71 mm.

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8 x 15 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki w rozmiarze 8 x 12 cm.

Pakiet nr 3, poz. 8, 9

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 3 poz. 8, 9 do osobnego pakietu.

Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu mikrograwerowania igły?

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu mikrograwerowania igły.

Pakiet nr 4, poz. 12-18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania szwów polipropylenowych w opakowania typu Realy lub Racepack? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu pakowania szwów w opakowania zmniejszające pamięć typu Realy lub Racepack. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 4 poz. 12-18 do osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający z Pakietu 3 wydzieli pozycje 1, 2, 4 i 6 tworząc z nich odrębny Pakiet i dopuści niewchłaniaalne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej



**DOLNY
SLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitaisokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Proponowane rozmiary implantów to odpowiednio: pozycja 1 – 6 x 11cm, pozycja 2 – 8x15 cm, pozycja 4 – 15x15 cm i w pozycja 6 – 30x30 cm

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 3 poz. 1, 2, 4, 6 do osobnego pakietu.

Pytanie 3. dot. pakietu nr 1, 2, 3, 4

Dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający:

- w pozycji nr 14 wymaga igły 26mm,
- w pozycji nr 15, wymaga igły 40 mm,
- w pozycji nr 19-23 wymaga szwów monofilamentowych z glikonatu, o czasie wchłaniania około 56 dni?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 14 igły 26mm, w pozycji nr 15 wymaga igły 40 mm, w pozycji nr 19-22 wymaga szwów monofilamentowych z glikonatu, o czasie wchłaniania około 56 dni, w pozycji nr 23 wymaga szwów monofilamentowych z polipidoksanu, o czasie wchłaniania od 180 do 210 dni.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 8 ze szwem z igłą 20 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga szwu z igłą 22mm.

Dotyczy pakietu nr 1, 2,4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga we wszystkich wyspecyfikowanych igłach odwrotnie-tnących, igieł na całej długości o przekroju trójkątnym?

Odp. Tak, zgodnie ze specyfikacją.

Dotyczy pakietu nr 1

W związku ze sprzecznymi parametrami zawartymi w opisie SIWZ zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji nr 1-28 wymaga szwów z poliglaktyny 910 wchłaniających między 56-70 dniem od zaimplantowania i okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekanych 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia, a w pozycji nr 29 – szwów z poliglaktyny 910 wchłaniających około 42 dni od zaimplantowania, okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, powlekanych poliglaktyna 370 i stearynianem wapnia?

Odp. Zamawiający w poz. 1-28 wymaga szwów o czasie wchłaniania od 56 do 70dni, w poz. 29 wymaga szwów o czasie wchłaniania ok. 42dni od zaimplantowania.

Dotyczy pakietu nr 1, poz.16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z poliglaktyny 910 wchłaniających między 56-70 dniem od zaimplantowania i okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, powlekanych 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia z igłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 4 ze szwem z igłą 11mm, w pozycji nr 3 ze szwem z igłą 13mm?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga w pozycji 1, 3, 4 długości igły 12mm.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1-11 ze szwem w kolorze czarnym?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga szew w kolorze niebieskim.

Dotyczy wszystkich pakietów

Czy Zamawiający wymaga w celu weryfikacji spełnienia wymogów SIWZ podania numerów katalogowych w formularzach cenowych?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną polipropylenową do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości 0,48 mm, wielkości oczek 0,8 mm, gramaturze 82 g/m.kw w rozmiarach odpowiednio dla poz.1 – 5 x 10cm, poz.2 – 7,5 x 15cm, poz.3 – 10 x 15cm, poz.4 – 15 x 15cm, poz.5 – 26 x 36cm, poz.6 – 30 x 30cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną polipropylenową do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości 0,48 mm, wielkości oczek 1,0-1,2 mm, gramaturze 100 g/m.kw w rozmiarach odpowiednio dla poz.1 – 6 x 11cm, poz.2 – 7,6 x 15cm, poz.3 – 10 x 15cm, poz.4 – 15 x 15cm, poz.5 – 30 x 30cm, poz.6 – 30 x 30cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki o gramaturze 85g/m.kw.

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści zestaw siatek chirurgicznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, do metody Robbinsa- Rutkowa, składający się z dwóch niepołączonych elementów – siatki i samorozszerzającego się korka. Siatka jest pierwotnie przycięta płaska, implantowana na dno kanału pachwinowego,

nad korkiem, natomiast korek jest fiksowany i umieszczony we wrotach przepukliny.

Gramatura siatki 82 g/m.kw, wielkość porów 0,8mm, w rozmiarach odpowiednio dla poz.8 – głębokość korka 3,75cm, rozmiar siatki 5 x 10cm, oraz dla poz.9 - głębokość korka 4,5cm, rozmiar siatki 5 x 10cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną polipropylenową do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości 0,55 mm, wielkości oczek 3,6x2,8 mm, wadze 48 g/m.kw w rozmiarze 30 x 50cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

pozycja 7, 8, 9

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 3 powyższe pozycje i utworzy odrębny pakiet, co pozwoli na zaoferowanie produktu w konkurencyjnych cenach.

Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 3 poz. 7, 8, 9 do osobnego pakietu.

pozycja 1,2,4,6

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową wykonaną z przędzy o grubości nici 0,16mm i porowatości 65%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki o grubości nici 0,14 mm i porowatości 50%.

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową wykonaną z przędzy o grubości nici 0,16mm i porowatości 65% oraz o rozmiarze 100mmx160mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki o grubości nici 0,14 mm i porowatości 50%.

pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową wykonaną z przędzy o grubości nici 0,16mm i porowatości 65% oraz o rozmiarze 200mmx300mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki o grubości nici 0,14 mm i porowatości 50%.

dot. projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zamówienia.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numer pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie zobowiązywało Wykonawcę do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu ?

Odp. Niewykonanie należyte postanowień umowy wynikające z treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Słobka



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742