

Wałbrzych, 08.08.2018 r.

DZPZ-530- Zp/55/PN-47/18

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.” - Zp/55/PN-47/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: pakietu nr 3 „Parametry graniczne” podpunkt nr 8

Czy Zamawiający dopuści termin ważności kaset po włożeniu do analizatora min. 14 dni dla kaset pełnego panelu badań tj. pH,pCO<sub>2</sub>,pO<sub>2</sub>,ctHb,sO<sub>2</sub>,FO<sub>2</sub>Hb,FCOHb, FMetHb,FHHb, FHbF,Na, Ca<sup>2+</sup>,K,Cl,Glu,Lac,Bil, Crea, Urea i kasyty o 30 dniowym terminie ważności po włożeniu do analizatora dla panelu bez kreatyniny i mocznika tj. pH,pCO<sub>2</sub>,pO<sub>2</sub>,ctHb,sO<sub>2</sub>,FO<sub>2</sub>Hb,FCOHb, FMetHb,FHHb, FHbF,Na, Ca<sup>2+</sup>,K,Cl,Glu,Lac,Bil?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści termin ważności kaset po włożeniu do analizatora min. 14 dni dla kaset pełnego panelu badań tj. pH,pCO<sub>2</sub>,pO<sub>2</sub>,ctHb,sO<sub>2</sub>,FO<sub>2</sub>Hb,FCOHb, FMetHb,FHHb, FHbF,Na, Ca<sup>2+</sup>,K,Cl,Glu,Lac,Bil, Crea, Urea i kasyty o 30 dniowym terminie ważności po włożeniu do analizatora dla panelu bez kreatyniny i mocznika tj. pH,pCO<sub>2</sub>,pO<sub>2</sub>,ctHb,sO<sub>2</sub>,FO<sub>2</sub>Hb,FCOHb, FMetHb,FHHb, FHbF,Na, Ca<sup>2+</sup>,K,Cl,Glu,Lac,Bil**

Zastępca Dyrektora  
dz. Administracyjno-Organizacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stazka