



Wałbrzych, 10.07.2018 r.

DZPZ-530-Zp/60/PN-51/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej z 2 stanowiskami treningowymi – Zp/60/PN-51/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania

Pkt. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na niezależne programowanie parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób ręczny i z pośrednią funkcją graficzną? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pkt. 9

Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli analizę z dwóch kanałów EKG, jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści analizę EKG z jednego kanału EKG? **Odp. Analiza z dwóch kanałów EKG. Nie dopuszcza analizy Ekg z jednego kanału. Lepsza analiza parametrów EKG dla pacjentów**

Pkt.11

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Lepszy nadzór medyczny i większe bezpieczeństwo dla pacjenta w trakcie przeprowadzanego treningu.**


Pkt. 15

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu aplikacji treningowej, lecz po zakończeniu treningu? **Odp. Tak.**

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji wyświetlania planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Lepsza jakość monitorowanie przebiegu treningu dla pacjenta.**





Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości zakładania kart pacjentów przy użyciu kart chipowych NFZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Karta chipowa NFZ daje łatwość przechowywania, gromadzenia danych pacjenta.**

Pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści wzmacniacz sygnału EKG 1-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Monitorowanie jest z dwóch odprowadzeń EKG i wzmacniacz sygnału też powinien być 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją.**

Rowery rehabilitacyjne

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści cykloergometry o mocy w zakresie 20-500 W? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści cykloergometry z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Rowery mogą być wykorzystane nie tylko dla pacjentów kardiologicznych.**

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści cykloergometry z opcją obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie 30 – 130 obr./min.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Rowery mogą być wykorzystane nie tylko w treningach kardiologicznych.**

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści ergometr bez czytnika kart chipowych NFZ wykorzystany przy inicjalizacji treningu, lub odczytu danych z kart chipowych NFZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Karty chipowe NFZ potrzebne do prowadzenia lepszej dokumentacji pacjentów.**

