



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/65/ PN-64/16

Wałbrzych, 03.08.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Kompleksową dostawę szybkich testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych do mikrobiologii oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu i systemem back up .”- Zp/65/PN-64/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 1 dopuści test o czułości 10ng/ml z kontrolą dodatnią w postaci płynnej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zbyt duża czułość testu może skutkować w tym przypadku fałszywie dodatnimi wynikami oznaczeń.

Pyt. 2 dot. projektu umowy do wszystkich pakietów

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

2. §8 i 9 ust 1 a), b) oraz ust 2 Czy Zamawiający dopuści kary umowne :

1) 0,2 % netto wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej

2) 10 % netto wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% **netto** wartości niewykonanej **części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji możliwości dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw w formie elektronicznej?

Odp. Pytanie zadane nieprecyzyjnie. Zamawiający nie wie, co Wykonawca rozumie pod pojęciem „dokumentacji produktowej”. Zamawiający oczekuje również sprecyzowania, których pakietów pytanie dotyczy.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*