



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/65/ PN-64/16

Wałbrzych, 12.08.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Kompleksową dostawę szybkich testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych do mikrobiologii oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu i systemem back up .”- Zp/65/PN-64/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, w których zmiana pH w zakresie od 5,0 do 9,0 oraz ciężaru właściwego w zakresie 1,000-1,037 nie wpływają na wynik (brak interferencji)?
Odp. Nie, Zamawiający nie oczekuje takich testów.

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, w których producent podaje czas możliwości wykrycia substancji uzależniającej w moczu ?
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, w których producent podaje czas możliwości wykrycia substancji uzależniającej w moczu.

3. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach 25 testów/opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej ilości testów?
Odp. Nie- zbyt mała konfekcja w stosunku do potrzeb.

Pyt. 2 Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania barwnika Giemsy gotowego do użycia (bez konieczności rozcieńczenia) czy 20Xstężonego?

Odp. Zamawiający oczekuje barwnika Giemsy stężonego 20x.

Pyt. 3 dotyczy pakietu nr 7- Mikrometoda wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohepatologicznego oraz systemu back-up do oferowanych kart.

Czy ze względu na właściwości biologiczne oferowanego w poz. 12 odczynnika do badania profili antygenowych grupy Lewis (Lea, Leb, kontrola) Zamawiający wyrazi zgodę na przechowywanie w/w odczynnika w temperaturze niższej od pokojowej oraz z terminem ważności min. 4 m-ce od daty dostawy?

Odp. Tak, Zamawiający w tym wypadku wyraża zgodę (odczynnik do badania profili antygenowych grupy Lewis).

Pyt. 4 dotyczy pakietu 1 – Szybkie testy kasetkowe do wykrywania narkotyków i leków uzależniających w moczu:

Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe pakowane po 30 szt. w opakowaniu?

Odp. Nie- zbyt mała konfekcja w stosunku do potrzeb.

Pyt. 5 dotyczy pakietu 4 – Clostridium difficile – kasetki:

1. Czy Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego? **Odp. Tak**
2. Czy Zamawiający wymaga testu w zestawie z koniugatem? **Odp. Zestaw ma być kompletny do wykonania badania zgodnie z SIWZ.**
3. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu potwierdzającej spełnienie wymagań SIWZ? **Odp. Nie- brak takiego wymogu w SIWZ.**

Pyt. 6 Pakiet – Szybkie kasetkowe testy immunochromatograficzne i inne:

- a) Czy Zamawiający w poz. 4 i 9 dopuści opakowania z mniejszą ilością oznaczeń? Jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie ile Zamawiający podczas trwania umowy zamierza wykonać kontroli danego parametru?

Odp. Nie- opakowania z mniejszą ilością oznaczeń nie gwarantują ciągłości serii odczynnika w czasie.

- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie pozycji z kontrolą zewnętrzną dla testu Influenza A+B, ze względu na znajdującą się kontrolę w teście?

Odp. Nie- kontrola zewnętrzna zgodna z SIWZ.

- c) Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści test RSV o czułości 86%?

Odp. Nie- zbyt mała czułość.

- d) Czy Zamawiający dopuści testy Rota/Adenowirusy pakowane po 10szt. w opakowaniu?

Odp. Nie- zbyt mała konfekcja w stosunku do potrzeb. Brak gwarancji ciągłości serii odczynnika w czasie.

- e) Czy Zamawiający dopuści testy na krew utajoną w kale pakowane po 20szt. w opakowaniu?

Odp. Nie- zbyt mała konfekcja w stosunku do potrzeb. Brak gwarancji ciągłości serii odczynnika w czasie.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*