



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 23.07.2018 r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-54/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji żył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow, jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin, kieliszków do leków, zestawów do drenażu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych– Zp/63/PN-54/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 20, 23

Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. 75 szt. z przeliczeniem ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o śr. dna 2,8 cm, o średnicy górnej krawędzi 4,8 cm?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieliszków o średnicy dna 2,5cm, średnicy górnej krawędzi 3,5cm o stożkowatym kształcie.

Pakiet nr 23

Czy Zamawiający oczekuje 800 sztuk ostrzy czy 800 opakowań po 100 szt. ostrzy?

Odp. Zamawiający oczekuje 800 opakowań po 100 szt. ostrzy.

Czy Zamawiający dopuści ostrza w rozmiarach 10a, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24?

Odp. Zamawiający dopuszcza ostrza we wszystkich rozmiarach.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody spełniającego wymagania SIWZ o szerokości 14cm?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pokrowca o szerokości 17cm.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Kontrastacyjnych
mgr inż. Andrzej Stężka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742