



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 24.07.2018r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-54/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji żył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow, jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin, kieliszków do leków, zestawów do drenażu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych – Zp/63/PN-54/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
TUPFER A 17N 20X20CM	7	OP
SERWETA FB (gramatura 43g/m2) 60X50CM	1	SZ
POJEMNIK TEKSTUR TYP NERKA 500ML 25X15X4CM	1	SZ
PESETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1	SZ
POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP	1	SZ

Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa z naklejkami samoprzylepnymi, identyfikującymi zestaw

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Opis składnika	Ilość	Jednostka
KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W	10	SZ
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM	1	SZ
IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)	1	SZ
IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM)	1	SZ
POJEMNIK TEKSTUR TYP NERKA 500ML 25X15X4CM	1	SZ
PEŁETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1	SZ
SERWETA TF (gramatura 43g/m ²) 90X75CM O8 PRZYL	1	SZ
SERWETA TF (gramatura 43 g/m ²) 90X75CM	1	SZ
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LN TTRAN G	1	SZ
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 10ML LN TTRAN G	1	SZ

Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa z naklejkami samoprzylepnymi, identyfikującymi zestaw

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zestaw nie spełnia wymaganych parametrów.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli długość przewodu od 250 cm - 300 cm?

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli długość przewodu od 250cm - 300cm.

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o szerokości 15 cm i długości 250 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pokrowca o szerokości 17cm i długości przewodu od 250cm - 300cm.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 24

Pakiet 24 poz. 1

Czy zamawiający dopuści osłonę na mikroskop o wymiarach 117x267 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga osłony o wymiarach 115x260cm.

Pakiet 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszonki sterylne o wymiarach 40x30 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga osłony o wymiarach 40x35cm.

Pakiet 24 poz. 3

Czy zamawiający dopuści sterylną kieszonkę dwukomorową o wymiarach 42x35 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 5. dot. Projekt umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zamówienia.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numer pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie zobowiązywało Wykonawcę do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu ?

Odp. Niewykonanie należyte postanowień umowy wynikające z treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 6, dot. Pakietu nr 2

Pakiet 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający serwetę 50/70cm lub 50/60cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki i parametry SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający serwetę 45/45cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki i parametry SIWZ.

Pytanie 7, dot. Pakietu nr 3

Pakiet 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający serwetę jednoczęściową 50/75cm z otworem przyklepnym bez regulacji 6/8cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga regulowanego otworu przyklepnego.

Pakiet 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający igłotrzymacz metalowy typu imadło o długości 15cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki i parametry SIWZ.

Pakiet 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający samoprzylepny opatrunek przezroczysty 10/12cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki i parametry SIWZ.

Pakiet 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie warunki i parametry SIWZ, jeden zestaw kompletny w jednym opakowaniu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 8, dot. Pakietu nr 4

Pakiet 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na przewody Tubus o szerokości 16cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pokrowca o szerokości 17cm.

Pytanie 9, dot. Pakietu nr 8

Pakiet 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne w rozmiarze CH 26, 27, 30, 33, 36?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dreny brzuszne w rozmiarze 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Pytanie 10, dot. Pakietu nr 20

Pakiet 20 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach '90szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalasokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742