



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 27.08.2018r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-52/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych do osteosyntezy – Zp/61/PN-52/18.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3, 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych z tytanu, bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga implantów stalowych.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości 73-229mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga płyt o długości 235mm.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5 dopuści możliwość zaferowania płyt z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejsiówek, gwintowanymi (z gwintem stożkowym) w części blokującej i gładkimi w części kompresyjnej?

Odp. Tak! zapis widnieje w ofercie.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5 dopuści możliwość zaferowania płyt z otworami w głowie płyty blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwieni Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga płyt z otworami gwintowanymi w kolumnach.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania płytki przyśrodkowej od 4 do 14 otworów, dł. 116-246mm; płytki przyśrodkowej z bocznym ramieniem o dł. 117-171mm; płyty przednio-bocznej posiadającej 5-17 otworów, dł. 80-236mm oraz płytki puszczelowej podporowej T 3-7-otworowej, dł. 50-89mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości 81-211mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga płyt o długości 237mm.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania płyt prostych o grubości 2,7 mm zamiast 3,5 mm oraz 3,7 mm zamiast 4,5 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Podana w opisie szczegółowym grubość płyt nie podlega zmianie i jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płyt zagiętych o ilości otworów od 5 do 16 zamiast od 6 do 18?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Mniejsza liczba otworów ma wpływ na długość płyty.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych z gniazdem tylko sześciokątnym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza jeśli pozostałe parametry płyt i śrub będą spełniały szczegółowe zapisy zamówienia.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania:

- płyty prostej wąskiej – długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów,
- płyty prostej szerokiej – długość od 122 do 350mm, od 6 do 18 otworów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga płyt o długości 440mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 3 poz. 19-20 i utworzenie dla tych pozycji nowego pakietu, co umożliwi uzyskanie Zamawiającemu konkurencyjnych ofert?

Odp. Nie, Zamawiający nie przewiduje rozdzielania pakietów.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości udowej wyłącznie w wersji bez haka?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający bezwzględnie wymaga hak.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego Ø7,3mm, z łbem stożkowym, samowiercącego, z gwintem częściowym o dł. gwintu 18mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej kaniulowanej samowiercącej Ø7,3mm; dł. 30-145mm; gniazdo sześciokątne lub torx?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości minimalnej 20mm.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego z łbem stożkowym Ø5,0mm, dł. gwintu 25mm, gniazdo sześciokątne i torx?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści możliwość zaoferowania implantów niesterylnych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej wyłącznie gwintowanej zamiast gwintowanej lub spiralno – nożowej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga śruby spiralno – nożowej.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1a dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o długości 180mm zamiast 170mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gwoźdźcia o długości 170mm.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1b dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o krzywej ugięcia 2000mm zamiast 1500mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga krzywej ugięcia 1500mm.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
53-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1b dopuści możliwość zaferowania gwoździ o długości 230 i 240mm zamiast 235mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości gwoździa 235mm.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania śruby teleskopowej Ø11mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ostrza heliakalnego.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania wkrętów o średnicy Ø4,5mm zamiast Ø4,9mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy śruby 4,9mm.

Z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie implantów określonych w Pakiecie 10 zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych realizowanych w ciągu 2 dni roboczych.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga utworzenia depozytu na terenie Szpitala.

DYREKTOR SZPITALA

Marta Dudziak



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742