



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 29.08.2018r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-52/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych do osteosyntezy – Zp/61/PN-52/18.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1, 2

Pakiet 1

Czy Zamawiający w poz. nr 39 dopuści długość wkrętów Herberta w zakresie L-12-50mm zamiast dł. 12-60mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2

Czy Zamawiający w poz. nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej śr. 5,0mm w zakresie dł. 70-110mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 poz. 43 tj. cement kostny i utworzy z niej oddzielny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

§3 ust. 2 z „... godzin na ...dni robocze

§4 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż wymianie i zwrotowi podlega towar w nienaruszonych opakowaniach producenta?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.1) – dot. produktów oddanych w depozyt? Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 ust. 4 jest ograniczona do wartości towaru? Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 pkt 1 zmieni wysokość kary umownej z 1% na 0,5%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk poniższych objętości oczekuje w pakiecie nr 11?

Wyrób występuje w następujących objętościach:

5cm³ z czego można uzyskać 12,5cm³ granulek

10cm³ z czego uzyskać 25cm³ granulek

20cm³ z czego można uzyskać 50cm³ granulek

Wyszczególnienie ilościowe opakowań pozwoli na złożenie najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający określa swoje zapotrzebowanie:

Objętość 5cm³ – 10szt

Objętość 10cm³ – 5szt

Objętość 20cm³ – 5szt

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak