



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 16.08.2018r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-55/18

### **Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawy zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawów do kaniulacji żył centralnych, pokrowca na przewody TUBUS, staplera do niskich resekcji, elektrody zewnętrzne do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, osłon na aparat INTRABEAM, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika oddechowego, zestawów do drenażu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - introduktor, osłon na mikroskop, kieszenie, okulary do fototerapii, jednorazowych smoczków do karmienia noworodków i niemowląt, cewników Foley a z końcówką Tiemanna, cewników balonowy trójdrożny, zestawów do szynowania moczowodów typu « Double-J – oba końce otwarte, zestawów do szynowania moczowodów typu « Double-J – jeden koniec zamknięty, zestawów do założenia przetoki nadłonowej, zestawów do założenia przetoki nadłonowej – zestaw do nefrotomii, filmy, klisze do mammografii, pojemniki na odpady niebezpieczne-Zp/64/PN-55/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym napięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 18**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zestaw do nadłonowego drenażu zawierał silikonową tulejkę do mocowania cewnika, 2-litrowy worek na mocz, cewnik w rozmiarach 10Ch i 13Ch o długości 42 cm oraz rozrywalnego trokara w rozmiarach 12Ch i 15Ch o długości 12cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 16, 17, 19**

##### **Pakiet nr 16**

Czy w zadaniu 16 Zamawiający dopuszcza - przewodnik prosty, sztywny, z elastyczną końcówką - przewodnik hydrofilowy nitynilowy (ewentualnie stalowy pokryty teflonem)?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Czy w zadaniu 17 Zamawiający dopuszcza przewodnik prosty, sztywny, z elastyczną końcówką - przewodnik hydrofilowy nitynilowy (ewentualnie stalowy pokryty teflonem)?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w Zadaniu 19 Zamawiający dopuszcza – Zestaw o parametrach spełniających wymagania użytkowe bez zacisku i przeciwbakteryjnego plastra, z kranikiem LL i adapterem do worka na mocz (łącznik Luer Lock z lejkiem)?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stazka



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742