

Wałbrzych, 24.08.2018 r.

DZPZ-530- Zp/66/PN-57/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa pomp do żywienia dojelitowego wraz z zestawem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego za pomocą pompy na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/66/PN-57/18

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia umożliwiającego ustawienia całkowitej dawki diety:-1 ml (w zakresie od 1 do 49 ml) lub 50 ml (w zakresie od 50 do 5000 ml).

Odp. Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia umożliwiającego ustawienia całkowitej dawki diety:-1 ml (w zakresie od 1 do 49 ml) lub 50 ml (w zakresie od 50 do 5000 ml).

Pytanie nr 2. Poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia o klasie ochrony przed wilgocią IP 22 (zabezpieczenie przed wnikaniem płynów, woda kapiąca przy przechyleniu do 15).

Odp. Zamawiający nie dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia o klasie ochrony przed wilgocią IP 22 (zabezpieczenie przed wnikaniem płynów, woda kapiąca przy przechyleniu do 15), Zamawiający wymaga odporności na zalanie wodą klasy IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą).

Pytanie nr 3. Poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia które zasilane jest akumulatorem NiMH,2,4V;1900 mAh.

Odp. Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia które zasilane jest akumulatorem NiMH,2,4V;1900 mAh.

Pytanie nr 4. Poz. 12.


Czy Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia o wymiarach 140x45x115 mm.

Odp. Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie urządzenia o wymiarach 140 x 45 x 115 mm.

Pytanie nr 5. Poz 13.

Czy Zamawiający dopuści do oceny możliwość zaoferowania urządzenia o masie ok. 450 g.

Odp. Zamawiający nie dopuści do oceny możliwość zaoferowania urządzenia o masie ok. 450 g, Zamawiający wymaga urządzenia o masie nie większej niż 392 g.



Pytanie nr 6. Poz 14.

Czy Zamawiający dopuści do oceny możliwość zaoferowania urządzenia które ma zasilanie z sieci 100 ... 240 V AC~ ; 50 ... 60 Hz; 600 mA \pm 50 mA

Odp. Zamawiający dopuści do oceny możliwość zaoferowania urządzenia które ma zasilanie z sieci 100 ... 240 V AC~ ; 50 ... 60 Hz; 600 mA \pm 50 mA.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wymaga pompy umożliwiającej podaż ciągłą z zadaną szybkością, podaż ciągłą z zadaną objętością / czasem oraz podaż przerywaną / podawanie w bolusie?

Odp. Zamawiający wymaga pompy umożliwiającej podaż ciągłą z zadaną prędkością (objętość w jednostce czasu)

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany zestaw do żywienia dojelitowego zawierał w zestawie przejściówkę, umożliwiającą zmianę połączenia z EnLock na EnFit?

Pragnę podkreślić, że dostarczanie wspomnianej przejściówki w jednym zestawie, zapakowanym fabrycznie przez producenta zapewni stałą dostępność przejściówek, bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz bez konieczności zamawiania dodatkowych produktów.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany zestaw do żywienia dojelitowego zawierał w zestawie przejściówkę, umożliwiającą zmianę połączenia z EnLock na EnFit.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy do żywienia dojelitowego o wadze 499g?

Odp. Zamawiający nie dopuści takiej pompy, Zamawiający wymaga urządzenia o masie nie większej niż 392 g.