

Wałbrzych, 28.08.2018 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-59/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę strzykawk jednorazowego użytku – Zp/68/PN-59/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania

poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z rozszerzoną skalą pomiarową? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z logo producenta na cylindrze? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy. **Odp. Zamawiający nie oczekuje.**


poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**





poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą co 1ml, tak jak wszystkie obecnie dostępne na rynku strzykawki? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą co 0,5ml, tak jak większość obecnie dostępnych na rynku strzykawek? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu, umożliwi to nam jak i wielu innym firmom złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,3x12,7mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,3x12,7mm z igłą niezdejmowaną.**

poz. 1-3, 7-9, 11-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 1 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**


poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml? Takie rozwiązanie pozwala bowiem zmniejszyć koszty eksploatacyjne, gdyż mając potrzebę podania np. pojemności leku 6 ml można użyć strzykawki 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml, zamiast używać już strzykawki 10 ml, która jest droższa niż 5 ml(6ml). **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**





poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby na strzykawce znajdowała się nazwa producenta strzykawki, w celu łatwiejszej sprawniejszej identyfikacji produktu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka z cylindra? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-4


Czy Zamawiający wymaga, aby tłok strzykawki był w kontrastującym do cylindra kolorze niebieskim, pozwala to na łatwiejszy, sprawniejszy odczyt pojemności. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki wpisanej oficjalnie do menu i do instrukcji pompy, co zapewnia pełną kompatybilność strzykawki z posiadaną przez Zamawiającego pompą strzykawkową? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała schodkową końcówkę cewnikową, jak na rysunku poniżej:



Schodkowa końcówka cewnikowa

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 6


Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową dla sprawniejszego odczytu ilości płynu w strzykawce. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała nazwę własną i nazwę producenta na cylindrze, w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 ml z rozszerzoną skalą do 2,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**



poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz. 8-10

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 10%? Tzn.: strzykawka 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml?

Takie rozwiązanie pozwala bowiem zmniejszyć koszty eksploatacyjne, gdyż mając potrzebę podania np. pojemność 6 ml można użyć strzykawki 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml, zamiast używać już strzykawki 10 ml, która jest droższa niż 5 ml(6ml). **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 7-10

Czy Zamawiający wymaga, aby na strzykawce znajdowała się nazwa producenta strzykawki, w celu łatwiejszej sprawniejszej identyfikacji produktu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 7-10

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka z cylindra? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,3 x 12,7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 12

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą wtopioną, niezdemowalną? **Odp. Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą niezdemowalną.**

poz. 11, 13

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z igłą nałożoną na strzykawkę, zdejmowalną, całość sterylnie zapakowana w opakowanie papier-folia? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 6

Prosimy o wydzielenie poz.6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 6 do osobnego pakietu.**


Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer o pojemności 20ml skalowane co 1ml? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer o pojemności 20ml w opakowaniach a'70szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**





Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer-Lock o pojemności 20ml skalowane co 0,5ml? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz.12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3x13mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,3x12,7mm z igłą niezdejmowaną.**

Poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać tłok o wyraźnym sferycznym zakończeniu od strony ujścia strzykawki oraz antypoślizgową powierzchnię od strony uchwytu tłoka, a jego konstrukcja np. czterożebrowa lub równoważna, powinna gwarantować maksymalną stabilizację tłoka podczas jego wysuwania z cylindra. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, czy oferowane strzykawki powinny posiadać przedłużoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o min. 20%, co zwiększa możliwości terapeutyczne oferowanych strzykawk ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, czy oferowane strzykawki powinny być oznaczone na samej strzykawce oraz opakowaniu jednostkowym, minimum dwoma identyfikatorami, pozwalającymi na określenie pochodzenia strzykawki w warunkach użycia klinicznego (np. logo lub nazwą producenta, nazwą własną, nr katalogowym, nr seryjnym lub innym równoważnym) ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych, powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**


Prosimy o potwierdzenie, iż wymaganą w siwz „kompatybilność” ze wskazaną w siwz pompą infuzyjną, powinno potwierdzać wpisanie oferowanej strzykawki, w instrukcję użytkowania rzeczonyj pompy ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, czy oferowane strzykawki powinny być oznaczone na samej strzykawce oraz opakowaniu jednostkowym, minimum dwoma identyfikatorami, pozwalającymi na określenie pochodzenia strzykawki w warunkach użycia klinicznego (np. logo lub nazwą producenta, nazwą własną, nr katalogowym, nr seryjnym lub innym równoważnym) ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych w opakowania a'80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w Formularzu Cenowym. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę skalowanych co 1ml. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 7-13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje strzykawkę posiadających logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny U-40 ze zmontowaną igłą 0,3x13mm. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w w/w pozycji wymaga U-100.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z strzykawki do insuliny U-100 i igły 0,3x13mm. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w w/w pozycji wymaga strzykawki z igłą niezdejmowaną.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny U-100 zintegrowanej z igłą w rozmiarze 0,33x12,7mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę tuberkulinowych pakowanych w opakowaniach a' 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w Formularzu Cenowym. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.**



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742