



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 26.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-66/16

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy igieł, zestawów, portów oraz rękojeści dla potrzeb całego szpitala – Zp/67/PN-66/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 3**

Zwracamy się z zapytaniem czy nie nastąpiła omyłka pisarska w SIWZ w opisie średnicy cewnika i Zamawiający wymaga zamiast cewnika o średnicy zewnętrznej 1.2 mm i wewnętrznej 1.0 mm, (ponieważ na rynku nie ma portu z takim cewnikiem), cewnika o średnicy zewnętrznej 2,2 mm, i wewnętrznej 1,0mm z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów? **Odp. Tak, nastąpiła omyłka pisarska w SIWZ w opisie średnicy cewnika. Zamawiający wymaga cewnika o średnicy zewnętrznej 2,2 mm i wewnętrznej 1,0mm z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów. Patrz zmiana SIWZ z dnia 26.07.2016r.**