

Wałbrzych, 11.09.2018 r.

DZPZ-530- Zp/71/PN-62/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy: materiałów cytostatycznych, modułu EXG, jednorazowych koszul dla pacjenta, obłożen jednorazowych, fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych oraz igieł do biopsji, zestawów do punkcji i igieł specjalistycznych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/71/PN-62/18

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Pakiet nr 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.4 igieł odpowiadających podanemu opisowi w SIWZ w rozmiarach: 14, 16 i 18G o długościach igieł : 8, 10, 12, 16, 18, 20 i 25cm, posiadających przełącznik na: A-funkcję pełnego automatu, B- funkcję półautomatu, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz.4 igieł odpowiadających podanemu opisowi w SIWZ w rozmiarach: 14, 16 i 18G o długościach igieł : 8, 10, 12, 16, 18, 20 i 25cm, posiadających przełącznik na: A-funkcję pełnego automatu, B- funkcję półautomatu, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 8


Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł posiadających 2 przyciski spustowe (z przodu i z tyłu igły) niezbędne przy zabiegach biopsji stercza i zapewniające dużą szybkość strzału.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł posiadających 2 przyciski spustowe (z przodu i z tyłu igły) niezbędne przy zabiegach biopsji stercza i zapewniające dużą szybkość strzału.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm i ostrzem widocznym w USG- taki wymóg był w pierwotnej wersji opisu w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm i ostrzem widocznym w USG.



Pytanie nr 4. Pakiet nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł umożliwiających pobieranie wycinka tkanki (bioptatu) o długości minimum 22mm dla umożliwienia pełnej oceny histopatologicznej pobranego materiału.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł umożliwiających pobieranie wycinka tkanki (bioptatu) o długości minimum 22mm dla umożliwienia pełnej oceny histopatologicznej pobranego materiału.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz.2 i 3 zestawów z 3 igłami o różnych średnicach 14, 16 i 18G tak jak w dotychczas dostarczanych zestawach do Zamawiającego. W SIWZ podano jedynie wymagany zakres długości igieł, nie podano średnicy igieł.

Odp. Zamawiający oczekuje igieł o średnicy 14G, 16G, 18G.

Pytanie nr 6. Pakiet nr 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zestawach opisanych w poz. 1 igła Veresa ma być wyposażona w zawór zamykający przepływ na igle umożliwiający podanie leków i przepłukiwanie igły i jamy opłucnowej.

Odp. Zamawiający oczekuje że Igła Veresa ma być wyposażona w zawór zamykający przepływ na igle umożliwiający podanie leku i przepłukiwanie igły i jamy opłucnowej.

Pytanie nr 7. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z zastosowaniem 23% stawki VAT w pozycjach numer 5 i 6 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z zastosowaniem 23% stawki VAT w pozycjach numer 5 i 6 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 8. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę złożenie ważnej oferty z jednorazową koszulą dla pacjenta o gramaturze 35 g/mkw w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ważnej oferty z jednorazową koszulą dla pacjenta o gramaturze 35 g/mkw w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 9. Pakiet nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 2 Igły do trepanobiopsji o średnicy zewnętrznej 8G i/lub 11G – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuści igieł do trepanobiopsji o średnicy zewnętrznej 8G i 11G. Wymagana średnica igieł taka jak w SIWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 10. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² (wkładaną przez głowę, wiązaną na troki w talii oraz przy szyi)?

Odp. Zamawiający nie dopuści koszuli o gramaturze 35g/m², Zamawiający wymaga 45 g/m².

Pytanie nr 11. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², kolor granatowy, wkładana przez głowę, z wycięciem Y pod szyją?

Odp. Zamawiający nie dopuści koszuli o gramaturze 40g/m², Zamawiający wymaga 45 g/m².

Pytanie nr 12. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 13. Pakiet 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jałową kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga jałową kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 32cm.

Pytanie nr 14. Pakiet 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze min.35g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS PP o gramaturze 40g/m²

Pytanie nr 15. Pakiet 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS PP o gramaturze 40g/m²


Pytanie nr 16. Pakiet 7 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², dostępny w kolorze zielonym, niebieskim, fioletowym, lamówka w kolorze błuzy?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 45-50g/m²

Pytanie nr 17. Pakiet 7 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem Y pod szyją, wysokość ok. 120cm, bez troków, wkładana przez głowę?



Odp. Nie, Zamawiający wymaga koszuli z krótkim rękawem, okrągłym wycięciem pod szyją, z trokami na karku w talii.

Pytanie nr 18. Pakiet 7 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², kolor niebieski, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga gramatury min. 38 g/mkw

Pytanie nr 19. Pakiet 7 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższych właściwościach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w 2 sztywniki.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga jałowej serwety 100 x 100 z otworem 10 x 10 z folią i kieszenią.

Pytanie nr 20. Pakiet 7 Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 21. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym?

Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym.

Pytanie nr 22. Dotyczy zadania 7 – pozycja 6:


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego będącego wyrobem higienicznym?

Prośba nasza wynika z faktu, iż producent prześcieradła zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego będącego wyrobem higienicznym.

Pytanie nr 23. Pakiet nr 8 poz. Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 4 i utworzy oddzielne zadanie co przełoży się na możliwie więcej ofert cenowych i uczciwą konkurencję ?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do odrębnego pakietu – patrz zmiana SIWZ i Ogłoszenia.

Pytanie nr 24. Pakiet nr 8 poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści igłę automatyczną do biopsji gruczołu krokowego- pistolet jednorazowego użytku z dwoma przyciskami strzelającymi (do wyboru przez operatora) z przyciskiem zabezpieczającym przed niechcianym wystrzałem. Igła w rozmiarze 18Gx 20 lub 25 cm ze znacznikami głębokości wkłucia ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igieł w różnych rozmiarach.

Pytanie nr 25. Pakiet nr 8 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 igłę do lokalizacji guzków mammograficznych w postaci kotwiczki Double Hook litera “ X” rozmiar 20G x 100 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Model Double Hook „N” jest kompatybilny z użytkowanym aparatem do USG.

Pytanie nr 25. Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji nr 4 celem złożenia konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do odrębnego pakietu – patrz zmiana SIWZ i Ogłoszenia.