



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 11.09.2018r.

DZPZ-530-Zp/72/PN-63/18

### Wykonawcy – wszyscy

*Dotyczy: Dostawy worków stomijnych, szczypiec bipolarnych, kabli, elektrod neutralnych, kabli, czepków ochronnych dla operatora, drenów do pompy artroskopowej, elektrod Ligasure, igieł do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrod, optyka laparoskopowa Hopkinsa, retraktora automatycznego laparoskopowego, zestawów do autotransfuzji, siatek do zaopatrywania piersi częściowo wchłaniających, siatek do zaopatrywania piersi pokrytych tytanem - Zp/72/PN-63/18.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

##### **Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, o powierzchni 103cm<sup>2</sup>, o wymiarach 164x117mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach 128 x 122mm i powierzchni 90cm<sup>2</sup>.**

##### **Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, o powierzchni 103cm<sup>2</sup>, o wymiarach 164x117mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach 122 x 174mm i powierzchni 110cm<sup>2</sup>.**

##### **Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, o powierzchni 31cm<sup>2</sup>, o wymiarach 160x74mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach 110 x 76mm i powierzchni 40cm<sup>2</sup>.**

##### **Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych, o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



**Pytanie 2, dot. pakietu nr 2, 3**

**Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie szczypiec bagnetowych o długości 200mm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczypce o długości 195mm.**

**Pakiet 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie szczypiec zagiętych o długości 200 mm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczypce o długości 195mm.**

**Pakiet 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie szczypiec prostych o długości 200 mm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczypce o długości 195mm**

**Pakiet 2 poz. 4, 5**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m przeznaczonego do min. 50 cykli sterylizacji

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kabla o długości 4m i 4,5m przeznaczonego do min. 300 cykli.**

**Pakiet 3 poz. 1, 2**

Prosimy dopuszczenie elektrody o wymiarach 176 x 122 cm na podłożu z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchni całkowitej 169 cm<sup>2</sup> i powierzchni aktywnej 110 cm<sup>2</sup> o konstrukcji pętlowej TwinSafe umożliwiającą zastosować funkcje symetrycznego dozoru najnowszych urządzeń i z dowolną orientacją elektrod. Typowe odchylenie symetrii prądu wysokiej częstotliwości wynosi poniżej 5% przy każdej orientacji TWIN-SAFE, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach 128 x 122mm i 122 x 174mm.**

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania.**

**Pakiet 3 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarze 165 x 74 mm o powierzchni całkowitej 66 cm<sup>2</sup> i powierzchni przewodzącej 32 cm<sup>2</sup> dla dzieci o wadze do 5kg

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody o wymiarach 110 x 76mm i powierzchni przewodzącej 40 cm<sup>2</sup>.**

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania.**

**Pakiet 3 poz. 4, 5**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m przeznaczonego do min. 50 cykli sterylizacji

**Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m, Zamawiający nie dopuszcza kabla 50 cykli, ponieważ wymaga kabla przeznaczonego do min. 300 cykli.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitaisokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

### Pytanie 3, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści częściowo wchłaniające siatki chirurgiczne wykonane z polipropylenu monofilamentowego, powleczone wchłaniającym związkami polilaktydu i kaprolaktanu (PLCL), o czasie absorpcji 90-120 dni, gramatura przed wchłonięciem 185g/m<sup>2</sup>, po wchłonięciu 40g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,8-2mm, grubość siatki 0,5-0,6mm o poniższych rozmiarach odpowiednio:

- 7.6cm x 15cm prostokątna
- 10cm x 15cm owalna
- 15cm x 15cm kwadratowa
- 15cm x 20cm prostokątna
- 15cm x 20cm owalna
- 20cm x 25cm owalna
- 20cm x 25cm prostokątna

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatek w rozmiarach: 13,5 x 9,5cm, 17,5 x 11,5cm, 22,5 x 14,5cm, 28,5 x 17,5cm.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę złożenie ważnej oferty z wyrobami medycznymi posiadającymi instrukcję użytkownika tylko w języku angielskim?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga instrukcji w języku polskim.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości siatek w pakiecie nr 11.

**Odp. Zamawiający wymaga 30szt.**

### Pytanie 4, dot. pakietu nr 10

#### **Pakiet 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej składający się z pojemnika ssącego z drenami łączącymi, worka zbiorczego na krew oraz aparatu do transfuzji krwi Pritrans

- pojemnik ssący typu płaski worek o pojemności 250 ml, skalowany co 40 ml, wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z dwoma na stałe połączonymi drenami łączącymi z własnymi klemkami zaciskowymi typu zatraskowego
- jeden dren łączący o długości 140 cm z pojedynczym lub podwójnym rozgałęzieniem, z uniwersalnymi zakończeniami do drenów Redona CH 08-18, umożliwiającymi jednoczesny drenaż dwoma lub czterema drenami (system dwu- i czteroświatłowy)
- w drenie dodatkowy, samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie m.in. antykoagulantów
- drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służący do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu
- własny, wygodny w użyciu system podwieszania
- worek zbiorczy na krew o pojemności 1 000 ml, z filtrem 200 µm, skalowany co 50-100 ml, z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. Alfreda Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742




SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

- w worku na krew duża zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny samouszczelniający się zawór łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego Pritrans z dodatkową nasadką zabezpieczającą
- worek posiada także oznaczone miejsce na dane identyfikacyjne pacjenta, własną przesuwaną klemę zaciskową oraz zintegrowany element do podwieszania na stojaku
- aparat do transfuzji Pritrans z dużą elastyczną komorą kroplową, ostrym końcem transferowym, filtrami 10  $\mu\text{m}$  lub 40  $\mu\text{m}$ , drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym, uniwersalnym zaciskiem rolkowym
- sterylne, pakowane podwójnie
- dodatkowo (pakowane osobno) dwa dreny Redona (z otworami o stałej średnicy) z trokarem



**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 optyki laparoskopowej HD, średnica 10 mm, kat patrzenia 0°, HD, autoklawowalna. W zestawie kontener do sterylizacji; odkręcany adapter okularowy?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga optyki laparoskopowej o kącie patrzenia 30°.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej HD, średnica 10 mm, kat patrzenia 30°, HD, autoklawowalna. W zestawie kontener do sterylizacji; odkręcany adapter okularowy?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zwracamy się z prośbą o podanie maksymalnego terminu dostawy jaki może zaoferować Wykonawcy w formularzu ofertowym w zakresie pakietu nr 8?

**Odp. Maksymalny termin dostawy do 28 dni.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie terminu dostawy do 28 dni kalendarzowych dla pakietu nr 8?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Maksymalnie do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

dot. §4 ust. 3, pkt. b) - zał. nr 3a do SIWZ – Umowa.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy pkt. tj. termin dostaw na cito do 48 godzin nie dotyczy sprzętu w pakiecie nr 8?

Wymagany w pakiecie nr 8 sprzęt medyczny nie jest wyrobem/lekiem „na ratunek życia”, w związku z powyższym Zamawiający powinien zamówić opisany sprzęt w pakiecie nr 8 z odpowiednim wyprzedzeniem.

**Odp. Załącznik nr 3c dotyczy pakietu nr 8.**

dot. §8 ust. 1 pkt. 1) - zał. nr 3a do SIWZ – Umowa.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„0,5% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru;”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 6, dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

**0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy.**

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zastępca Dyrektora  
dz. Administracja Szpitalna  
mgr inż. Andrzej Stozka