



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, 02.10.2018 r.

DZPZ-530-Zp/76/PN-67/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego – Zp/76/PN-67/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 8**

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru gładkiego (bez kratki milimetrowej), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia **Odp. Zamawiający nie dopuszcza papieru do EKG bez kratki milimetrowej.**

poz. 3

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru USG – czy ma to być papier o standardowej czułości czy o podwyższonej czułości. Prosimy o wskazanie typu papiery tj. K61B, K65HM, K91HG, inny? **Odp. Papier ma być termo czuły i kompatybilny z opisanym sprzętem. Wybór typu papieru leży po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 2, dot. projektu umowy**

**(zał. 3a i 3b do SIWZ) – par. 2 ust. 2**

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

**Odp. Prognozowana ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego określona została w Załączniku nr 1 do SIWZ.**

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do §2 ust. 2 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**(zał. 3a i 3b do SIWZ) – par. 4 ust. 7**

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**(zał. 3a i 3b do SIWZ) – par. 8 ust. 1 pkt. 2)**

Prosimy odniesienie kary umownej do wartości niewykonanej umowy, jak to ma miejsce w par. 8 ust. 2. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**(zał. 3a i 3b do SIWZ) – par. 6 ust. 1**

Prosimy o liczenie terminu płatności od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

(zał. 3a i 3b do SIWZ) – par. 4 ust. 3 lit. a)

Prosimy o liczenie terminu dostaw w dniach roboczych i odpowiednią zmianę zapisu par. 4 ust. 3 lit. a). **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §5 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy”. **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §6 ust. 5**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 5.3)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru” **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 5.4)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem. **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §8 ust. 7.**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 7 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”. **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy §9 ust. 3**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”. **Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 15**

**poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie maski do podawania tlenu biologicznie czystej o uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza maski do podawania tlenu biologicznie czystej. Maski z rezerwuarem ma być sterylna.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



poz. 3

Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie maski do podawania tlenu biologicznie czystej o uniwersalnym rozmiarze dla dzieci. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza maski do podawania tlenu biologicznie czystej. Maski z rezerwuarem ma być sterylna.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 2**

poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z trójwarstwowego laminatu w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm bądź 6cm x 8cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z trójwarstwowego laminatu o rozmiarze 50 cm x 75 cm. o średnicy 7 cm. lub 6cm x 8cm, jałową.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 8**

poz. 2

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli papier do aparatu ECG1250 o wymiarach 110x140x150? **Odp. Tak, Zaszła pomyłka. Zamawiający miał na myśli papier typu składanka o wymiarach 110x140x140. Patrz zmiana SIWZ.**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110mm x 18m z przeliczeniem na 27 szt.? **Odp. Zamawiający dopuszcza papier 110 mm x 18 m. -27 sztuk o ile pozostałe parametry pozostają bez zmian.**

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 10**

poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci tylko w kolorze białym z karteczką opisaną: nazwisko, łóżko, płeć, data? **Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opaski identyfikacyjne w kolorze białym i czerwonym. Opaski w kolorze czerwonym są niezbędne dla grupy pacjentów, ściśle określonych w procedurze szpitalnej. Zamawiający oczekuje kartoników niezapisanych, ponieważ ma określoną w procedurze treść, którą wpisuje na kartonik i nie jest to nazwisko, łóżko ani płeć pacjenta**

**Pytanie 7, dot. pakietu nr 2**

poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 2w o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z otworem 6x8cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwet dwuwarstwowych. Zamawiający wymaga serwety z trójwarstwowej tkaniny.**

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych narzędzi chirurgicznych z jednostronnym znakiem jednorazowości o długości odpowiednio:

Poz. 1 14cm

Poz. 2 15cm

Poz. 3 16cm

Poz. 4 13cm

Poz. 5 12,5cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych rozmiarów niż podane w specyfikacji, tj. dla poz. 1-4 – 13 cm, dla poz. 5- 14cm.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital sokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie 9, dot. pakietu nr 10**

poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opasek dostępnych tylko w kolorze białym. Zamawiający wymaga opasek białych i czerwonych.**

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza innego rozmiaru i koloru tj. biały i czerwony niż zawartego w specyfikacji.**

Czy zamawiający wymaga opasek identyfikacyjnych które są wykonane z nietoksycznego materiału PCV, który nie zawiera 6P: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP?

**Odp. Opaski mają być wykonane z nietoksycznego winylu.**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pakowane po 100 sztuk.**

**Pytanie 10, dot. pakietu nr 15**

poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV, bez oświadczenia o braku zawartości lateksu? **Odp. Zamawiający wymaga maski wykonane z przezroczystego i nietoksycznego PCV, nie zawierającego lateksu, potwierdzone w karcie katalogowej oferowanego asortymentu.**

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości ok. 200 cm +/- 10 cm? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dren o długości 200 cm, ale nie mniej.**

**Pytanie 11, dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 w pozycji 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednocześnieowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej niewralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich **dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje)**. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnieni skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oferowanego kołnierza unieruchamiającego, ponieważ nie spełnia żadnych parametrów, zawartych w opisie Zamawiającego.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



**Pytanie 12, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja dostaw na 10 szt. nożyczek będzie przebiegała w okresie 24 miesiący? **Odp. Zamawiający potwierdza, iż realizacja dostaw na 10 szt. nożyczek będzie przebiegała w okresie 24 miesiący.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 opasek dla dorosłych w kolorze białym a w poz. 2 opasek dla dzieci w kolorze niebieskim i różowym? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza innego koloru niż zawartego w specyfikacji, tj. biały i czerwony.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 2**

poz. nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych wykonanych z dwuwarstwowej włókniny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwet dwuwarstwowych. Zamawiający wymaga serwety z trójwarstwowej tkaniny.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 13**

poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Pean o długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kleszczyków Pean o długości 13 cm.**

poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła typu Mayo-Hegar o długości 12 cm lub 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania imadła typu Mayo-Hegar o długości 12 cm.**

poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Kocher o długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kleszczyków Kocher o długości 13 cm.**

poz. nr 1-5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku metalowych ze stali nierdzewnej wytwarzanej zgodnie z normą EN ISO 13485? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa IIa, reguła 6)? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku posiadające trwale naniesione oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające ją od narzędzi wielorazowych? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku, którego opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 9**

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie koca w rozmiarze 195x100 cm **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**  
Zamawiający wymaga koca w rozmiarze ok. 230x120cm.

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koca w rozmiarze 120x100 cm **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**  
Zamawiający wymaga koca w rozmiarze ok. 145x100cm.

Zastępca Dyrektora  
działania administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Aneta Szańska