



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, 17.10.2018 r.

DZPZ-530- Zp/57/PN-49/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów jedno i dwujamowych, elektrod, introduktorów, zestawów do wprowadzania elektrod i kontrastowania oraz sprzętu dodatkowego” - Zp/57/PN-49/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o grubości 11 mm i wadze/objętości w zależności od standardu łącza 82g/33cm³, 83g/34cm³, 87g/36cm³?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Urządzenie za ciężkie, wymagane < 75G.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności baterii 6,6 roku przy założeniu ampl. RV, LV, RA 2,5[V], 100% stymulacji RV i LV, impedancja 500Ω, 4 wyładowania wysokoenergetyczne/rok?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zbyt słaba bateria, wymagana żywotność ≥ 8 lat.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów.

Pytanie nr 4. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści model elektrody 4 polowej bez spirali 3D charakteryzującej się podwójną fiksacją?



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zbyt słaba fiksacja w szerokich naczyniach.

Pytanie nr 6. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sygnalizacją ERI oraz sygnalizacją uszkodzenia elektrody bez sygnału dźwiękowego, a w postaci komunikatu o ww. wydarzeniu dostępnego w systemie Home Monitoring oraz wyświetlanym podczas wizyty kontrolnej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Sygnał dźwiękowy wymagany.

Pytanie nr 7. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J.

Pytanie nr 8. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii.

Pytanie nr 9. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju zarówno portu jak i elektrody (DF-1 lub DF-4) przy każdorazowym składaniu zamówienia?

Odp. Tak, w zależności od zapasu urządzeń skład musi być uzupełniany.

Pytanie nr 10. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)

Pytanie nr 11. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez 6 funkcji umożliwiających analizę nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez 6 funkcji umożliwiających analizę nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii.

Pytanie nr 12. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o grubości 11 mm i wadze/objętości w zależności od standardu łącza 82g/33cm³, 81g/31cm³?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Urządzenie za ciężkie, wymagane < 65G.

Pytanie nr 13. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J.

Pytanie nr 14. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów.

Pytanie nr 15. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi.

Pytanie nr 16. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sygnalizacją ERI oraz sygnalizacją uszkodzenia elektrody bez sygnału dźwiękowego, a w postaci komunikatu o ww. wydarzeniu dostępnego w systemie Home Monitoring oraz wyświetlanym podczas wizyty kontrolnej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Sygnał dźwiękowy wymagany.

Pytanie nr 17. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii.

Pytanie nr 18. Pakiet nr 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)

Pytanie nr 19. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z brakiem trybu ochronnego w trakcie elektrokauterizacji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Funkcja ważna dla Zamawiającego



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie nr 20. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju zarówno portu jak i elektrody (DF-1 lub DF-4) przy każdorazowym składaniu zamówienia?

Odp. Tak, w zależności od zapasu urządzeń skład musi być uzupełniany.

Pytanie nr 21. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o grubości 11 mm i wadze/objętości w zależności od standardu łącza 82g/32cm³, 82g/33cm³?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Urządzenie za ciężkie, wymagane < 65G.

Pytanie nr 22. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J.

Pytanie nr 23. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów.

Pytanie nr 24. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi.

Pytanie nr 25. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sygnalizacją ERI oraz sygnalizacją uszkodzenia elektrody bez sygnału dźwiękowego, a w postaci komunikatu o ww. wydarzeniu dostępnego w systemie Home Monitoring oraz wyświetlanym podczas wizyty kontrolnej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Sygnał dźwiękowy wymagany.

Pytanie nr 26. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 27. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju zarówno portu jak i elektrody (DF-1 lub DF-4) przy każdorazowym składaniu zamówienia?

Odp. Tak, w zależności od zapasu urządzeń skład musi być uzupełniany.

Pytanie nr 28. Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)

Pytanie nr 29. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z brakiem trybu ochronnego w trakcie elektrokauteryzacji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Funkcja ważna dla Zamawiającego.

Pytanie nr 30. Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez 6 funkcji umożliwiających analizę nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez 6 funkcji umożliwiających analizę nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii.

Pytanie nr 31. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody stym. aktywne proste MRI w dostępnych długościach 45, 53, 60 [cm]? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści elektrody stym. aktywne proste MRI w dostępnych długościach 45, 53, 60 [cm]? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności baterii 6,6 roku przy założeniu ampl. RV, LV, RA 2,5[V], 100% stymulacji RV i LV, impedancja 500Ω, 4 wyładowania wysokoenergetyczne/rok?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności baterii 6,6 roku przy założeniu ampl. RV, LV, RA 2,5[V], 100% stymulacji RV i LV, impedancja 500Ω, 4 wyładowania wysokoenergetyczne/rok.

Pytanie nr 33. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o energii zmagazynowanej 40J, jednocześnie spełniający wymów energii dostarczonej min. 35J



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie nr 34. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5..7,5 [mV]?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5..7,5 [mV]

Pytanie nr 35. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny począwszy od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu zgodnie z zasadą „first in – first out”. Strony ustalają, iż Zamawiający przeprowadzał będzie kwartalne przeglądy powierzonego sprzętu medycznego, w ramach których możliwe jest zgłoszenie Wykonawcy możliwości wymiany sprzętu medycznego o zbliżającym się upływie terminu przydatności do użycia. Strony ustalają, iż Zamawiający nie może żądać dokonania wymiany sprzętu medycznego o terminie przydatności do użycia krótszym niż 6 miesięcy.

Wnioskujemy o odpowiednie dodanie zapisu do § 3.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracji i Organizacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742