



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 28.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-67/16

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materacy odleżynowych– Zp/68/PN-67/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w rozumieniu wymogu obciążenia materaca oczekuje zaofiarowania materaca z obciążeniem terapeutycznym na poziomie minimum 180kg? **Odp. Tak.**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, które gwarantuje ciągła i bezawaryjna praca materaca będzie oczekiwał zaofiarowania materaca z alarmem niskiego ciśnienia powietrza w komorach materaca? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w rozumieniu wymogu obciążenia materaca oczekuje zaofiarowania materaca z obciążeniem terapeutycznym na poziomie minimum 180kg? **Odp. Tak.**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, które gwarantuje ciągła i bezawaryjna praca materaca będzie oczekiwał zaofiarowania materaca z alarmem niskiego ciśnienia powietrza w komorach materaca? **Odp. Tak.**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 3 i 4**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy materac pracujący w systemie zmiennociśnieniowym w którym pompuje się na przemian co druga komora? **Odp. Nie, Zamawiający wymaga pracy w systemie 3:1.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pisząc „Praca w systemie 3 : 1” **Odp. Wypełnia się co trzecia komora w rządany ciśnieniu, kiedy to na pozostałych 2/3 jest odciążenie. Komora środkowa wypełniona jest w połowie oczekiwanego wypełnienia.**

#### **Pytanie 4, dot. pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie materacy wykonanych z medycznego silikonu, charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami przeciwdrożdżynowymi. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materacy z wiscoelastomeru.**

Prosimy o dopuszczenie materaca o długości 115 lub 180 cm **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dwie możliwości.**

### **Pytanie 5, dot. pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie materaca piankowego, kładzonego bezpośrednio na ramie łóżka, o gęstości pianki 42 kg/m<sup>3</sup>, grubości 14 cm, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 140 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 1 stopnia (w 4 stopniowej skali). Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez materac pompy, przewodów, trybu pielęgnacyjnego oraz zaworu CPR **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materaca przeznaczonego dla pacjenta do 145 kg.**

Prosimy o dopuszczenie materaca piankowego, kładzonego bezpośrednio na ramie łóżka, o gęstości pianki 65 kg/m<sup>3</sup> – góra materaca i 50 kg/m<sup>3</sup> – dół materaca, o grubości 14 cm, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), z funkcją Duo Core, dającą wsparcie podczas siedzenia oraz poprawiającą komfort podczas leżenia. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez materac pompy, przewodów, trybu pielęgnacyjnego oraz zaworu CPR **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca w formie nakładki na materac szpitalny, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o grubości 13 cm, z obniżoną sekcją pięt, z zespolonymi komorami, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: stałym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca w formie nakładki na materac szpitalny, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o grubości 13 cm, z 3 stałociśnieniowymi komorami pod głowę, z możliwością wypinania poszczególnych komór, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: stałym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca kładzonego bezpośrednio na ramę łóżka, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o grubości 19 cm, z 3 stałociśnieniowymi komorami pod głowę, z możliwością wypinania poszczególnych komór, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: stałym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o odstąpienie od wymogu przezierności dla promieni RTG. **Odp. Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.**

### **Pytanie 6, dot. pakietu nr 3**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca w formie nakładki na materac szpitalny, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o szerokości 85 lub 90 cm, z obniżoną sekcją pięt, z zespolonymi komorami, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: statycznym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małą wagę przeznaczoną dla pacjenta.**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca w formie nakładki na materac szpitalny, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o szerokości 85 lub 90 cm, z 3 stałociśnieniowymi komorami pod głowę, z możliwością wypinania poszczególnych komór, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: statycznym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małą wagę przeznaczoną dla pacjenta.**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca kładzonego bezpośrednio na ramę łóżka, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia (w 4 stopniowej skali), o szerokości 85 lub 90 cm, z 3 stałociśnieniowymi komorami pod głowę, z możliwością wypinania poszczególnych komór, wyposażonego w pompę o głośności do 21 dBA, pracującą w dwóch trybach: stałym i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga). **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małą wagę przeznaczoną dla pacjenta.**

Prosimy o odstąpienie od wymogu przezierności dla promieni RTG. **Odp. Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.**

#### **Pytanie 7, dot. pakietu nr 4**

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego materaca kładzonego bezpośrednio na ramie łóżka, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 200 kg, do stosowania w profilaktyce odleżyn do 4 stopnia (w 4 stopniowej skali), o szerokości 85 lub 90 cm, statyczna sekcja głowy, możliwość wypięcia pojedynczych komór tylko w sekcji pięt, pracujący w dwóch trybach: statycznym (pielęgnacyjnym) i zmiennym (komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga) z funkcją pompowania siedzenia, która może być używana zarówno w trybie zmiennym jak i statycznym, zakres ciśnienia 15-40 mmHg. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małą wagę przeznaczoną dla pacjenta.**

Prosimy o dopuszczanie materaca z możliwością wypinania pojedynczych komór w sekcji pięt. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W systemach w których komory napełniają się co 2, wypięcie pojedynczej komory spowoduje, że w wyniku realizacji cyklu zmiennego w sumie 3 komory będą puste (1 wypięta i 2 sąsiadujące opróżnione). W takiej sytuacji można doprowadzić do kontaktu pacjenta z podłożem. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje materacy pracujących w systemie 1:3. Wypełnia się co trzecia komora w żądanym ciśnieniu, kiedy to na pozostałych 2/3 jest odciążenie. Komora środkowa wypełniona jest w połowie oczekiwanego ciśnienia.**

Prosimy o odstąpienie od wymogu przezierności dla promieni RTG. **Odp. Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.**

#### **Pytanie 8, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający rozumie wiskoelastomer, jako materiał o następujących parametrach użytkowych:

1. Rozciągliwość 1000% - wg metody ASTM D 412- 98a
2. Pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D 395 -97 (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez 22 godzin – substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy)
3. Gwarancja zachowania powyższych parametrów : 24 miesiące.

Parametry potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod: ASTM D 412-98a, ASTM D 395-97. **Odp. Tak.**

#### **Pytanie 9, dot. projektu umowy**

##### **§6 pkt. 1**

Czy Zamawiający skróci termin płatności do 30 dni? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 10, dot. SIWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby realizacja umowy dla pakietu nr 1 była jednorazowa, poprzedzona zamówieniem. **Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Dostawy mają być sukcesywne, poprzedzone zamówieniem.**

W związku z powyższym wymogiem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie minimalnej wymaganej liczby dostaw i wartości dostaw w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, którą Zamawiający uzna jako wystarczające potwierdzenie spełnienia ww. stawianych wymogów. **Odp. Wystarczy jedno potwierdzenie.**

#### **Pytanie 11, dot. pakietu nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie jest przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2? Czy Zamawiający ma na myśli materac piankowy jako materac bazowy i na to nakładka w postaci komór zmiennociśnieniowych? Czy przedmiotem zamówienia w tym pakiecie jest osobno materace piankowe i materace zmiennociśnieniowe? **Odp. Przedmiotem zamówienia w tym pakiecie jest osobno materace piankowe i materace zmiennociśnieniowe**

Czy Zamawiający dopuści materac z wypinanymi komorami bez komory zapasowej? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga z wypinaną komorą zapasową.**

Czy Zamawiający dopuści długość materaca rurowego wynoszącą 204cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 200 cm.**

Czy Zamawiający dopuści długość materaca rurowego wynoszącą 206cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 200 cm.**

Czy Zamawiający dopuści grubość materaca rurowego 11,4cm? (nakładka na materac bazowy) **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 12 cm grubości.**

Czy Zamawiający dopuści grubość materaca rurowego 9cm? (nakładka na materac bazowy) **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 12 cm grubości.**

Czy Zamawiający dopuści grubość materaca rurowego 21 cm? (materac rurowy z podkładem piankowym) **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 12 cm grubości.**

Czy Zamawiający dopuści limit wagi do 120kg? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 145 kg.**

Czy Zamawiający dopuści materac bez zapasowego pokrowca? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materac z zapasowym pokrowcem.**

#### **Pytanie 12, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie gdzie napełnianie komór odbywa się w trybie 2:1? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga napełniania komór odbywa się w trybie 3:1.**

Czy Zamawiający dopuści długość materaca wynoszącą 195cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości materaca wynoszącego 200 cm.**

Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca wynoszącą 85cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szerokość materaca wynoszącego 86-90 cm.**

Czy Zamawiający dopuści limit wagi do 200kg? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści materac z wypinanymi komorami bez komory zapasowej? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materac z wypinaną komorą i komorą zapasową.**

Czy Zamawiający dopuści materac bez zapasowego pokrowca? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materac z zapasowym pokrowcem.**

#### **Pytanie 13, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie gdzie napełnianie komór odbywa się w trybie 2:1? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga napełniania komór odbywa się w trybie 3:1.**

Czy Zamawiający dopuści długość materaca wynoszącą 195cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długość materaca 200-204 cm.**

Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca wynoszącą 85cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szerokość materaca 86-88 cm.**

Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca wynoszącą 90cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szerokość materaca 86-88 cm.**

Czy Zamawiający dopuści limit wagi do 200kg? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga limit wagi 180-230 kg.**

Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji owiewu? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga z funkcją owiewu.**

Czy Zamawiający dopuści materac bez zapasowego pokrowca? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materac z zapasowym pokrowcem.**