



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, 31.10.2018 r.

DZPZ-530- Zp/57/PN-49/18

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów jedno i dwujamowych, elektrod, introduktorów, zestawów do wprowadzania elektrod i kontrastowania oraz sprzętu dodatkowego” - Zp/57/PN-49/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 81g i grubości 13 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga mniej niż 75 g. i mniej niż 12 mm. Zamawiający używa urządzeń o grubości poniżej 10 mm. i znacznie lżejszych.**

**Pytanie nr 2. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności 6,4 roku przy następujących parametrach: amplituda prawy przedsionek/prawa komora 2,5 V; amplituda lewa komora 3,0 V; oraz impedancji 700 Ohm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga > niż 8 lat.**

**Pytanie nr 3. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV 4-polową o kształcie litery S?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści takich elektrod, słaba fiksacja niż w spiralach 3D.**

**Pytanie nr 4. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie.**

**Pytanie nr 5. Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 77 g, objętości 33 cm<sup>3</sup> i grubości 13 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga mniej niż 65 g. i grubości mniej niż 12 mm.**

**Pytanie nr 6. Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 7. Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu ochronnego w trakcie elektrokoagulacji?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga trybu ochronnego w trakcie elektrokoagulacji .**

**Pytanie nr 8. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 78 g, objętości 34 cm<sup>3</sup> i grubości 13 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga mniej niż 65 g. i grubości mniej niż 12 mm.**

**Pytanie nr 9. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenia oferujące możliwość elastycznego programowania polaryzacji we wszystkich terapiach w dowolnej strefie.**

**Pytanie nr 10. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu ochronnego w trakcie elektrokoagulacji?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga trybu ochronnego w trakcie elektrokoagulacji .**

**Pytanie nr 11. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie programowanej w zakresie 0,5 – 7,5V?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie programowanej w zakresie 0,5 – 7,5V**

**Pytanie nr 12. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu programowanej w zakresie 0,12 – 1,5 ms?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu programowanej w zakresie 0,12 – 1,5 ms.**

**Pytanie nr 13. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej programowanej w zakresie 1 – 11,2 mV?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej programowanej w zakresie 1 – 11,2 mV.**

**Pytanie nr 14. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości przedsionkowej programowanej w zakresie 0,18 – 4,0 mV?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o czułości przedsionkowej programowanej w zakresie 0,18 – 4,0 mV.**

**Pytanie nr 15. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o odstępie AV programowanym w zakresie 30 – 350 ms?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o odstępie AV programowanym w zakresie 30 – 350 ms.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 16. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o łącznym czasie IEGM równym 48 sek?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o łącznym czasie IEGM równym 48 sek.**

**Pytanie nr 17. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z introducerami 7 Fr?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z introducerami 7 Fr.**

**Pytanie nr 18. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 7,5 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający urządzenie o grubości 7,5 mm.**

**Pytanie nr 19. Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez programowalnej funkcji automatycznego rozpoznawania środowiska MRI?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez programowalnej funkcji automatycznego rozpoznawania środowiska MRI.**

**Pytanie nr 20. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie programowanej w zakresie 0,5–7,5V?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie programowanej w zakresie 0,5–7,5V**

**Pytanie nr 21. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu programowanej w zakresie 0,12 – 1,5 ms?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu programowanej w zakresie 0,12 – 1,5 ms.**

**Pytanie nr 22. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o łącznym czasie IEGM równym 48 sek?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o łącznym czasie IEGM równym 48 sek.**

**Pytanie nr 23. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez telemetrii bezprzewodowej?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga urządzenia z telemetrią bezprzewodową.**

**Pytanie nr 24. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z introducerami 7 Fr?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z introducerami 7 Fr.**

**Pytanie nr 25. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 7,5 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający urządzenie o grubości 7,5 mm.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 26. Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga urządzenia o grubości mniej niż 14 mm.**

**Pytanie nr 27. Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności 6 lat przy następujących parametrach: amplituda prawy przedsionek/prawa komora 2,5 V; amplituda lewa komora 3,0 V; oraz impedancji 600 Ohm

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga min. 7 lat żywotności.**

**Pytanie nr 28. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga urządzenia o grubości mniej niż 14 mm.**

**Pytanie nr 29. Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości 15 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga urządzenia o grubości mniej niż 14 mm.**

**Pytanie nr 30. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez promowania własnego przewodzenia AV poprzez automatyczną zmianę trybu stymulacji AAI-DDD?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga promowania własnego przewodzenia AV poprzez automatyczną zmianę trybu stymulacji AAI-DDD.**

**Pytanie nr 31. Pakiet nr 1, Lp.20**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4.**

**Pytanie nr 32. Pakiet nr 2 L.p.21**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4.**

**Pytanie nr 33. Pakiet nr 3 L.p. 18**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



**Pytanie nr 34. Pakiet nr 3 L.p. 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania trybu nocnego, ale z dostępnym algorytmem unikania stymulacji komorowej o nazwie RYTHMIQ (działającym w trybie AAI z zabezpieczeniem VVI a w przypadku wykrycia utraty synchronizacji przelączającym się na tryb DDD(R)?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania trybu nocnego, ale z dostępnym algorytmem unikania stymulacji komorowej o nazwie RYTHMIQ (działającym w trybie AAI z zabezpieczeniem VVI a w przypadku wykrycia utraty synchronizacji przelączającym się na tryb DDD(R).**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracji i Organizacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stążica



**DOLNY  
SLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742