

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1986) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

Liczba pakietów – 2

Pakiet nr 1 – Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem, holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, zestaw do próby wysiłkowej z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z systemem

Pakiet nr 2 – Aparat EKG

Główny kod CPV : 33100000-1 urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV :

33123210-3 urządzenia do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1)

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2)

33123200-0 urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2)

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 2 pakiety.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu**
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokolowskiego** jest **Pan Jarosław Golec**, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej**" – nr Zp/85/PN-76/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia

Okres do **6 tygodni** od daty zawarcia umowy;

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie urządzeń do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2).

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu

I.p.	Nazwa warunku	Sposób oceny warunku
1.	Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu	<p><u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza tj. :</u></p> <p>1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie urządzeń medycznych na podstawie wykazu wykonanych dostaw, w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy urządzeń medycznych były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. <u>wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie urządzeń do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2) na kwotę minimum:</u></p> <p><u>dla pakietu nr 1 – 55 000,00zł;</u> <u>dla pakietu nr 2 – 5 000,00 zł;</u> <u>każda z dostaw;</u></p>
2.	Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4	<p><u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza tj. :</u></p> <p>posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;</p>

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- **pkt. 2 tabeli:** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1 – 3 300,00 zł.

dla pakietu nr 2 – 300,00 zł.

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJACEGO.

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w osobnej kopercie (która nie zostanie włożona do koperty z ofertą przetargową) w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C, opisując

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

wadium w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07: 00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno prawnych: mgr Dorota Piekarcz – Referent administracyjny
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : dorota.piekarcz@zdrowie.walbrzych.pl

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, e-mailem lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 5 do SIWZ.
3.	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 4 do SIWZ

4.	Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do SIWZ
----	--

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu .

Na żądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu .

XI.A Dokumenty, do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
2.	Wykaz dostaw urządzeń medycznych, wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy urządzeń medycznych, zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. <u>wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie urządzeń do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2) na kwotę minimum:</u> <u>dla pakietu nr 1 – 55 000,00zł;</u> <u>dla pakietu nr 2 – 5 000,00 zł;</u> <u>każda z dostaw;</u>
3.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) dotyczy urządzeń medycznych.
4.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE.
5.	Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z <u>dokładnym wskazaniem</u> , której pozycji dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

XI B. Grupa kapitałowa

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XII. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
 - Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - - części jawnej,
 - - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa.

Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności informacji zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w «części niejawnej » skutkować może ujawnieniem przez

Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XIII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **16.11.2018 r.** do godziny **10:00**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Bibliotece Szpitala w dniu **16.11.2018 r.** do godziny **10:15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XVI. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Termin dostawy przedmiotu zamówienia: od 5 do 6 tygodni – 0 pkt. od 3 do 4 tygodni – 20 pkt. do 2 tygodni – 40 pkt.	40%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x **60 pkt** = *ilość punktów dla oferty ocenianej*

Cena wyższa z oferty ocenianej *o wyższej cenie*

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVII. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia:**2018 r.**

Pakiet nr 1

Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem, holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, zestaw do próby wysiłkowej z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z systemem

ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
Rejestrator holter EKG wraz z oprogramowaniem	szt.	2				
Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowaniem do analizy	szt.	1				
Bieżnia wraz z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z systemem	szt.	1				
Razem:						

I. Rejestrator Holter EKG wraz z oprogramowaniem (szt. 2)

Opis funkcjonalności systemu sieciowego do analizy badań EKG i ciśnieniowych metodą holtera, skład systemu: <ul style="list-style-type: none"> oprogramowanie sieciowe – licencja na 5 użytkowników on-line (do 200 użytkowników offline) oprogramowanie do analizy holtera EKG – licencja na 2 stanowisko opisowe uniwersalny 12 i 3 kanałowy rejestrator holterowski EKG holter ciśnieniowy z oprogramowaniem – 		
Oprogramowanie sieciowe		
Oprogramowanie zapewniające możliwość zdalnej pracy z oprogramowaniem do analizy badań EKG oraz ciśnieniowych metodą holtera, w sieci lokalnej oraz przez internet w strukturze Klient-Serwer.		
Automatyczna synchronizacja danych		
Oprogramowanie umożliwiające niezależną pracę 5 użytkownikom jednocześnie z możliwością rozszerzenia o kolejnych.		
System zarządzany przez administratora dodającego użytkowników (login, hasło) i nadającego im określone uprawnienia: podgląd/drukowanie raportów, zakładanie karty nowego pacjenta, analiza zapisów holterowskich, edycja raportów, modyfikowanie danych w karcie pacjenta, kasowanie kart pacjentów, weryfikacja wyników, archiwizacja danych.		

Możliwość tworzenia własnej struktury organizacyjnej: siedziba główna, oddziały, pododdziały, poradnie oraz nadawanie uprawnień użytkownikom do pracy w określonej strukturze.		
System zapewniający pełną identyfikację rejestratorów pracujących w strukturze oraz zapisów.		
Możliwość rozszerzenia systemu o pracę z aparatami EKG.		
Oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich EKG 3 oraz 12 kanałowych – funkcje systemu		
Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca.		
Możliwość pełnej edycji weryfikacji wykrytych arytmii.		
Automatyczne wykrywanie artefaktów.		
Analiza zapisów wielodniowych do 30 dni, 3 kanałowe – pliki do 7 dni lub wielokrotność, 12 kanałowe – pliki do 3 dni lub wielokrotność		
Analiza zapisu w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń.		
Analiza prospektywna i retrospektywna.		
Możliwość wyborów kanałów do analizy arytmii i ST od 1 do 12 odprowadzeń.		
Możliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu zapisu poprzez ręczne zaznaczenie		
Możliwość przeklasyfikowania grupy i wybranego pobudzenia, ręczne usuwanie i dodawanie pobudzeń		
Możliwość automatycznego wyszukania pobudzeń podobnych do wskazanego przez lekarza w obrębie danej klasy		
Oznaczenie na zapisie EKG aktywności pacjenta (przy zastosowaniu rejestratorów z akcelerometrem 3D)		
Wykrywanie i analiza migotania przedsionków.		
Analiza dobowa częstości rytmu serca HR.		
Analiza ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG.		
Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca.		
Możliwość konfiguracji raportu końcowego.		
Edycja fragmentów zapisu EKG, które mają znaleźć się w raporcie.		
Możliwość przeglądania i wydruku markerów pacjenta.		
Oprogramowanie i raporty w języku polskim,		
Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami.		
Identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem – nazwisko i ID pacjenta		
Możliwość edycji i tworzenia własnego panelu zakładek z kolejnymi krokami analizy zapisu		
Możliwość przygotowania szablonu opisu badania, edytor zdań diagnostycznych, zapisywanie wielu szablonów opisów badań.		

Analiza odcinka QT.		
Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości.		
Analiza HRT (HeartRateTurbulence).		
Analiza bezdechu nocnego.		
Obsługa rejestratorów: <ul style="list-style-type: none"> • 12 kanałowego z 10 elektrod • 12 kanałowego z 5 elektrod – 3 kanały EKG • 3 kanałowego z 7 elektrod • 3 kanałowego z 5 elektrod 		
Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o analizy: SAECG, VCG, TWA.		
2 szt. Uniwersalny rejestrator 12 i 3 kanałowy		
Rejestrator do zapisów: 12 kanałowych oraz 3 kanałowych, 2 kable EKG na wyposażeniu		
Automatyczne wykrywanie podłączonego kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego. Współpraca z kablem 10 odprowadzeniowym dla zapisów 12 kanałowych oraz z kablem 5 odprowadzeniowym dla zapisów 3 kanałowych.		
Zapis na karcie pamięci typu SD, możliwość wymiany kart pamięci.		
Czas rejestracji minimum 14 dni w trybie 3 i 12 kanałowym		
Wysoka jakość sygnału EKG: <ul style="list-style-type: none"> - przetwornik A/C: 24 bit, - archiwizacja sygnału EKG z wybraną częstotliwością minimum 250 próbek/kanał z możliwością ustawienia w rejestratorze do 1000 próbek/kanał. - kable pacjenta ekranowane 		
Wykrywanie pozycji i aktywności dobowej pacjenta: rejestrator wyposażony w akcelerometr 3D		
Dokładna detekcja stymulatorów serca, częstotliwość próbkowania minimum 30000Hz/kanał		
Zasilanie z jednej baterii lub akumulatora, możliwość wymiany w czasie badania z kontynuacją rozpoczętego zapisu.		
Odporność rejestratora na zniszczenie pod wpływem zalania cieczą – klasa wodoszczelności IPX6.		
Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny, nawigacja przy pomocy klawiszy nawigacyjnych		
Podgląd zapisu EKG przed rozpoczęciem i w czasie badania na wyświetlaczu rejestratora 3 kanałów EKG jednocześnie, sygnalizacja złego kontaktu elektrod.		
Możliwość bezprzewodowej komunikacji Bluetooth rejestratora z komputerem - podgląd zapisu EKG, uruchamianie badania		
Programowanie parametrów rejestratora przed rozpoczęciem zapisu przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza.		
Klawisz markera zdarzeń pacjenta		
Kompaktowe wymiary rejestratora: maksymalnie 80 x 60 x 20 mm		

Niewielka waga rejestratora: bez kabla z baterią poniżej 80g		
Szybki transfer danych do komputera z karty pamięci: przez kabel USB lub czytnik kart pamięci		
Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nieodczytanego zapisu		
Identyfikacja badań przed rozpoczęciem zapisu: możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego za pomocą klawiatury funkcyjnej i wyświetlacza lub za pomocą oprogramowania PC.		
Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym.		

II. Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowaniem do analizy

Funkcja konfiguracji rejestratora przed startem badania		
Możliwość wyłączenia wyświetlania wyników pomiaru na wyświetlaczu rejestratora		
Możliwość zablokowania przycisku pacjenta na rejestratorze		
Możliwość określenia maksymalnego ciśnienia w mankiecie		
Prezentacja danych w formie trendów, histogramów, wykresów kołowych		
Możliwość określenia granic alarmowych niezależnie dla okresu snu i aktywności dziennej		
Tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów i oznaczenia aktywności ruchowej pacjenta dla każdego pomiaru		
Interpretacja podsumowująca, analiza DIP, histogramy, wykresy kołowe, średnie godzinowe, korelacje, indeks gładkości		
Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta		
Możliwość edycji raportu oraz możliwość wyboru sekcji raportu do wydruku		
Rejestrator ciśnieniowy		
Obsługa za pomocą jednego przycisku.		
Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją.		

Zakres ciśnienia.:		
- skurczowego min.: 20÷270 mmHg		
- rozkurczowego min.: 20÷180 mmHg		
- pulsu min.: 20-180 bpm		
Zakres ciśnienia w mankiecie ~ 0-280mmHg		
Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru		
Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg, dokładność pulsu: ± 3 bpm		
Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25 ÷ 35 cm (±1 cm).		
Do 5 okresów pomiarowych		
Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut.		
Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności		
Klawisz zdarzeń przez pacjenta.		
Pamięć flash do min. 250 badań.		
Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB.		
Waga urządzenia nie większa niż 220 g (wraz z bateriami).		
Zasilanie: baterie typu AA		

III. Bieżnia wraz z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z systemem.

1. Opis systemu do badań wysiłkowych z bieżnią, skład systemu:

- zestaw komputerowy
- oprogramowanie w wersji sieciowej
- bezprzewodowy 12 kanałowy moduł EKG
- bieżnia medyczna

Zestaw komputerowy min: procesor Intel Core i5, min 8GB RAM, dysk HDD min 500GB, karta grafiki zgodna z DirectX 10, system windows 10 prof. lub równoważny z możliwością pełnego podłączenia do usługi katalogowej Zamawiającego, monitor full HD min 21,5", sieciowa drukarka laserowa z duplexem, biurko komputerowe, dedykowane krzesło		
Opis systemu		
Praca na systemach operacyjnych Windows: 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10		

Praca sieciowa z możliwością zakładania kart pacjentów, podglądania i analizowania badań oraz wykonywania badań na dowolnym komputerze z podłączonymi niezbędnymi urządzeniami (moduł EKG plus urządzenie wysiłkowe)		
Możliwość utworzenia kont użytkowników – login i hasło		
Baza danych pacjentów z funkcjami filtrującymi dane		
Wybór urządzeń wysiłkowych: ergometry, bieżnie, sterowanie manualne itp.		
Bezprzewodowa komunikacja z modułem EKG		
Funkcja nagrywania długich zapisów spoczynkowych EKG, co najmniej 60min		
Wykonywanie badań spoczynkowych		
Wykonywanie badań wysiłkowych		
Możliwość rozszerzenia o automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi		
Możliwość rozszerzenia o pomiar SpO2 z pulsoksymetru		
Możliwość konfigurowania rodzaju wyświetlanych parametrów m.in.: faza badania, obciążenie, MET, ciśnienie skurczowe/rozkurczowe, całkowity czas badania, czas do końca bieżącej fazy, HR, docelowe HR		
Panel ręcznego sterowania urządzeniem wysiłkowym		
Podręczny panel wykresów wyświetlany w trakcie badania m.in.: trend HR/BP/obciążenie, trend zmian ST, pętla HR-ST, powiększony zespół średni, okno zdarzeń, QT/QTc, tabela ciśnień		
Przycisk awaryjnego przerywania testu wysiłkowego		
Możliwość ręcznego wprowadzania wartości ciśnienia krwi w dowolnym momencie		
Protokoły wysiłkowe min 20 różnych protokołów badań m.in.: Bruce, Bruce zmodyfikowany, Ellstad, Naughton, protokoły typu ramp, protokoły użytkownika		
Możliwość podziału protokołu wysiłkowego na fazy: spoczynkową, rozgrzewki, wysiłku, chłodzenia, odzysku wraz z określeniem czasu trwania oraz dokładnego momentu pomiaru automatycznego lub ręcznego ciśnienia krwi		
Konfigurowalne funkcje alarmowe		
Zakładka trendów: BPM, ST we wszystkich kanałach, QT, SpO2, Produkt podwójny.		
Analiza wektorkardiografii w trakcie badania		
Wykresy ST w 3D		

	Rejestracja 12 kanałów EKG		
	Wyświetlanie EKG w trybach m.in.: 3 kanały, 6 kanałów, 2x6 kanałów, 12 kanałów, 6 trybów użytkownika z dowolną konfiguracją rodzaju, kolejności i ilości wyświetlanych kanałów, odprowadzenia standardowe i Cabrera		
	Analiza HR, ST		
	Możliwość automatycznej diagnozy		
	Pełny i ciągły zapis krzywej EKG z całego badania		
	Funkcja markera zdarzeń EKG		
	Ostrzeżenie o złym kontakcie elektrod		
	Uśrednione wzorce EKG – spoczynkowe i wysiłkowe razem lub osobno		
	Elektroniczna linijka EKG		
	Prędkość wyświetlania min.: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s		
	Wzmocnienie min.: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV		
	Wyliczanie MET, VO2/VO2max		
	Ocena wysiłku wg skali Borga		
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych szablonów opisów badania		
	Możliwość konfigurowania zawartości raportu		
	Możliwość przeglądania raportu przed wydrukiem		
	Możliwość wydruku raportów w kolorze		
	Funkcje eksportu-importu danych		
	Archiwizacja danych na CD lub DVD lub dysku sieciowym		
	Możliwość tworzenia PDF		
	Możliwość wymiany informacji pomiędzy systemami przy wykorzystaniu standardu HL7 lub DICOM		
	Moduł EKG		
	12 kanałów EKG, kabel 10 odprowadzeniowy, końcówki zatrask		
	Częstotliwość próbkowania min.: 1000Hz		
	Rozdzielczość przetwornika min. A/C: 16bit		
	Pasma przenoszenia: 0,05-150 Hz		
	Impedancja wejściowa min.100Mohm		
	Typ ochrony pacjenta CF		
	Bezprzewodowa komunikacja z PC		
	Zasilanie – 2 akumulatory typu AA		

	Bieżnia		
	Prędkość taśmy regulowana 0,16-19 km/h		
	Kąt wzniesienia regulowany 0-25%		
	Automatyczna kalibracja		
	Możliwość współpracy z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej		
	Łagodny rozruch z pełnym obciążeniem		
	Taśma antypoślizgowa		
	Długość użytkowa pasa bieżni min. 1600 mm		
	Szerokość użytkowa pasa bieżni min. 560 mm		
	Niewielka wysokość pasa bieżni na podłogę max 200mm		
	Maksymalne wymiary podstawy bieżni 2000 x 850 mm		
	Obciążalność min 220 kg		
	Zasilanie 230 V, 50 Hz		
	Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa		
	Certyfikat CE		
	Integracja		
	<p>Wykonawca zapewni integrację danych z zaoferowanych urządzeń z systemem Zamawiającego w standardzie wymiany danych medycznych w okresie do 3 m-cy od zakończenia wdrożenia. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca.</p> <p>Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń i oprogramowania.</p> <p>Wykonawca zainstaluje system bazodanowy na serwerze wirtualnym wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający przygotowuje jedynie niezbędne zasoby sprzętowe na platformie Vmware. Wszelkie oprogramowanie i licencje systemowe musi dostarczyć Wykonawca. Licencje i oprogramowanie systemowe, jeśli nie jest wyspecyfikowane inaczej, musi być bezterminowe i umożliwiać pracę sieciową. Na dostarczonym zestawie komputerowym Wykonawca zainstaluje zaoferowane oprogramowanie klienckie podłączone do oprogramowania serwerowego. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska sieciowe.</p> <p>Wykonawca zapewni 36 m-ce gwarancji na wszystkie zaoferowane komponenty.</p>		

Dostarczony sprzęt musi być wyłącznie nowy (niedopuszczalny jest sprzęt używany lub demonstrowany w jakikolwiek sposób).

Pakiet nr 2

Aparat EKG

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Aparat EKG	szt.	1				
	RAZEM:						

Elektrokardiograf

	Elektrokardiograf 12 kanałowy z wydrukiem A4 (210mm)		
	Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem.		
	Rozmiar ekranu min 7” Rodzicielczość min 800x480		
	Waga aparatu max. 3,6 kg		
	Klawiatura funkcyjna oraz ekranowa klawiatura alfanumeryczna		
	Czytnik kodu kreskowego umożliwiający wprowadzenie danych pacjenta		
	Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowe		
	Wydruk na papierze termiczny w rolce o szerokości min 212 mm		
	Przesuw papieru: 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s		
	Wzmocnienie: 2.5, 5, 10, 20, Auto		
	Impedancja wejściowa > 50MΩ		
	CMRR >105 dB		
	Częstotliwość próbkowania 2000Hz		
	Filtra zakłóceń sieciowych		
	Filtr zakłóceń mięśniowych		
	Filtr dolno-przepustowy 150/100/40 Hz		
	Filtr anty-dryftowy		
	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR		
	Detekcja pików rozrusznika serca		
	Automatyczna analiza i interpretacja		
	Podstawowe pomiary: HR, PR, QRS, QT/QTc, oś P-R-T		
	Analiza HRV		
	Możliwość wykonania badania ekg bez wydruku na papierze termicznym a jedynie wysłanie badania w formie elektronicznej.		
	Format wydruku: 3 K+1Rytm, 3K+3Rytm, 6K+1Rytm, 12K, Wydruk długotrwały 1 K (1min, 3min, 5min,10min)		
	Wydruk w trybie monitorowania rytmu		
	Możliwość rejestracji zapisu EKG do min 4 minut, przegląd zapisu i możliwość wyboru fragmentu do wydruku		
	Automatyczne wysyłanie wykonanych badań do archiwum na		

	serwerze.		
	Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem		
	Wbudowana baza danych pacjentów min.200 badań		
	Zapis danych na urządzeniu USB (PenDrive)		
	Możliwość importu danych z pamięci USB		
	Możliwość wyboru lokalizacji archiwum badań (Pamięć wewnętrzna lub PenDrive)		
	Możliwość wydruku badań z archiwum		
	Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku.		
	Kontrola podłączenia każdej elektrody		
	Współpraca aparatu w sieci komputerowej		
	Możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maski)		
	Obsługa DHCP		
	Eksport zapisów EKG		
	Dane dostępne w formacie :JPG, PDF, XML, DICOM		
	Interfejsy min. RJ45, USBx2,		
	Współpraca z siecią komputerową z możliwością podglądu zapisów ekg w czasie rzeczywistym z dowolnego stanowiska komputerowego w sieci.		
	Możliwość rozszerzenia funkcji aparatu o spirometrię		
	Wózek pod aparat		
	Oprogramowanie do archiwizacji		
	Automatyczna archiwizacja danych na serwerze		
	Oprogramowanie do podglądu zapisu EKG z dowolnego komputera w sieci.		
	Podgląd zapisu EKG on-line z aparatu EKG		
	Funkcje pomiarów		
	Funkcja lupy (powiększenie wybranego fragmentu EKG)		
	Możliwość wprowadzenia opisu badania		
	Wydruk zapisów EKG na drukarce laserowej		

Dostarczony sprzęt musi być wyłącznie nowy (niedopuszczalny jest sprzęt używany lub demonstrowany w jakikolwiek sposób).

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na
" Dostawę zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji
kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

e-mail.....

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem :

T / N

3.Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1
do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za
wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca
składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Gwarantujemytygodniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia *

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

**(maksymalny termin dostawy do 6 tygodni)*

UMOWA Nr

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «**dostawę zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej**» ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., nr ogłoszenia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest(pakiet nr) wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: dostarczenia przedmiotu umowy, jego instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń i oprogramowania w terminie do **tygodni** od daty zawarcia umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy pozostaje nowy i wolny od wad.

§ 3

1. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) wraz z instrukcją obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim, oprogramowaniem w języku polskim, oraz wszelką konieczną dokumentacją tj. paszportem technicznym, kartą gwarancyjną, wykazem punktów serwisowych, kopiami dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym : Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta

2. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.

3. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie dostawy jest: Pani dr Teresa Nowak – tel. 74/6489956

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

§ 4

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego

koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy lub przedmiot umowy zostanie zwrócony Wykonawcy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zapewni integrację danych z zaoferowanych urządzeń z systemem Zamawiającego w standardzie wymiany danych medycznych w okresie do 3 m-cy od zakończenia wdrożenia.

8. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń i oprogramowania.

10. Wykonawca zainstaluje system bazodanowy na serwerze wirtualnym wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający przygotowuje jedynie niezbędne zasoby na platformie Vmware.

11. Wszelkie oprogramowanie i licencje systemowe dostarcza Wykonawca.

12. Licencje i oprogramowanie systemowe, jeśli nie jest wyspecyfikowane inaczej, musi być bezterminowe i umożliwiać pracę sieciową.

13. Na dostarczonym zestawie komputerowym Wykonawca zainstaluje zaoferowane oprogramowanie klienckie podłączone do oprogramowania serwerowego.

14. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska sieciowe.

15. Wykonawca zapewni 36 m-cy gwarancji na wszystkie zaoferowane komponenty.

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie nowy sprzęt (niedopuszczalny jest sprzęt używany lub demonstrowany w jakikolwiek sposób).

§ 5

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w języku polskim według cen ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostawy i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -

3. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;

b) 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.

§ 9

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres **36** miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia:

- bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego ;
- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy ;
- bezpłatny przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji ;
- części niezbędne do wymiany ;

3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii.

4. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni liczony od momentu podjęcia naprawy.

5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.

6. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.

7. W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

8. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej).

9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty jego dostawy.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość diagnozy, ekspertyzy, bądź naprawy zdalnej sprzętu, oprogramowania, jeśli to możliwe (via internet) wykorzystując wyłącznie zestawione łącze szyfrowane, bądź poprzez dedykowanego klienta VPN, przekazanego przez Zamawiającego.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1986).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawę zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

.....(miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawę zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposażenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18., prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w.....(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejsowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).