



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Wałbrzych, 10.12.2018 r.

DZPZ-530-Zp/87/PN-77/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy zamkniętego aspiracyjno-próżniowy systemu do pobierania krwi –Zp/87/PN-77/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytania**

dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 14

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki do badań hematologii (EDTA) o poj. 1,6 ml i średnicy 11 mm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 30

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły systemowej typu motylek 0,5G dł. drenu do 80 mm z osłonką przed zakłuciem? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 28, 29, 30

Ponieważ najmniejsze opakowanie handlowe zawiera 100 szt. igieł motylkowych z osłonką przed zakłuciem (nie sprzedajemy na sztuki tylko w opakowaniach handlowych) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostosowanie ilości do pełnych opakowań handlowych. **Odp. Na potrzeby postępowania przetargowego pozostawiamy ilości w tabeli jak w załączniku do SIWZ.**

dot. zapisów SIWZ rozdz. XI.A pkt. 3 oraz zapisów umowy § 4 ust. 2

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych. (Dz.U. z 2017 r poz. 211). Zgodnie z ww ustawą klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Produktu z poz. nr 20 i 21 tabeli asortymentowo-cenowej wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny. W związku z tym, nie podlega on przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenia dla produktów z pozycji 20 i 21, iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r oraz o modyfikację zapisu § 4 ust. 2 poprzez dopisanie: „Wykonawca zobowiązuje się (.....) – **dotyczy wyrobów medycznych** oraz minimalny (...)”. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie stosownego oświadczenia dla produktów z pozycji nr 20 i 21, iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Ponadto Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie zapisów umowy § 4 ust. 2.**

dot. zapisów umowy § 4 ust. 2

Ponieważ w umowie jest zapis „(...) minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy” a pod tabelą asortymentowo-cenową widnieje zapis: „6 miesięcy od daty dostawy” prosimy o



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



dostosowanie zapisów umowy do zapisów warunków granicznych w załączniku nr 1 dotyczący terminu ważności produktów. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

dot. zapisów umowy § 4 ust. 1

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 i poprzez dopisanie: „Towar (...) transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. (...)” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie zapisów umowy § 4 ust. 1.**

dot. zapisów umowy § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „lub telefonicznie”. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie zapisów umowy § 3.**

DYREKTOR SZPITALA  
Michał Dudziński



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742