



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 12.02.2019r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/19


**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/9/PN-8/19.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 9**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i 2 znaczników tkankowych do oznakowania guza piersi o rozmiarze 18G x 100. Znacznik o tym wymiarze pozwala na minimalnie inwazyjne oznakowanie guza piersi. Igła (rys. 1) do punkcji posiada na całej długości oznaczenia pozwalające na doskonałą orientację w trakcie zabiegu. Znacznik o trójwymiarowej konstrukcji pozwala na doskonałe spozycjonowanie w tkance i zapewnia widoczność w promieniach USG i MRT nawet po 12 miesiącach.



Rys. 1

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znaczniki tkankowe do oznakowania guza piersi o rozmiarze 17G x 100.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego z polistyrenu o śr. 90 i wys. 15 mm, bez wentylacji?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, pod warunkiem iż cena ta stanowić będzie wyłącznie element kalkulacyjny ceny wynikowej za opakowanie zbiorcze, która to cena zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy o cenach.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

DIREKTOR SZPITALA  
Krzysztof Durajewski



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@szpital.sokolowski.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742