



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/70/ PN-69/16

Wałbrzych, 18.08.2016r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, tj.: elektrod noworodkowych przeziernych w promieniach RTG, masek nagłośniowych I-gel, ustników, worków pooperacyjnych sterylnych, pojemników próbek śluzu, tyżek do laryngoskopu, czujników jednorazowych SpO2 wraz z kablem połączeniowym, elektrod jednorazowych pediatrycznych EKG, jednorazowych, sterylnych butelek z gwintem, podziałką i nakrętką, zestawów transportowych, zestawu do drenażu klatki piersiowej oraz ubrań wyjazdowych i obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B.”- Zp/70/PN-69/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dot. pakietu nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że celem zapewnienia pełnej kompatybilności czujników wykonanych w technologii RED, Zamawiający będzie wymagał czujników 9 pinowych?

**Odp. Tak, Zamawiający będzie wymagał.**

**Pyt. 2 dot. pakietu nr 10- Jednorazowe sterylne butelki z gwintem, podziałką i nakrętką.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek jednorazowych, mikrobiologicznie czystych pakowanych po 40 sztuk, spełniających wszystkie pozostałe parametry?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza butelek mikrobiologicznie czystych, ponieważ butelki służyć będą do przechowywania pokarmu kobiecego i muszą być sterylne.**

**Pyt. 3 dot. pakietu nr 7- zestaw do drenażu klatki piersiowej.**

Wnosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 1 na równoważne zestawy do drenażu klatki piersiowej funkcjonalnie odpowiadające zestawowi wielokomorowemu: jednorazowego użytku, z komorą na wydzielinę 1000ml i możliwością wielokrotnego higienicznego odlewania wydzieliny do dodatkowego worka kolekcyjnego 1000ml, z suchą komorą regulacji ssania (regulacja mechaniczna), bezigłowy port do pobierania próbek, sucha zastawka podwodna i wskaźnik

stanu ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw przeźroczysty, pracujący bezgłośnie, wyposażony w półprzeźroczysty samozasklepiający się dren zabezpieczony przed zaginaniem, zestaw wyposażony w haki do zawieszenia na łóżku i uchwyt do przenoszenia. System antyrefluksowy-zapewniający pozostanie płynów w komorze w przypadku zmiany pozycji. Mechaniczny regulator ssania pozwalający na kontrolę ssania bez potrzeby dodawania lub usuwania wody.

**Odp. Proponowany zestaw nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Zbyt mała komora na wydzielinę. Odlewianie i przelewianie wydzieliny stanowi problem dla personelu i wymusza wykonywanie dodatkowych czynności. W związku z powyższym nie jest wygodny w stosowaniu.**

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki pooperacyjnosterylne pakowane pojedynczo, łącznie w opakowaniu 5 sztuk)?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki pooperacyjne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie w opakowaniu 5 sztuk).**

**Pyt. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wysłanie faktury osobno nie wraz z towarem. Do każdej dostawy winien być dołączony dokument WZ, a faktura dostarczona w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia towaru.**

**Pyt. 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość umieszczania na fakturze wyłącznie numery umowy ze względu na ograniczoną ilość znaków jakie możemy wprowadzić w naszej wewnętrznej bazie. Niestety numer umowy oraz numer pakietu będą zbyt długie, aby móc razem umieścić je na fakturze.

**Odp. Numer umowy oraz pakietu winien być umieszczony na fakturze, w dowolnie wybranym przez Wykonawcę miejscu.**

**Pyt. 7 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne EKG o średnicy 32mm w opakowaniach a`25szt. spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody pediatryczne EKG o średnicy 32mm w opakowaniach a`25szt.**

**Pyt.8 dot. pakiet nr 1 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o całej powierzchni klejącej, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody o całej powierzchni klejącej.**

**Pyt. 9 dot. Pakiet nr 1 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody noworodkowe z kabelkiem są pakowane po 3 sztuki- czy Zamawiający oczekuje 400 sztuk elektrod czy też 400 opakowań elektrod (a` 3 sztuki)?

**Odp. Zamawiający oczekuje 400 jednorazowych sztuk elektrod, pakowanych jednorazowo po 3 sztuki na plastikowym nośniku.**

**Pyt. 10 dot. Pakiet nr 9 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 50 sztuk, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody pakowane po 50 sztuk.**

**Pyt. 11 dot. Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odp. Zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej za sztukę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pyt. 12 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §2 ust. 2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

**Odp. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia.**

**Pyt. 13 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §5 ust. 3**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

**Odp. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto).**

**Pyt. 14 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §8 ust. 1 pkt 2), §8 ust. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o równe traktowanie stron umowy i zrównanie kar umownych obu stron umowy. Prosimy o zmianę kary umownej w §8 ust. 1 pkt 2) na 10% wartości niewykonanej części umowy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

**Pyt. 15 dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości elektrody amerykańskiego producenta, z odprowadzeniami DIN, radioprzeierne, materiałowe (miękką włóknina), IEC, rozm. 22mmx22mm, kwadratowe, 3 szt. na pasku, dł. kabelków ok.65 cm., z żelazem stałym, z kabelkiem, hypoalergiczny klej, łagodny dla skóry, przepuszczający powietrze, ekspozycja min. 72h, -samoprzylepne, dobrze przylegające w miejscu podczas testów i monitorowania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Poniżej proponowane elektrody.

**Odp. Dopuszczamy elektrody o rozmiarze 22mmx22mm pakowane po 3 sztuki na plastikowym nośniku z zachowaniem mikroporowatego materiału, bez lateksu, z miękkiej pianki polietylenowej, długość kabla dopuszczana.**

**Pyt. 16 dot. Pakiet nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości łyżek amerykańskiego producenta z odpowiednią numeracją odpowiadającą tej, określonej przez Zamawiającego tj. „0” dla rozmiaru „00”, „1” dla rozmiaru „0” i „2” dla rozmiaru „1”.

**Odp. Nie dopuszczamy, opakowania powinny być kodowane kolorami do łatwej identyfikacji z zachowaniem rozmiaru 0.00.1.**

**Pyt. 17 dot. Pakiet nr 6**

Mając na uwadze dobro pacjenta jak i Zamawiającego, z uwagi na liczne działania firm oferujących produkty niezgodne ze standardami medycznymi w jakich pracują urządzenia z technologią Masimo SET, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał od Oferentów przedstawienia w zakresie pakietu nr 6 dokumentów potwierdzających autoryzację producenta do dystrybucji produktów firmy Masimo?

**Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy autoryzację dystrybucji czujników.**

**Pyt. 18 Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących, który jest parametrem ocenianym, liczony jest w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku. **Odp. Dla Zamawiającego dniami roboczymi wskazanymi w kryterium oceny ofert SA dni od poniedziałku do piątku.**

2. **Dotyczy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

3. **Dotyczy §4 ust. 3.b)**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „na cito” na 2 dni robocze. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

4. **Dotyczy §5 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

5. **Dotyczy §6 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

6. **Dotyczy §8 ust. 1.1)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

7. **Dotyczy §8 ust. 1.2)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

8. **Dotyczy §9 ust. 2**

*Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2*

Generalną zasadą jest że umowa o zamówienie publiczne jest wiążąca dla obu stron. Instytucja odstąpienia od umowy jest osłabieniem podstawowej zasady prawa kontraktowego (pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać) i powoduje rozluźnienie węzła obligacyjnego między stronami. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przewiduje jeden wyjątek od tej reguły. Otóż z treści art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, iż zamawiający może odstąpić od umowy "w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy".

**Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

9. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

10.

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.**

**Pyt. 18 dot. pakietu nr 11**

Jaką klasę czystości Zamawiający oczekuję? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odp. Zamawiający oczekuje butelek sterylnych radiacyjnie.**

**Pyt. 19 dot. pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji na ten temat.

**Odp. Zamawiający oczekuje butelek sterylnych radiacyjnie.**

**Pyt. 20 dot. pakietu nr 6**

Poz. 1

Prosimy o podania nr kabla oryginalnego lub obecnie używanego i dopuszczenie długości 2,4 m lub 2,5 m

**Odp. Obecnie używany kabel Masimo kompatybilny do czujników SpO2 LNCS Neo, dopuszczamy długość kabla 2.5m.**

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie w jakich monitorach będą użytkowane kable i czujniki

**Odp. Monitor wbudowany do Inkubatora Transportowego Atom 808, monitor wbudowany do Inkubatora Atom Incu, Monitor Masimo Radical 7.**

*Dyrektor Szpitala  
Mariola Dudziak*