



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 19.02.2019r.

DZPZ-530-Zp/13/PN-11/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy osłon, zastawek i pierścieni, ubrań stanowiskowych, nici okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, rur do respiratora, czujników, kaniuli, środków do dezynfekcji, siatek, cewników, igieł - Zp/13/PN-11/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści pierścienie dotorebkowe o śr. 12mm, 13mm i 14mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pierścienie o średnicy 11mm, 12mm, 12,5mm, 13mm, 13,5mm, 14mm.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 2 pozycję 3 do odrębnego zadania?
Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 4 pozycje 4-9 do odrębnego zadania?
Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 4

Czy Pakiecie nr 4 poz. 4 Zamawiający dopuści czarną nić 5/0 z igłą o dł. 11mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nić niebieską 5/0 o dł. 12mm.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 4

Czy Pakiecie nr 4 poz. 5 Zamawiający dopuści czarną nić 6/0 o dł. 20cm z igłą o dł. 13mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nić niebieską 6/0 o dł. nici 45cm i dł. igły 12mm.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 4

Czy Pakiecie nr 4 poz. 6 i 9 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o dł. 6mm, 140mikronów?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nić z igłą 3/8 koła, 6,1mm, 150 mikronów.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 7, dot. pakietu nr 4

Czy Pakiecie nr 4 poz. 7 i 8 Zamawiający dopuści nici z igłą o dł. 6mm, 140mikronów?
dziękujemy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nici z igłą 3/8 koła, 6,1mm mikrolancet, 150 mikronów.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 5 szwu wchłanialnego, plecionego, wykonanego z kopolimeru 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekanego w 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu poli (w stosunku 35/65/) i w 50% stearynianem wapnia, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, wchłaniające się między 56 – 70 dniem od zaimplantowania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o długości 6,1 mm z zachowaniem pozostałych parametrów, pakowany po 12 saszetek?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą wzmocnioną o długości 6,6 mm z zachowaniem pozostałych parametrów, pakowany po 12 saszetek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nici z igłą 3/8 koła, o długości 6mm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-3), grupa II (poz. 4-9)?

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach. W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnych pakietów.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 4 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici powlekaną w 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu w stosunku 30/70 i w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nić powlekaną w 90% kopolimerem glikolidu i l-laktydu w stosunku 35/65 i w 50% stearynianem wapnia.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 4 poz. 1-3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 4 poz. 1, 3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,5 mm i średnicy 220 µm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szew z igłą 3/8 koła mikrolancet, dł. 6,6mm, 200 mikronów.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,19 mm i długości nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szew z igłą 3/8 koła mikrolancet dł. 6,1mm i długości nici 15cm.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew wchłaniający z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok.80% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szew wchłaniający, pleciony z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o wytrzymałości na zerwanie 60-70% po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 36 saszetek.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 19, dot. pakietu nr 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy jednorazowych zapinanych na rzep z zatrzaskami utrzymującymi odpowiedni rozmiar, z instrukcją dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową”, która znajduje się na opakowaniu, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kołnierzy wielorazowych.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 8

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 200x50mm, którą stosuje się w leczeniu urazów palców (głębokie, ciężkie rany, kontuzje, zerwanie napinacza palca, przemieszczenie kości, po złamaniach i w leczeniu po-operacyjnym). Może być używana także w sporcie, jako stabilizacja palca lub zabezpieczenie przeciw uderzeniom. Szyna palcowa przeznaczona jest do użytku jednorazowego. Nie jest sterylna i nie nadaje się do sterylizacji. Szyna aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenową typu „soft” umożliwiająca wentylację palca.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 200x50mm, szyny są zbyt długie.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 8

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 250x15mm, którą stosuje się w leczeniu urazów palców (głębokie, ciężkie rany, kontuzje, zerwanie napinacza palca, przemieszczenie kości, po złamaniach i w leczeniu po-operacyjnym). Może być używana także w sporcie, jako stabilizacja palca lub zabezpieczenie przeciw uderzeniom. Szyna palcowa przeznaczona jest do użytku jednorazowego. Nie jest sterylna i nie nadaje się do sterylizacji. Szyna aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenową typu „soft” umożliwiająca wentylację palca.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 250x15mm, szyny są zbyt długie.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 8

Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 400x10mm, którą stosuje się w leczeniu urazów palców (głębokie, ciężkie rany, kontuzje, zerwanie napinacza palca, przemieszczenie kości, po złamaniach i w leczeniu po-operacyjnym). Może być używana także w sporcie, jako stabilizacja palca lub zabezpieczenie przeciw uderzeniom. Szyna palcowa przeznaczona jest do użytku jednorazowego. Nie jest sterylna i nie nadaje się do sterylizacji. Szyna aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenową typu „soft” umożliwiająca wentylację palca.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szyny palcowej aluminiowej w rozmiarze 400x10mm, szyny są zbyt długie.

Pytanie 23

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolewski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Tak, Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 13

Pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 3m i 5,5m? Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, co miał na myśli pisząc „z regulacją”? Co ma być regulowane w cewniku długość czy rozstaw nosków?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający miał na myśli regulację pętli cewnika.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby siatka była splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu, a wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu w kolorze białym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 12

Czy zamawiający dopuszcza czas całkowitego wchłonięcia się siatki do 36 miesięcy oraz czy dopuszcza wielkość porów poniżej 1mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 12

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek ze względu na wysoką cenę asortymentu lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych w Pakiecie nr 12 (w razie wezwania).

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek.

Pytanie 28, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu przedmiot zamówienia z pakietu nr 9 z okresem terminu gwarancji wynoszącym 6 miesięcy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający w pakiecie nr 9 wymaga, aby przedmiot zamówienia był jednorazowego użytku.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający nie zechce obniżyć kar umownych w wysokości 1% wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej do wysokości 0,1%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8 ust. 1.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Szpital
bez bólu

Pytanie 30, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu regulacji? Czy chodzi o regulację rozstawu nosków czy też regulację długości pętli?

Odp. Regulacja dotyczy pętli cewnika.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsów tlenowych) w długościach 3m i 5m, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsów tlenowych) w długościach 3m i 5m, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsów tlenowych) w długościach 1,5m i 2,1m, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewnika do podawania tlenu przez nos w długościach 3m i 4m, jednocześnie dopuszcza długość 5m i 5,5m .

Pytanie 34, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsów tlenowych) nie posiadającego regulacji, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewnika do podawania tlenu przez nos posiadającego regulację.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka