



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/70/ PN-69/16

Wałbrzych, 19.08.2016r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, tj.: elektrod noworodkowych przeziernych w promieniach RTG, masek nagłośniowych I-gel, ustników, worków pooperacyjnych sterylnych, pojemników próbek śluzu, łyżek do laryngoskopu, czujników jednorazowych SpO2 wraz z kablem połączeniowym, elektrod jednorazowych pediatrycznych EKG, jednorazowych, sterylnych butelek z gwintem, podziałką i nakrętką, zestawów transportowych, zestawu do drenażu klatki piersiowej oraz ubrań wyjazdowych i obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B.”- Zp/70/PN-69/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje, iż poprawia odpowiedzi na pytania Wykonawców umieszczone na stronie BIP-u w dniu 18.08.2016r. dotyczące pakietu nr 11.

Poprawna odpowiedź brzmi:

**Pyt. 18 dot. pakietu nr 11**

Jaką klasę czystości Zamawiający oczekuje? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odp. Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie.**

**Pyt. 19 dot. pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji na ten temat.

**Odp. Zamawiający oczekuje Medycznej Klasy IIa.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stażka