



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 02.04.2019r.

DZPZ-530-Zp/20/PN-18/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/20/PN-18/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 kubek z dwoma uszkami, z dwoma pokrywkami z dziubkami w zestawie, o pojemności 200 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 9

poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 9

poz. 1-7 Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 9

poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniuli o długości 45 mm, zamiast 50 mm.

Odp. W pozycji 7 Zamawiający dopuszcza długość kaniuli 45 mm, zamiast 50 mm, pozostałe długości zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9

poz. 8-16 Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga metalowego zatrzasku.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9

poz. 8-16 Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9

poz. 8-13 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami radiocieniującymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga min. 4 paski RTG.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 9

poz. 10 Proszę o dopuszczenie kaniuli o długości 32 mm, zamiast 25 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli o długości 25 mm.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 9

poz. 11 Proszę o dopuszczenie kaniuli o długości 45 mm, zamiast 25 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli o długości 32-33 mm.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 9

poz. 14 Proszę o dopuszczenie kaniuli o długości 45 mm, zamiast 32-33 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli o długości 32-33 mm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 9

poz. 17, 19 Proszę o dopuszczenie kranika o wytrzymałości ciśnieniowej do 4,5 Ba. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 9

poz. 19 Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia do 0,9 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 9

poz. 20, 21, 22 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli wykonanej z PTFE.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 9

poz. 20, 21 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 9

poz. 22 Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 22 ml/min.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 16, dot. pakietu nr 9

poz. 22 Proszę o dopuszczenie kaniuli w wersji tylko ze skrzydełkami.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli w wersji ze skrzydełkami i bez.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 12

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zaworu odcinającego kulkowego/suwakowego.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 12

poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zaworu odcinającego kulkowego/suwakowego.

Pytanie 19, dot. pakietu nr 12

poz.3 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zaworu odcinającego kulkowego/suwakowego.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 12

poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15cm w gotowych



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Szpital
bez bólu

ISO 9001

zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyń i korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zaworu odcinającego kulkowego/suwakowego.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 zgodzi się na składanie ofert na poszczególne pozycje?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 dopuści zestaw doszkliskowy bez 1 sztuki peana plastikowego, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw zawierający peana plastikowego.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 1 dopuści zestaw doszkliskowy o poniższym składzie:

Obłożenie na stolik – 75 x 90cm – 1 szt.

Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko -10 x 10 cm i przyklepcem naciętym – 1 szt.

Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.

Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt.

Pałeczki absorbcyjne ("papierosy") – 2 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zestaw nie spełnia wymaganych parametrów SIWZ.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 1-16 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 1-7 i pozycji 7-16?

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 1-7 dopuści: kaniule z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniule w rozmiarze 20G o długości 32mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli o długości 25mm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Szpital
bez bólu

ISO 9001

Pytanie 28, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści kaniule w rozmiarze 14G o długości 45mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 8-16 dopuści kaniule bezpieczne, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga metalowego zabezpieczenia.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści kaniule w rozmiarze 20G o długości 32mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli o długości 25mm.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści kaniule bezpieczne, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, bez portu bocznego, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG; bez zastawki zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi, wyposażone w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zastawki zapobiegającej wypływowi krwi po usunięciu igły.

Pytanie 32, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w poz. 1-13 oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 10

poz. 1 Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie rękojeści z jedną dźwignią. Długość szafu endostaplera bez ładunku 23, 37 lub 47 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rękojeści staplera posiadającej dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28, 34 lub 44 cm.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 10

poz. 2 Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie ładunków z artkulacją, z wysokością zszywki po zamknięciu 1,0mm, 1,5mm, 1,8mm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Szpital
bez bólu

ISO 9001

Pytanie 35, dot. pakietu nr 12

poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza zestawy do wkłucia centralnego o parametrach:
Wkłucia centralne 3- światłowe 7 Fr; dł. 15-20 cm.

- Wykonane z poliuretanu
- Igła 18G dł. 7 cm
- Kateter 7F dł. 15 i 20 cm z podziałką umożliwiającą ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka, atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL
- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie rozm 0,035" dł. 60 cm z końcówką 'J'
- Rozszerzadło naczyniowe
- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe
- Dodatkowy zacisk mocowania na skórze
- Skalpel
- strzykawką 10 ml
- Pojedyncza taca (do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym oraz podwójnej tacy.

Pytanie 36, dot. pakietu nr 12

poz. 2 Czy zamawiający dopuszcza zestawy do wkłucia centralnego o parametrach:

Wkłucia centralne 3- światłowe 7 Fr; dł. 20 cm z powłoką bakteriostatyczną (wykonaną z sulfadiazyny srebra i chlorcheksydyny)

- Wykonane z poliuretanu
- Igła 18G dł. 7 cm
- Kateter 7F dł. 20 cm z podziałką umożliwiającą ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka, atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL
- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie rozm 0,035" dł. 60 cm z końcówką 'J'
- Rozszerzadło naczyniowe
- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe
- Dodatkowy zacisk mocowania na skórze
- skalpel
- strzykawką 10 ml
- Pojedyncza taca (do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym oraz podwójnej tacy.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 12

poz. 3 Czy zamawiający dopuszcza zestawy do wkłucia centralnego o parametrach:

Wkłucia centralne 3- światłowe 5 Fr; dł. 15 cm.

- Wykonane z poliuretanu



**DOLNY
SLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego.
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

- Igła 19G dł. 5 cm
 - Kateter 5F dł. 15 cm z podziałką umożliwiającą ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka, atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL
 - Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie rozmiaru 0,022" dł. 48 cm z końcówką 'J'
 - Rozszerzadło naczyniowe
 - Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe
 - Dodatkowy zacisk mocowania na skórze
 - skalpel
 - strzykawka 5 ml
 - Pojedyncza taca (do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu)
- Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym oraz podwójnej tacy.**

Pytanie 38, dot. pakietu nr 12

poz. 4 Czy zamawiający dopuszcza zestawy do wkłucia centralnego o parametrach:

Wkłucia centralne 2- światłowe 4 Fr; dł. 15 cm.

- Wykonane z poliuretanu

- Igła 19G dł. 5 cm

- Kateter 4F dł. 15 cm z podziałką umożliwiającą ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka, atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL

- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie rozmiaru 0,022" dł. 48 cm z końcówką 'J'

- Rozszerzadło naczyniowe

- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe

- Dodatkowy zacisk mocowania na skórze

- skalpel

- strzykawka 5 ml

- Pojedyncza taca (do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kaniuli ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym oraz podwójnej tacy.

Pytanie 39, dot. pakietu nr 9

poz. 1-16 Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na jednorodną technikę wkłucia, oferowane kaniule dożylnie, powinny pochodzić od jednego producenta ?

Odp. Tak.

Pytanie 40, dot. pakietu nr 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na wymóg identyfikacji wyrobu medycznego, oferowane kaniule dożylnie, powinny posiadać min. logo producenta oznaczone na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 41, dot. pakietu nr 9

poz. 1-13 Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na aseptykę użytkowania, oferowane kaniule dożylnie, powinny posiadać dodatkowy koreczek luer-lock z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 42, dot. pakietu nr 9

poz. 20-22 Prosimy o wydzielenie oferowanych kaniul noworodkowych do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.

Pytanie 43, dot. pakietu nr 9

poz. 22 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważną kaniulę noworodkową, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, dot. pakietu nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do wklucia centralnego światowego lidera, marki Arrow, o minimalnym składzie każdy:

Poliuretanowy cewnik z zaciskami ślizgowymi (w miejsce wymaganych zaworów kulkowych/suwakowych), igła punkcyjna 18G/6,35cm, rozszerzadło tkankowe, prowadnica 60cm dla cewników długości 20cm, skrzydełka do zamocowania cewnika, zestaw na pojedynczej tacy. W ramach pozycji 3 cewnik w rozm. 4-5,5F. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zaworu odcinającego kulkowego/suwakowego.

Pytanie 45, dot. pakietu nr 12

poz.2 Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować cewniki impregnowane powłoką antybakteryjną (gram+, gram-) i antygrzybiczą o potwierdzonej skuteczności przez liczne badania niezależne od Wytwórcy (min.10). Dołączyć do oferty.

Odp. Zamawiający wymaga cewniki impregnowane środkiem bakteriobójczym.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Anulka Stążka



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742