



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, 05.04.2019 r.

DZPZ-530- Zp/15/PN-13/19

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy:* przetarg nieograniczony na „Dostawy drobnych narzędzi chirurgicznych i narzędzi laparoskopowych dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/15/PN-13/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1.**

Część 3 Pozycja 1,2,3,4 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrywy kontenerów w kolorze srebrnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pokryw kontenerów w kolorze srebrnym. Zamawiający wymaga kolorów jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 2.**

Część 3 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 587x279x101 oraz pokrywa i kosz kompatybilne z ww. kontenerem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany kolor czerwony, wanna 592x274x90.**

**Pytanie nr 3.**

Część 3 Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 587x279x101 oraz pokrywa i kosz kompatybilne z ww. kontenerem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany kolor niebieski, wanna 592x274x90.**

**Pytanie nr 4.**

Część 3 Pozycja 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 587x279x131 oraz pokrywa i kosz kompatybilne z ww. kontenerem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany kolor zielony, wanna 592x274x120.**

**Pytanie nr 5.**

Część 3 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 587x279x131 oraz pokrywa i kosz kompatybilne z ww. kontenerem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany kolor złoty, wanna 592x274x120.**

**Pytanie nr 6.**

Część 4 Pozycja 7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 16 cm lub 17cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 16 cm lub 17cm, pozostałe parametry bez zmian.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 7.**

Część 4 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 16 cm lub 17cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 16 cm lub 17cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 8.**

Część 4 Pozycja 10.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 9.**

Część 4 Pozycja 11.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 10.**

Część 4 Pozycja 13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 11.**

Część 4 Pozycja 14.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 12.**

Część 4 Pozycja 15.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 13cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 13cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 13.**

Część 5 Pozycja 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm lub 13cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm lub 13cm, pozostałe parametry bez zmian.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 14.**

Część 5 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm lub 13cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm lub 13cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 15.**

Część 5 Pozycja 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 16.**

Część 5 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wymaga aby pęseta była anatomiczna czy chirurgiczna.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pęseta była anatomiczna.**

**Pytanie nr 17.**

Część 5 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wymaga aby pęseta była anatomiczna czy chirurgiczna.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 szt. pęsety anatomicznej i 5 szt. pęsety chirurgicznej.**

**Pytanie nr 18.**

Część 5 Pozycja 10.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 19.**

Część 5 Pozycja 11.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 20.**

Część 6 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 21.**

Część 6 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nazwa własna: PEAN dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 13 cm.**




**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 22.**

Część 6 Pozycja 7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna: PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 23.**

Część 6 Pozycja 14.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 14cm lub 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 14cm lub 16cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 24.**

Część 7 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna: OCHSNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiającemu nie można stosować w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej.**

**Pytanie nr 25.**

Część 7 Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna: OCHSNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiającemu nie można stosować w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej.**

**Pytanie nr 26.**

Część 7 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 27.**

Część 7 Pozycja 7.: Czy Zamawiający wymaga aby kleszczyki miały dł. 15,17,20, czy 25cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kleszczyki miały dł. 17 cm.**

**Pytanie nr 28.**

Część 7 Pozycja 9.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 29.**

Część 9 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła dł. 8cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła dł. 8cm, pozostałe parametry bez zmian.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
Dz. 2012

ISO 9001

**Pytanie nr 30.**

Część 10 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 12cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt o długości 12 cm.**

**Pytanie nr 31.**

Część 10 Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 13,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt o długości 13,5 cm.**

**Pytanie nr 32.**

Część 10 Pozycja 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, jeden uchwyt do ostrza nr 11 i 15, drugi do ostrza nr 23.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, jeden uchwyt do ostrza nr 11 i 15, drugi do ostrza nr 23.**

**Pytanie nr 33.**

Część 10 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 14,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 14,5cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 34.**

Część 11 Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka dł. 19,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka dł. 19,5cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 35.**

Część 11 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wymaga aby narzędzie miało 16cm czy 19cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby narzędzie miało 16cm.**

**Pytanie nr 36.**

Część 12 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 11cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10 cm.**

**Pytanie nr 37.**

Część 12 Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta 0,9mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10 cm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 38.**

Część 12 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: GOMEL, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga nożyczek Westcott.**

**Pytanie nr 39.**

Część 12 Pozycja 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 9,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10 cm.**

**Pytanie nr 40.**

Część 12 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikronożyczki dł. 6mm, 7,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości części tnącej 7 mm i długości całkowitej 8 cm.**

**Pytanie nr 41.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 1 Zamawiający dopuści pincetę o długości całkowitej 9,8cm tytanową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10 cm. i stali nierdzewnej, chirurgicznej.**

**Pytanie nr 42.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 2 Zamawiający dopuści pincetę z ząbkami 1x2 0,5mm, długość całkowita 10,5cm, tytanową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga pincety z ząbkami 1x2, 1 mm, długość całkowita 10 cm.**

**Pytanie nr 43.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 3 Zamawiający dopuści pincetę do rzęs prostą, długość całkowita 8,6cm, tytanowa, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10,5 cm.**

**Pytanie nr 44.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 4 Zamawiający dopuści nożyczki o długości całkowitej 12cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 14 cm.**

**Pytanie nr 45.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 5 Zamawiający dopuści nożyczki zakrzywione, długość całkowita 11cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 10 cm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 46.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 6 Zamawiający dopuści nożyczki o długości części tnącej 6mm, długość całkowita 8,4cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości części tnącej 7 mm i długości całkowitej 8 cm.**

**Pytanie nr 47.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 7 Zamawiający dopuści imadło tytanowe, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia ze stali nierdzewnej, chirurgicznej.**

**Pytanie nr 48.**

Czy w pakiecie nr 12 poz. 8 Zamawiający dopuści nożyczki o dł.całkowitej 12,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej ok. 15 cm.**

**Pytanie nr 49.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 1 Zamawiający dopuści szczypce chirurgiczne o długości 105mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 100 mm.**

**Pytanie nr 50.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 2 Zamawiający dopuści szczypce ze stali nierdzewnej o długości 72mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 85 mm.**

**Pytanie nr 51.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 3 Zamawiający dopuści nożyczki ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 115mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 110 mm.**

**Pytanie nr 52.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 4 Zamawiający dopuści nożyczki Westcott ze stali nierdzewnej, ostre końcówki, długość 120mm, ostrza 16mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 130 mm. I ostrza 25 mm.**

**Pytanie nr 53.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 5 Zamawiający dopuści pęsetę z delikatnymi szczypcami 10 lub 12mm, długość całkowita 104 lub 106mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 140 mm.**

**Pytanie nr 54.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 6 Zamawiający dopuści tackę narzędziową do sterylizacji podwójną 254mm x 152,4mm x 38mm?



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga tacki 257 mm x156 mm x38 mm.**

**Pytanie nr 55.**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 7 Zamawiający dopuści pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym, wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego, średnica 7,0mm lub 6,25mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga ekspandera zgodnie z opisem w SIWZ**

**Pytanie nr 56.**

Czy w pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści rozwórkę Slade-Murdoch, blaszka 14mm, z możliwością regulacji przy pomocy samoblokującego mechanizmu, blaszki ze stali nierdzewnej, korpus tytanowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga narzędzia ze stali nierdzewnej.**

**Pytanie nr 57.**

Czy w pakiecie nr 14 poz. 2 Zamawiający dopuści hak z końcówką ze stali nierdzewnej i rękojeścią tytanową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga narzędzia ze stali nierdzewnej.**

**Pytanie nr 58. - Pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 z pakietu nr 2 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 z pakietu nr 2.**

**Pytanie nr 59. - Pakiet nr 4:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 z pakietu nr 4 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 z pakietu nr 4.**

**Pytanie nr 60. - Pakiet nr 5:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 z pakietu nr 5 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 z pakietu nr 5.**

**Pytanie nr 61. - Pakiet nr 6:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 z pakietu nr 6 co



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 z pakietu nr 6.**

**Pytanie nr 62. - Pakiet nr 7:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 z pakietu nr 7 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9 z pakietu nr 7.**

**Pytanie nr 63. - Pakiet nr 8:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 z pakietu nr 8 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9 z pakietu nr 8.**

**Pytanie nr 64. - Pakiet nr 9:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4 z pakietu nr 9 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4 z pakietu nr 9.**

**Pytanie nr 65. - Pakiet nr 10:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4 z pakietu nr 10 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4 z pakietu nr 10.**

**Pytanie nr 66. - Pakiet nr 12:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8 z pakietu nr 12 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8 z pakietu nr 12.**

**Pytanie nr 67. - Pakiet nr 13:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7 z pakietu nr 13 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2,3,4,5,6,7 z pakietu nr 13.**

**Pytanie nr 68. - Pakiet nr 14:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2 z pakietu nr 14 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,2 z pakietu nr 14.**

**Pytanie nr 69.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz. 5 nożyczki rogówkowe Castroviejo, delikatnie zakrzywione, długość części tnącej 10 mm, tępo zakończone, długość całkowita 10cm. Rękojeść płaska, żłobiona. Wielorazowe. Stal nierdzewna, chirurgiczna

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości części tnącej 16 mm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 70.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz. 6 mikronożyczki Vannas proste, delikatne, długość części tnącej 7mm, długość całkowita 8.5 cm. Rękojeść płaska, żłobiona. Wielorazowe. Stal nierdzewna, chirurgiczna

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długość całkowita 8.0 cm.**

**Pytanie nr 71.**

Zamawiający nie doprecyzował w pakiecie nr 12 poz 6 czy wymaga nożyczek ostrych czy tępych. Proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek ostrych.**

**Pytanie nr 72.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 7 Imadło typu Castoviejo, zakrzywione, końce 1.0x10mm, długość całkowita 140mm, bez zamka. Rękojeść płaska żłobiona. Wielorazowe. Stal nierdzewna, chirurgiczna

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga końce 1.0x11 mm**

**Pytanie nr 73.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 8 nożyczki do rozcinania folii operacyjnej dł. całkowita 10.5 cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej ok.15 cm.**

**Pytanie nr 74.**

Zamawiający nie doprecyzował w pakiecie nr 12 poz 8 czy wymaga nożyczek prostych czy zagiętych, tępych czy ostrych. Proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych oraz ostrych.**

**Pytanie nr 75.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 8 nożyczki do rozcinania folii operacyjnej długość 14.5 mm, ostrza 48 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga nożyczek o długości min 15 cm.**

**Pytanie nr 76.**

**Pakiet nr 3 Kontenery pozycja nr 1-4**

Czy Zamawiający dopuści kontenery o wiarach:

Wanna - 580x280x100 mm Pokrywa - 580x280x15 mm Kosz - 540x255x76 mm ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga: Wanna 592x274x90, Pokrywy 593x294x37 i Kosza 540x253x76**

**Pytanie nr 77.**

**Pakiet nr 4 poz. 1-15**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Dotyczy poz. Nr 11 pakiet nr 4 Czy Zamawiający może podać model Nożyczek naczyniowych i czy mają być proste czy zagięte ?

**Odpowiedź: Nożyczki mają być proste.**

**Pytanie nr 78.**

**Pakiet nr 5 Pęsety**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm.**

**Pytanie nr 79.**

**Pozycja nr 4 pkt 5** Czy zamawiający może podać o jaką pęsetę konkretnie chodzi – pęsety anatomiczne nie posiadają ząbków? Może ma na myśli pęsetę chirurgiczną?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pęsetę chirurgiczną.**

**Pytanie nr 80.**

**Pozycja nr 6 i 8 pkt 5** Czy zamawiający może doprecyzować o którą pęsetę chodzi anatomiczną czy chirurgiczną ?

**Odpowiedź: Pozycja nr 6: pęseta anatomiczna.**

**Pozycja nr 8: po 5 szt. anatomicznej i chirurgicznej.**

**Pytanie nr 81.**

**Pakiet nr 6 Peany**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi do 10 mm.**

**Pytanie nr 82.**

**Pakiet nr 7 poz. Nr 9**

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki preparacyjne wykonane ze stali nierdzewnej, zagięte, możliwość, poddania ich dezynfekcji w środkach dezynfekcyjnych ogólnie stosowanych w szpitalu i sterylizacji, wielorazowego użytku dł. 18 cm. ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Kleszczyki preparacyjne wykonane ze stali nierdzewnej, zagięte, możliwość, poddania ich dezynfekcji w środkach dezynfekcyjnych ogólnie stosowanych w szpitalu i sterylizacji, wielorazowego użytku dł. 18 cm.**

**Pytanie nr 83.**

**Pakiet nr 14 - Rozwórki i haki**

Czy Zamawiający dopuści - Rozwórka okulistyczna Cook, blaszka 10 mm z możliwością regulacji przy pomocy śruby, wykonane ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga blaszki 8 mm.**

**Pytanie nr 84.**

**Dotyczy: zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
w Wałbrzychu



stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

**Pytanie nr 85.**

**PAKIET NR 4**

**POZ.13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki tkankowe ze stali nierdzewnej tępo tępo dł. 18 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.**

**POZ.14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne opatrunkowe dł. 13 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne opatrunkowe dł. 13 cm.**

**POZ.15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne preparacyjne dł. 11,5 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne preparacyjne dł. 11,5 cm.**

**Pytanie nr 86.**

**PAKIET NR 5**

**POZ.4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pęseta anatomiczna wykonana z wysokostopowej stali chirurgicznej, wąska końcówka z jednym zębkiem, prosta dł. 11,5 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pęseta anatomiczna wykonana z wysokostopowej stali chirurgicznej, wąska końcówka z jednym zębkiem, prosta dł. 11,5 cm.**

**POZ.8** Czy Zamawiający ma na myśli pęseta anatomiczną czy pęsetę chirurgiczną, możliwość poddania ich dezynfekcji w środkach ogólnie stosowanych w szpitalu i sterylizacji, wielorazowego użytku dł. 13.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. Alfreda Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 szt. pęsety anatomicznej i 5 szt. pęsety chirurgicznej.**

**POZ.10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pęseta anatomiczna ząbkowana dł. 18 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pęseta anatomiczna ząbkowana dł. 18 cm.**

**POZ.11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pęseta uszna dł. 11 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pęseta uszna dł. 11 cm.**

**Pytanie nr 87.**

**PAKIET NR 6**

**POZ.14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki naczyniowe typu pean dł. 14 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki naczyniowe typu pean dł. 14 cm.**

**PAKIET NR 7**

**POZ.9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki preparacyjne wykonane ze stali nierdzewnej, zagięte, wielorazowego użytku dł. 18 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki preparacyjne wykonane ze stali nierdzewnej, zagięte, wielorazowego użytku dł. 18 cm.**

**Pytanie nr 88.**

**PAKIET NR 12 - OKO**

**POZ.2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pinceta chirurgiczna, prosta, zabki 1x2, 1mm, długość całkowita 11,5 cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długość całkowitą 10 cm.**

**POZ.4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Nożyczki Westcott, szpiczasto zakończone, z poszerzoną żłobioną rękojeścią. Długość całkowita 11 cm. Wielorazowe. Stal nierdzewna, chirurgiczna.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długość całkowitą 14 cm.**

**Pytanie nr 89.**

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 13 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nożyczki o długości 13 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja nr 6: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 15,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nożyczki o długości 15,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu.



ISO 9001

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja nr 12: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 14,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nożyczki o długości 14,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja nr 13: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 18 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nożyczki o długości 18 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja nr 15: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 11,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nożyczki o długości 11,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 90.**

Dotyczy pakiet nr 5, pozycja nr 10: czy Zamawiający dopuści pesetę o długości 17,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pesetę o długości 17,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 90.**

Dotyczy pakiet nr 7, pozycja nr 9: czy Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne o długości 18 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne o długości 18 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 90.**

Dotyczy pakiet nr 10, pozycja nr 1: czy Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Dotyczy pakiet nr 10, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Dotyczy pakiet nr 10, pozycja nr 4: czy Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści uchwyt do skalpela o długości 13,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 90.**

Dotyczy pakiet nr 11, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną o długości 17 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łyżkę kostną o długości 17 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 91.**

Pakiet nr 2- Narzędzia chirurgiczne:

Poz.1) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Reynolds (Jameson) o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 130 mm.**

Poz.2) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 240 mm.**

Poz.4) Mikrozacisk o dł. całkowitej 55mm, dł. szczęk 21,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowitej 60 mm., dł. szczęki 20 mm.**

Poz.5) Mikrozacisk o dł. całkowitej 50mm, dł. szczęk 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości całkowita 57 mm., dł. szczęki 17 mm.**

Poz.9) Pinceta o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian lub pinceta DeBakey atraumatyczna, identyczna z wymaganą.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 200 mm.**

Poz.12) Podważka o szer.24mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga szerokości 25 mm.**

Poz.13) Dźwignia o szer. 20mm o dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian lub dźwignia o szer. 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 300 mm., szerokość 22 mm.**

Poz.15) Kleszczyki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 165 mm.**

**Pytanie nr 92.**

Pakiet nr 4- Nożyczki

Poz.3) Nożyczki o dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki o długości 185 mm.**

Poz.5) Nożyczki o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki o długości 145 mm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Poz.6) Nożyczki o dł. 165mm. Czy Zamawiający wymaga nożyczek: prostych, zagiętych, ostrych, tępych czy ostro-tępnych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych i ostrych.**

**Pytanie nr 93.**

Pakiet nr 5- Pęsety

Poz.3,4) Pęseta o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 125.**

Poz.10) Pęseta o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 180.**

Poz.11) Pęseta o dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 110.**

Poz.12) Pęseta o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 130.**

**Pytanie nr 94.**

Pakiet nr 6- kleszcze typu pean

Poz.3,14) Czy Zamawiający wymaga kleszczyki: proste czy zagięte?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczyków prostych.**

Poz.8,9,12) Czy Zamawiający wymaga kleszczyków typu Kocher 1x2 zębki czy typu pean?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczyków typu Pean.**

**Pytanie nr 95.**

Pakiet nr 7- kleszczyki, kochery

Poz.6) Kocher o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na kocher dł. 125 mm.**

Poz.7) Kleszczyki o dł.160mm lub 190mm lub 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczyków o dł. 170 mm.**

Poz.9) Kleszczyki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodzi się na kleszczyki o dł. 180 mm.**

**Pytanie nr 96.**

Pakiet nr 8-Imadła

Poz.4,5,8) Imadło o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian lub imadło Mayo-Hegar, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się imadło o dł. 170 mm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 97.**

Pakiet nr 11- Łyżka kostna, szczękorozwieracz

Poz.2,3) Łyżka kostna Volkmann o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na łyżka kostna Volkmann o dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.**

Poz.4) Czy Zamawiający wymaga szczękorozwieracz typu: Denhart, Jennings, Whitehead, Dingman, Davis Boyle, McIvor, Wang, Kilner Doughty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie może określać przedmiot zamówienia nazwą własną.**

**Pytanie nr 98.**

Pakiet nr 12- Narzędzia mikrochirurgiczne

Poz.4) Nożyczki o dł. całkowitej 115mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga nożyczek o dł. 14 cm.**

Poz.6) Mikronożyczki o dł. 75mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga mikronożyczek o dł. 8 cm.**

Poz.7) Imadło o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga imadła o dł. 140 mm.**

**Pytanie nr 99.**

Pakiet nr 14- Rozwórki i haki

Poz.1) Rozwórka Murdock, łopatkki boczne azurowe, pozostałe parametry bez zmian lub rozwórka Liebermann, łopatkki boczne pełne 8mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga rozwórki okulistycznej Cook.**

**Pytanie nr 100.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2** tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm ?

Pytanie wynika z tego, iż nie wszyscy wykonawcy i producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi.

Nie wpływające to ani na zmianę jakości danego narzędzia ani na zastosowanie tych wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzi chirurgicznych zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 101.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 1** nożyczki preparacyjne, delikatne JAMESON, WYGIETE 15cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 130 mm.**

**Pytanie nr 102.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 4** Atraumatyczny mikrozacisk BULLDOG 57 mm długość szczęki 20 mm, prosty ?



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 60 mm.**

**Pytanie nr 103.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 5** Atraumatyczny mikrozacisk BULLDOG 46 mm długość szczęki 14 mm, prosty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długość szczęki 17 mm.**

**Pytanie nr 104.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 4** Atraumatyczny mikrozacisk Glover 60 mm długość szczęki 20 mm, prosty ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 4 Atraumatyczny mikrozacisk Glover 60 mm długość szczęki 20 mm, prosty.**


**Pytanie nr 105.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 5** Atraumatyczny mikrozacisk Glover 55 mm długość szczęki 20 mm, odgięty ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 57 mm długość szczęki 17 mm.**

**Pytanie nr 106.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 9** Pincetę anatomiczną jak poniżej typ Cooley prostą, ząbkowaną długości 20 mm ?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 Pincetę anatomiczną jak poniżej typ Cooley prostą, ząbkowaną długości 20 mm.**

**Pytanie nr 107.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 11** rozwieracz typu Weitlaner 3x4, tępy, długość całkowita 14 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 13 cm. długości całkowitej.**

**Pytanie nr 108.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 12** podważkę kostną o szerokości łyżki 24 mm dł. 240 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga szerokość 25 mm – dł. 260 mm**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 109.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 13** dźwignię kostną o szer. 24 mm dł. 260 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga dźwigni kostnej o szer. 22 mm, dł. 300 mm.**

**Pytanie nr 110.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4** tolerancję długości narzędzi +/- 10 mm ?

Pytanie wynika z tego, iż nie wszyscy wykonawcy i producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi.

Nie wpływające to ani na zmianę jakości danego narzędzia ani na zastosowanie tych wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 tolerancję długości narzędzi +/- 10 mm.**

**Pytanie nr 111.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 3** mógłby określić czy wymaga nożyczek prostych czy zagiętych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych.**

**Pytanie nr 112.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 5** Nożyczki chirurgiczne o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 5 Nożyczki chirurgiczne o długości 14,5 cm.**

**Pytanie nr 113.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 5** mógłby określić czy wymaga nożyczek prostych czy zagiętych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych.**

**Pytanie nr 114.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 6** mógłby określić czy wymaga nożyczek prostych czy zagiętych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych.**

**Pytanie nr 115.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 6** mógłby określić czy wymaga nożyczek ostrych czy tępych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek ostro tępych.**

**Pytanie nr 116.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 6** długość 16,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 6 długość 16,5 cm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
DOLNY  
SLASK

ISO 9001

**Pytanie nr 117.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz.12** nożyczki tkankowe ,tępo-tępe, proste, o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz.12 nożyczki tkankowe ,tępo-tępe, proste, o długości 14,5 cm.**

**Pytanie nr 118.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 13** nożyczki tkankowe ,tępo-tępe, proste, o długości 16,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 13 nożyczki tkankowe ,tępo-tępe, proste, o długości 16,5 cm.**

**Pytanie nr 119.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 14** nożyczki chirurgiczne opatrunkowe o długości 11,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 14 nożyczki chirurgiczne opatrunkowe o długości 11,5 cm.**

**Pytanie nr 120.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 5** pęsetę chirurgiczną 1x2 ząbki, wąską o długości 11 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 5 pęsetę chirurgiczną 1x2 ząbki, wąską o długości 11 cm.**

**Pytanie nr 121.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 6** pęsetę anatomiczną czy chirurgiczną ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga pęsety anatomicznej.**

**Pytanie nr 122.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 8** pęsetę anatomiczną czy chirurgiczną ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 szt. anatomicznej i 5 szt. chirurgicznej.**

**Pytanie nr 123.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 9** pęsetę anatomiczną o długości 14,5 cm , ząbkowanie posiadają tylko pęsety chirurgiczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 9 pęsetę anatomiczną o długości 14,5 cm.**

**Pytanie nr 124.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 10** pęsetę anatomiczną o długości 16 cm ? ząbkowanie posiadają tylko pęsety chirurgiczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 10 pęsetę anatomiczną o długości 16 cm.**



**DOLNY  
SLASK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie nr 125.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 11 pęsetę uszną, zagiętą o długości 10,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 11 pęsetę uszną, zagiętą o długości 10,5 cm.**

**Pytanie nr 126.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 12 pęsetę uszną o długości 14 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 12 pęsetę uszną o długości 14 cm.**

**Pytanie nr 127.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 8 kleszczyki naczyniowe KOCHER, proste o długości 16 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga kleszczyków Pean.**

**Pytanie nr 128.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 9 kleszczyki naczyniowe KOCHER, ZAGIĘTY o długości 16 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga kleszczyków Pean.**

**Pytanie nr 129.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 12 kleszczyki naczyniowe KOCHER, o długości 13 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga kleszczyków Pean.**

**Pytanie nr 130.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 13 kleszczyki naczyniowe KOCHER, WYGIĘTY o długości 16 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga kleszczyków Pean.**

**Pytanie nr 131.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 14 kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste o długości 14 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 14 kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste o długości 14 cm.**

**Pytanie nr 132.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz.4 Kocher kleszczyki naczyniowe , zagięte o długości 14 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz.4 Kocher kleszczyki naczyniowe , zagięte o długości 14 cm.**



**DOLNY  
SLASK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie nr 133.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 9 kleszczyki preparacyjne, zagięte o długości 18 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 9 kleszczyki preparacyjne, zagięte o długości 18 cm.**

**Pytanie nr 134.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 1 imadło o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 12,5 – 13 cm.**

**Pytanie nr 135.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 3 imadło o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 3 imadło o długości 14,5 cm.**

**Pytanie nr 136.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 1 uchwyt do skalpela okrągły, prosty nr 3, o długości 12 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 1 uchwyt do skalpela okrągły, prosty nr 3, o długości 12 cm.**

**Pytanie nr 137.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 2 uchwyt do skalpela okrągły, prosty nr 4, o długości 13,5 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 2 uchwyt do skalpela okrągły, prosty nr 4, o długości 13,5 cm.**

**Pytanie nr 138.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 3 uchwyt do skalpela nr 3, o długości 12 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 3 uchwyt do skalpela nr 3, o długości 12 cm.**

**Pytanie nr 139.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 3 uchwyt do skalpela nr 4, o długości 13,5 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 3 uchwyt do skalpela nr 4, o długości 13,5 cm.**

**Pytanie nr 140.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 4 uchwyt do skalpela nr 4, o długości 13,5 cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 4 uchwyt do skalpela nr 4, o długości 13,5 cm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. Alfreda Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
bez bólu

**Pytanie nr 141.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 11 poz. 1** łyżeczkę dermatologiczną, ostrą, nr 1, owalna, o długości 17 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz. 1 łyżeczkę dermatologiczną, ostrą, nr 1, owalna, o długości 17 cm.**

**Pytanie nr 142.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 11 poz. 2** łyżkę kostną, ostrą, owalną, nr 00 o długości 17 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz. 2 łyżkę kostną, ostrą, owalną, nr 00 o długości 17 cm.**

**Pytanie nr 143.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 11 poz. 3** łyżkę kostną, ostrą, owalną, nr 4 o długości 17 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz. 3 łyżkę kostną, ostrą, owalną, nr 4 o długości 17 cm.**

**Pytanie nr 144.**

Czy Zamawiający doprecyzuje w **Pakiecie nr 11 poz. 4** parametry szczęki rozwieracza?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga długości całkowitej 16 cm.**

**Pytanie nr 145.**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 14 pkt. 1 dopuści rozwórkę okulistyczną COOK z blaszką 7,5 mm z możliwością regulacji za pomocą śruby, wykonaną ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga blaszki 8 mm.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stankiewicz



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742