



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 09.04.2019r.

DZPZ-530-Zp/23/PN-21/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy dozowników, ręczników papierowych, wózka - Zp/23/PN-21/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych, które na zasadzie równoważności posiadają listwy odbojowe w narożnikach leża zamiast krążków odbojowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga w narożnikach wózka krążków odbojowych.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych, który zamiast kosza na butlę z tlenem posiada uchwyt na butlę z tlenem zamocowany do leża pacjenta od strony głowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kosza na butlę z tlenem.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych z kołami o średnicy 200 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych: 2040 x 700 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wózek o wymiarach zewnętrznych: 210× 69cm.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych o wymiarach leża: 1980 mm x 580 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wózek o wymiarach leża: długość 1950mm, szerokość 630mm.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Szpital
bez bólu

Pytanie 6, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych z regulacją wysokości: 530 - 900 mm i regulacją oparcia pleców do 80 stopni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga regulacji wysokości 45-85cm, regulacji oparcia pleców 45°.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do transportu chorych o udźwigu do 170 kg i masie wózka 95 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wózek do transportu chorych o udźwigu do 210kg i masie wózka 80kg.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wózków do transportu chorych do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy wózków do transportu chorych do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stażka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742