



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 25.04.2019r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-23/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: . Dostawy igieł do blokad nerwów , wktuć centralnych

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawów do kaniulacji pakowanych na pojedynczej tacy.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga podwójnej tacy.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2, pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 2 przewodnicy o dł. 45-70 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Przewodnica musi być dostosowana do długości wkłucia.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18Gx7cm, strzykawka o pojemności 5 ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Frx12cm.

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga odcinającego zaworu suwakowego.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm bez powłoki antybakteryjnej w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18Gx7cm, strzykawka o pojemności 5 ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Frx12cm.

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga odcinającego zaworu suwakowego.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18Gx7cm, strzykawka o pojemności 5 ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm.

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga wkłucia 5Fr oraz odcinającego zaworu suwakowego.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18Gx7cm, strzykawka o pojemności 5 ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm.

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga wkłucia 4Fr oraz odcinającego zaworu suwakowego.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Aneta Stążka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742