



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 04.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/32/PN-30/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: masek, czepków, fartuchów, podkładów, prześcieradeł, poszewek, spodni, ochraniaczy, pościeli”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza maski koloru zielonego z uwzględnieniem pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 2. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wymaga opakowanie handlowe 50szt.

Pytanie 3. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści maski o skuteczności filtracji $\geq 98\%$?

Odp. Zamawiający wymaga maskę o skuteczności filtracji bakteryjnej min.99,5%.

Pytanie 4. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 10g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga czepki pielęgniarski o gramaturze min.25g/m².

Pytanie 6. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga czepki pielęgniarski o gramaturze min.25g/m².

Pytanie 7. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch zakończony elastyczną gumką.

Pytanie 8. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m² lub 40g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m²

Pytanie 9. Pakiet 4



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 125cm, szerokości 150cm, z trokiem w pakiecie o długości 180cm?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch o dł.min.130cm, szer.min.150cm,dł.paska min.200cm.

Pytanie 10. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m² lub 40g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m².

Pytanie 11. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 125cm, szerokości 150cm, z trokiem w pakiecie o długości 180cm?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch dł.min.130cm,szer.min.150cm,dł.paska min.200cm.

Pytanie 12. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylne?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch niejałowy.

Pytanie 13. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami ultradźwiękowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch ze szwami ultradźwiękowymi przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie 14. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm, szerokości 148cm, z 2 trokami o długości 50cm i 75cm?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch dł.min.130cm,szer.min.150cm,dł.paska min.200cm.

Pytanie 15. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?

Odp. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o gramaturze min.35g/m².

Pytanie 16. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o gramaturze min.35g/m².

Pytanie 17. Pakiet 8, 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy PN 13795- 1,2,3 która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym, a nie podstawowej bielizny szpitalnej w tym poszewek i kompletów pościeli?

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymagań normy PN13795.

Pytanie 18. Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² w rozmiarze 60x80cm?

Odp. Zamawiający wymaga poszewkę na poduszkę z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m².

Pytanie 19. Pakiet 8, poz. 2



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² ?

Odp. Zamawiający wymaga poszewkę na poduszkę z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m².

Pytanie 20. Pakiet 9, poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości folii 0,02mm (20um)?

Odp. Zamawiający wymaga w p.1 grubość fartucha foliowego min.35micronów.

Pytanie 21. Pakiet 9, poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe dostępne w rozmiarze M,L?

Zamawiający wymaga rękawice o rozmiarze L lub XL.

Pytanie 22. Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający wymaga spodenki o rozmiarze L-XXL.

Pytanie 23. Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza spodenki w kolorze niebieskim.

Pytanie 24. Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki z otworem o średnicy 15cm?

Odp. Zamawiający wymaga spodenki o średnicy otworu min.Ø10cm-min. Ø12cm.

Pytanie 25. Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga spodenki z włókniny typu SMS o gramaturze min.28/m².

Pytanie 26. Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny o gramaturze 30g/m²?

Odp. Zamawiający wymaga ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką o grubości min.50g/m².

Pytanie 27. Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 28. Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² lub 40g/m² o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający wymaga komplet pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35g/m². o wymiarach:

- prześcieradło: min.240 cm x min.160cm
- poszwa na kołdrę: min.200cm x min.140cm
- poszewka na poduszkę min.90cm x min.80cm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr. 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z poszwa na poduszkę jednorazową, niejałowa, wykonana z mocnego materiału barierowego, materiał równomierny bez zaciemnień, oddychającego, hydrofobowego z włókniny z trójwarstwowego polipropylenu SMS 30 g/m², kolor niebieski o wymiarach 80 x 90cm

Odp. Zamawiający wymaga poszewkę na poduszkę jednorazową z para przepuszczalnej barierowej dla cząstek włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m²

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr. 8 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z poszwą na kołdrę jednorazową, niejałowa, wykonana z mocnego materiału barierowego, materiał równomierny bez zaciemnień, oddychającego, hydrofobowego z włókniny z trójwarstwowego polipropylenu SMS 30 g/m², kolor niebieski o wymiarach: 160 x 210 cm.

Odp. Zamawiający wymaga poszewkę na kołdrę jednorazową z para przepuszczalnej barierowej dla cząstek włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m²

Pytanie 31. Dotyczy pakietu nr. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kompletem pościeli, jednorazowym, niejałowym - mocnym materiałem barierowym, oddychającym, hydrofobowym, wykonany z trójwarstwowego polipropylenu SMS 30 g/m², kolor niebieski o wymiarach: poszwy na kołdrę – 160x210 cm, poszwy na poduszki 90x80 cm, prześcieradła – 160x210c

Odp. Zamawiający wymaga pościeli para przepuszczalnej barierowej dla cząstek włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 35g/m² o wymiarach:

- prześcieradło: min.240cmxmin.160cm.
- poszwa na kołdrę : min.200cm x 140cm
- poszewka na poduszkę min.90cm x min.80cm.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka