



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 14.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-32/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu i materiałów medycznych - Zp/34/PN-32/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej rozdzieli pozycję 1 na trzy oddzielne pozycje?

Tj. W każdy rozmiar zestawu w osobnej pozycji:

1. mały, rozmiar: 10x8x3cm
2. średni: 20x12,5x3cm
3. duży: 25x15x3cm

Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający rozdzieli pozycję 1 na trzy oddzielne pozycje.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej rozdzieli pozycję 3 na trzy oddzielne pozycje?

Tj. W każda pojemność kanistra w osobnej pozycji:

1. 800ml
2. 250ml
3. 750ml

Odp. Tak, Zamawiający rozdzieli pozycję 3 na trzy oddzielne pozycje.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kanistry rozmiar 750ml o następujących parametrach: Kanister - jednorazowy zbiornik na wydzielinę, z substancją żelującą, wbudowanym filtrem przeciwbakteryjnym oraz drenem zakończonym szybkozłączką (do podłączenia zestawu opatrunkowego) o pojemności 750ml? Pozostałe pojemności (800 i 250ml) o parametrach zgodnych z zapisem w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 4, dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie rozmiary folii są wymagane? Oraz dla uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej umieści każdy rozmiar w osobnej pozycji?

Odp. Zamawiający wymaga następujących rozmiarów rozmiary folii: 20x30cm, 40x60cm.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 5, dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener posiadający wielorazowy filtr, oraz ręczny system plombowania, wym. 580x280x100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach 592x274x90mm.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener posiadający wielorazowy filtr, oraz ręczny system plombowania, wym. 580x280x100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach 592x274x90mm.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener posiadający wielorazowy filtr, oraz ręczny system plombowania, wym. 580x280x135mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach 592x274x90mm.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener posiadający wielorazowy filtr, oraz ręczny system plombowania, wym. 580x280x100mm, pokrywa w kolorze żółtym, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach 592x274x90mm.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Kontener o wymiarach:

Wymiar zewnętrzny 595x275x95

Wymiar wewnętrzny 543x260x90

Kosz – 540x250x70 lub 540x250x100 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach: 592x274x90mm; 593x294x37; 540x253x76mm.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kontener o wymiarach:

Wymiar zewnętrzny 595x275x116

Wymiar wewnętrzny 543x260x111

Kosz – 540x250x100 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kontener o wymiarach: 592x274x120mm; 593x294x37; 540x253x106mm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nożyczek typu Reynolds (Jameson) o dł. 120 lub 140 mm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nożyczki o dł. 130mm.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 230 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kleszczyki o dł. 240mm.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie imadła typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką o dł. 200 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga imadła typu Hegar- Mayo-Seeley.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 8 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 75 mm, dł. szczęki 18,5 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zacisk o dł. 60 mm, dł. szczęki 20 mm.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 70 mm, dł. szczęki 16 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zacisk o dł. 57 mm, dł. szczęki 17 mm.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 8 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie podważki o dł. 270 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga podważki o dł. 260 mm.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 8 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie dźwigni kostnej o szer. 34 mm i dł. 290 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga dźwigni kostnej o szer. 22 mm i dł. 300 mm.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 8 poz. 15


Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 160 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kleszczy o dł. 165 mm.

Pytanie 19, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do ewakuacji i drenażu krwiaka podtwardówkowego bez wkręcanego gniazda ewakuacyjnego i bez gruszki ssącej? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać drugą, konkurencyjną ofertę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw do ewakuacji i drenażu krwiaka podtwardówkowego z wkręcanym gniazdem ewakuacyjnym i gruszką ssącą.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 20, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zastawkę programowalną z 18 stopniami ustawień mechanizmu zastawkowego w zakresie przepływu od 30 do 200 ml/h i drenem komorowym długości 14 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga kontenerów bezobsługowych wyposażonych w system automatycznego plombowania nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku i stanowiący jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi sterylizacji.

Uzasadnienie:

System automatycznego plombowania kontenera nie naraża Zamawiającego na konieczność ponoszenia nakładów finansowych na zakup plomb jednorazowego użytku, jest rozwiązaniem ekonomicznym dla użytkownika w długoterminowej eksploatacji kontenerów. Plomby jednorazowego użytku zwiększają nakłady pracy personelu, oraz konieczność utylizacji zużytego materiału. W związku z tym kontener z systemem automatycznego plombowania jest jedynym dostępnym bezobsługowym rozwiązaniem proponowanym przez wiele różnych firm na rynku.

Odp. Proponowane kontenery nie spełniają wymaganych parametrów SIWZ.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 9 poz. 1-2

Wnosimy o dopuszczenie kontenerów (wanna +pokrywa) o wymiarach 596 x 275 x 140 mm.

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, w takim samym stopniu spełnia wymogi norm i jest dostosowane do rozmiarów komór sterylizacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kontenery o wymiarach: 593x294x37 (pokrywa); 592x274x90mm (wanna).

Pytanie 23, dot. pakietu nr 9 poz. 1-2

Wnosimy o dopuszczenie kontenerów (wanna +pokrywa) o wymiarach 596 x 275 x 160 mm.

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, w takim samym stopniu spełnia wymogi norm i jest dostosowane do rozmiarów komór sterylizacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kontenery o wymiarach: 593x294x37 (pokrywa); 592x274x90mm (wanna).

Pytanie 24, dot. pakietu nr 9 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie koszy siatkowych z uchwytami, wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarach - 515x245x60 mm,

Proponowane wymiary koszy nieznacznie odbiegają od zapisów SIWZ i są dostosowane do wymiarów kontenerów. Dodatkowo, kosze siatkowe, które zamierzamy zaoferować zapewniają większą i bardziej wydajną penetrację pary podczas procesu sterylizacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kosze o wymiarach: 540x253x76; 540x253x106mm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 25, dot. pakietu nr 9 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie pokrywy kontenera składającej się z pokrywy zewnętrznej i wewnętrznej wykonanych w całości z aluminium z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo próżniowego wykonanego ze stali nierdzewnej umieszczonego w pokrywie wewnętrznej kontenera.

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze dla użytkownika ponieważ producent udziela 10 letniej gwarancji na działanie zaworu. W tym miejscu zwracamy uwagę Zamawiającego na to, iż przy zastosowaniu filtra po 4000 cykli sterylizacyjnych należy go wymienić. Użytkownik poniesie zatem dodatkowy koszt, którego wysokość jest nieprzewidywalna w obecnym momencie. Ponadto zastosowanie filtrów wymaga skrupulatnej rejestracji ilości cykli, w przeciwieństwie do proponowanego zaworu, który działa bezobsługowo.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pokrywy kontenerów w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, złotym.

Pytanie 26, dot. Zapisów SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4, wykluczy z postępowania Wykonawcę, z którym rozwiązano wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czy Zamawiający ma na myśli wcześniejszą umowę, zawartą pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu a potencjalnym Wykonawcą czy jakąkolwiek umowę w sprawie zamówienia publicznego? Jeżeli zapis dotyczy jakiegokolwiek umowy z zakresu zamówień publicznych, to czy Zamawiający zrezygnuje z tego wykluczenia?

Odp. Zamawiający ma na myśli umowę zawartą pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 35 g/m².

Pytanie 28, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego dostępnego w rozmiarach S/M-120 cm, L-130 cm, XL-150 cm, XXL-150 cm large, XLL-170 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 35 g/m².



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 30, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego dostępnego w rozmiarach S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150cm large, XLL-170cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego dostępnego w rozmiarach M-L- 120 cm, XL- 130 cm, XXL- 150 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka