

Wałbrzych, dnia 28.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-32/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu i materiałów medycznych - Zp/34/PN-32/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 5 Pozycje nr 1 i 2 są pakowane przez wytwórcę po następująco 3 oraz 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki programowalnej w zakresie od 0 do 200 cm H₂O, wysokość zastawki 4,5 mm, średnica tarczy 17 mm, z przezbiornikiem przed zastawką, z drenem dokomorowym o długości 25 cm, średnica zewnętrzna drenu 2,5 mm, średnia wewnętrzna drenu 1,2 mm i z drenem dootrzewnowym średnica zewnętrzna drenu 2,5 mm, średnia wewnętrzna drenu 1,2 mm bez otworów szczelinowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga możliwość regulacji przepływu zastawki w zakresie 15-220ml/h i dren komorowy i dootrzewnowy o średnicy wewnętrznej 1.3mm. Ponadto wymagany jest dren dootrzewnowy z otworami szczelinowymi.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 12

Prosimy o doprecyzowanie czy zastawka powinna być kompatybilna z rezonansem magnetycznym o natężeniu 3T i nie ulegać samoczynnemu przestawieniu się w trakcie obrazowania.

Odp. Zamawiający nie wymaga kompatybilności zastawki z badaniem rezonansu magnetycznego o natężeniu 3T.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o następujących parametrach:



	j.m.	wyszczególnienie	wymagania
Właściwości fizyczne	cm	szerokość bibuły	50
	-	barwa bibuły	zielona
	-	ilość warstw bibuły	1
	g/m ²	gramatura bibuły	23g
	cm	szerokość folii	50±1
	-	wygląd brzegów	bez postrzępień
	µm	grubość folii	10 gram
	cm	perforacja	38 cm
	-	powierzchnia	wygniatana (tłoczona)
	-	odbarwianie	niedopuszczalne
Wady	g/m ²	minimalna chłonność	130
		długość	50 metrów
Zalety	-	uszkodzenia mechaniczne np: dziury w bibule lub w folii, naderwania	niedopuszczalne
	-	zapach	bez zapachu
	-	nie przesiąkliwe	-

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m²; minimalna chłonność 160 g/m²; grubość folii 22 ± 2 µm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wymaga, aby worek był pakowany pojedynczo w opakowaniu foliowym.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o długości odpowiednio: M – 115 cm, L – 120 cm, XL – 130 cm, XXL – 133 cm. Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.





Pytanie 8, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne wykonane z włókniny typu spunlace.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne wykonane z włókniny typu spunlace o gramaturze 35 g/m².

Pytanie 10, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M- 124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu zbiorczym pakowanym po 10 szt. z przeliczeniem wartości ?

Odp. Zamawiający wymaga, aby worek był pakowany pojedynczo w opakowaniu foliowym.

Pytanie 12, dot. projektu umowy § 4 ust. 3a i 3b (załącznik 3b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 3a i 3b.

Pytanie 13, dot. projektu umowy § 4 ust. 3b (załącznik 3b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 72 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 3b.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 10, pozycja 8 igły do kanału roboczego o minimalnej średnicy 2,0 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, dot. projektu umowy § 7 ust. 1b (załącznik 3f)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii?



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1b.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych staplerów (oraz kompatybilnych ładunków) z nożem, posiadających 6 rzędów zszywek o obłym przekroju poprzecznym; wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm oraz 2,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego), rozmiar staplera 80 mm. Stapler załadowany ładunkiem, gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania. Nóż w ładunku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga rozmiar staplera 75 mm.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości odpowiednio dla rozmiaru L-140 cm, XL – 150 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w kolorze niebieskim, rozmiarze 51x 50cm x 50m i grubości folii 16µm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga podkład w kolorze zielonym, rozmiarze 51x 50cm x 50m i grubości folii 20µm.

Pytanie 19, dot. Projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Nie.

Pytanie 20, dot. Projektu umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się w § 5 ust. 2 wzoru umowy odstąpić od wymogu podania nr pakietu na fakturze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2.

Pytanie 21, dot. Projektu umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający zgadza się w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 3.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 fartuchy chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj.



włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo 2 warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. W następujących rozmiarach i długościach (tolerancja długości +/- 2cm): M – 120cm, L - 130cm, XL-140cm, XXL - 150cm, XXXL - 160cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 fartuchy chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu Spunlace, w następujących rozmiarach i długościach (tolerancja długości +/- 2cm): M – 120cm, L - 130cm, XL-140cm, XXL-150cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dostosuje się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, gdzie zgodnie z art.29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji ani opisywać produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, wtedy Zamawiający może dokonać zakupu z wolnej ręki Art. 67, pkt. 1a

Pakiet 1 w obecnej formie opisuje produkty z katalogu konkretnego producenta (Smith and Nephew), co stoi w sprzeczności z PZP art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Informujemy Zamawiającego, że na rynku istnieje wiele firm oferujących zarówno pompy jak i materiały zużywalne do podciśnieniowej terapii leczenia ran urządzeń umożliwiających wykorzystanie materiałów zużywalnych różnych producentów naprzemiennie i zamiennie

Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia.

Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i nie ograniczającej się do jednego Producenta, jak poniżej

Pozycja 1

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej mały, skład zestawu:

AMCANO S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa NIP: 5213848490
Regon 381873313 ING 61 1050 1416 1000 0090 3173 1467

- opatrunek piankowy 10x8x3 cm (+/- 10%)

- port z drenem do podłączenia do kanistr

- folia okluzyjna min 1 szt.

Pozycja 2

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej średni, skład zestawu:

- opatrunek piankowy 20x12,5x3 cm (+/- 10%)

- port z drenem do podłączenia do kanistra





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- folia okluzyjna min 2 szt.

Pozycja 3

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej duży, skład zestawu:

- opatrunek piankowy 25x15x3 cm (+/- 10%)

- port z drenem do podłączenia do kanistra

- folia okluzyjna min 3 szt.

Pozycja 5

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 800 ml

Pozycja 6

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 250 ml

Pozycja 7

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 750 ml

Pozycja 8

Pojedynczo pakowany dren

Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 4 z pakietu nr 7, co umożliwi złożenie oferty więcej niż jednemu wykonawcy a tym samym uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 4 z pakietu nr 7.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742