



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 06.09.2016 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-72/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z bezpłatnym użyczeniem urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran – Zp/73/PN-72/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. poz. nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy miękki port z wyściełanym drenem, ma być wyściełany gąbką, która minimalizuje ucisk, a tym samym zmniejsza ryzyko powstania odleżyn, oraz powinien być wypełniony materiałem zabezpieczającym przed zapychanie się drenu podczas zginania? **Odp. Tak, miękki port z wyściełanym drenem, ma być wyściełany gąbką, która minimalizuje ucisk, a tym samym zmniejsza ryzyko powstania odleżyn, oraz powinien być wypełniony materiałem zabezpieczającym przed zapychanie się drenu podczas zginania.**

Pytanie 2, dot. bezpłatnego użyczenia urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran celem zwiększenia gwarancji nieprzerwanej terapii ma być wyposażone w wbudowaną baterię, która pozwala na 40h pracy? **Odp. Tak, oczekujemy, że urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran celem zwiększenia gwarancji nieprzerwanej terapii ma być wyposażone w wbudowaną baterię, która pozwala na 40h pracy.**

Pytanie 3, dot. poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z pianką o wymiarach 30 x 30 x 1,6 cm? **Odp. Nie, Zamawiający dopuszcza. Zestaw opatrunkowy musi być kompatybilny z pozostałymi częściami zamawianego zestawu.**

Pytanie 4, dot. poz. nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uszczelniającej pasty stomijnej Dansac Soft Paste idealnej do wyrównywania fałd i nierówności ? **Odp. Nie, Zamawiający dopuszcza, ponieważ jest w posiadaniu pasty stomijnej.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 5 z Pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyłączy poz. 5 z Pakietu 1 i nie utworzy z niej odrębnej części zamówienia.**