



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 17.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: "Dostawa: pompa do żywienia dojelitowego, zgłębniki nosowo-żołądkowe i nosowo-jelitowe, konektory i strzykawki, zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego i worki do drenażu, kleszcze optyczne, filtr 83-C, cyklometr z monitorowaniem, defibrylator, papiery rejestracyjne i zestaw do pompy floccare infinity."*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 5**


1. Czy Zamawiający może wyjaśnić parametr „*obie bransze ruchome do zastawki z optyką*”?
2. Z jaką optyką mają współpracować kleszcze optyczne?

**Odp:** Kleszcze szczypiące obiema ruchomymi wargami w kształcie koszyczków współpracujące z optyką 30°.


**Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm (obecnie wymagane 1,8mm)
- Igła Tuohy o rozmiarze 14G
- Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Tępo zakończona igła
- Torebka drenażowa EDM 700 ml
- Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)
- Komora kropelkowa 120 ml z podziałką



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Odp: Zamawiający DOPUSZCZA.**

**Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 4**


Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm (obecnie wymagany 1,8mm)
- Igła Tuohy o rozmiarze 14
- Tępo zakończona igła
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji.
- Torebka drenażowa EDM 700 ml



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat: 74 64 89 600  
faks: 74 64 89 746  
centrala: 74 64 89 742




SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
bez bólu

ISO 9001



**Odp:** Zamawiający NIE dopuszczają. Brak komory kropelkowej

#### Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego ZESTAWU DRENAŻOWEGO do drenażu i komorowego

łędźwiowego o poniższych parametrach:

- **obrotowe skale ciśnienia umożliwiające drenaż komorowy i łędźwiowy – w tym skala ujemna.**
- Ergonomiczna konstrukcja
- Możliwość zawieszenia na linie lub przymocowania do słupka infuzyjnego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego
- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w zielone paski, które nie załamują się przy zginaniu drenu.
- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
- Punkty iniekcji bezigłowej SmartSite®
- Główny kurek odcinający do przyłączenia zewnętrznego
- przetwornika ciśnienia
- odpowietrznik hydrofobowy




**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat  
faks  
centrala

74 64 89 600  
74 64 89 746  
74 64 89 742




SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
bez bólu

ISO 9001

- komora ściękowa 75 ml
- odłączalna torebka drenażowa 600 ml
- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mm Hg lub cm H<sub>2</sub>O)
- System kompatybilny z poziomą laserową Clear-Site™
- Soczewka powiększająca na przedzie komory ściękowej umożliwiająca podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.
- Przystosowany do wykonywania badań MRI



**Odp:** Zamawiający **NIE** dopuszcza – preferuje osobne zestawy komorowe i lędźwiowe o prostszej konstrukcji.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Anurzej Stęka



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742